



**DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR w KRAKOWIE**

31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11, tel. 12 422-26-11, e-mail: oum.krakow@poczta.gum.gov.pl

Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu

39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 4, tel. 15 822 75 88, e-mail: oum.krakow.tarnobrzeg@poczta.gum.gov.pl

ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

PRZYRZĄD POMIAROWY

Odmierzacz paliw ciekłych numer fabryczny: 211509230110; numer fabryczny czujnika objętości: MF049681H210301; znak producenta: P 1000 HR 1P/1H; znak typu: T 10237; rok produkcji: 2021; producent: PETROTEC; rodzaj cieczy: olej napędowy.

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 13 lipca 2025 r.

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy Grupa Zabezpieczenia Nisko, 37-400 Nisko, ul. Sandomierska 20

WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Maksymalny strumień objętości $Q_{\max} = 40 \text{ dm}^3/\text{min}$; minimalny strumień objętości $Q_{\min} = 4 \text{ dm}^3/\text{min}$; dawka minimalna $V_{\min} = 2 \text{ dm}^3$

WNIOSKODAWCA

Techniczna Obsługa Stacji Paliw „BAZ-PAL” J. i M. Liber Sp. Jawna, 33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 193 A - wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego.

WYMAGANIA

§5a-7. i § 7e. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1619).

ZAKRES SPRAWDZEŃ

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1619).

MIEJSCA UMIESZCZENIA CECH

Cechy zabezpieczające „2PL3” w liczbie 11 umieszczono na: tabliczce znamionowej- 1 naklejka, pokrywach bocznych i mocowaniu górnego korpusu czujnika objętości- 1 plomba, pokrywce z regulacją czujnika objętości- 1 plomba, osłonie przetwornika kąta obrotu- 1 plomba, zaślepce w osłonie przetwornika kąta obrotu- 1 plomba, połączeniu czujnika objętości z podstawą- 1 plomba, mocowaniu pompy i górnej pokrywki pompy- 2 plomby, osłonach płytek liczydła elektronicznego- 3 plomby.

LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadcstwo składa się z jednej strony.

ZNAK WNIOSKU

OUM02.WZ3.45.394.2023

Data wystawienia: 13 czerwca 2023 r.



Pieczętka organu administracji miar

Z up. Dyrektora
STARSZY INSPEKTOR

Henryk Dępczyński

Imię i nazwisko osoby wystawiającej
świadcstwo legalizacji i jej podpis

Niniejsze świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości.