



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

Znak: AE/ZP-27-24/25

Tarnów, 2025-04-18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawę generatora do termolezji z wyposażeniem 1 szt.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ pkt 15 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie generatora, którego zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody wynosi 20-99 °C. Różnica pomiędzy wymaganym a oferowanym zakresem nie ma istotnego znaczenia terapeutycznego.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający informuje, iż dopuszcza również generator, którego zakres pomiaru temperatury na końcu elektrody wynosi 20-99 °C.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Z up. DYREKTORA

mgr piel. Maria Bawół
Zastępca Dyrektora



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 - fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757