



D.25C/250/655/2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **ZAKUP ECHOKARDIOGRAFU Z FUNKCJĄ ECHOKARDIOGRAFII PRZEZPRZEŁYKOWEJ ORAZ WEWNĄTRZNACZYNIOWEJ I/LUB WEWNĄTRZSERCOWEJ DLA LOKALIZACJI: SZPITAL W WEJHEROWIE**, znak: D25C/252/N/35-67rj/24, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowicy wewnątrzsercowej spełniającej wymogi wykonywania procedur wewnątrzsercowych:

- Zakres częstotliwości pracy od 3 MHz do 9 MHz
- 64-elementowa głowica z matrycą fazową
- cewnikiem ze sterowaniem w 4 kierunkach Viewflex Xtra 9 French, 4 way steering ICE, który wyposażony jest w łatwe do obsługi elementy sterujące i który utrzymuje format obrazu podczas procedury ICE.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza głowicę o wyżej wyspecyfikowanych parametrach.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


mgr Monika Klause