



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-17/25

Tarnów, 2025-03-26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy: krążki do antybiogramów oraz dzierzawa: dyspenserów do nakładania krążków antybiotykowych na płytkę – 3 szt., densytometru do wykonywania zawiesiny bakteryjnej oraz lateksów do identyfikacji bakterii, testów manualnych do identyfikacji bakterii, testów do jednoczesnego wykrywania antygenów: rotawirusa, adenowirusa i norowirusa, wymazówek i podłoża transportowego do wykonywania testów w technologii multiplex PCR.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującą treść:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt 3 i 4 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści test, którego reakcja dodatnia w polu wynikowym oraz reakcja kontrolna w polu kontrolnym posiada jednobarwne zabarwienie inne niż wskazuje Zamawiający? Wymóg ten wskazuje testy konkretnego producenta, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową do wyrobu konkretnego producenta, naruszając zasadę uczciwej konkurencji. Utrzymanie takiego wymogu spowoduje wzrost cen ofert przetargowych, ze stratą finansową dla Zamawiającego.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt 2 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy zamawiający dopuści test, którego strefa testowa dla Rotawirusa oraz Adenowirus znajduje się na jednej membranie? Wszystkie strefy wynikowe: kontrola testu, wynik Rotawirusa oraz wynik Adenowirusa są od siebie oddalone, zaś na płytce są oznaczenia wskazujące, która linia testowa należy do jakiej strefy. Wyklucz to szansę na pomyłkę w odczycie, gdyż oznaczenia są jednoznaczne i łatwe do określenia.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt 8 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści test o czułości dla Rotawirusów – >99,9%, dla Adeno - >99,9%, dla Noro – GI - 87,5% i GII – 95%?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt 9 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści test o swoistości dla Rotawirusów - 98,8%, Adeno - 97,6%, dla Noro- GI - 98,9% i GII - 96,6%?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 5 pkt 3 i 4 Załącznika Nr 4 do SWZ.** Czy Zamawiający dopuści test, w którym na reakcję dodatnią dla Rota, NoroI/II wskazuje obecność czerwonej linii w strefie wynikowej, natomiast niebieska linia w strefie wynikowej wskazuje na reakcję dodatnią dla Adenowirusa, linia poprawności wykonania testu ma kolor zielony.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1-5 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ, w tym w Załączniku Nr 4 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 5**.


Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek