



Poznań, dnia 01.10.2024 roku

Oznaczenie sprawy: TP-83/24

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie podstawowym
na dostawę zestawów minihisteroresektoskopowych <16,5 Fr-5 szt. wraz z montażem i szkoleniem**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

Prosimy o ujednoczenie rozbieżności między treściami Załącznika nr 4 do SWZ - Wzoru umowy § 4 pkt 2

Zakres

.....
Montaż/instalacja
Szkolenie
oraz Załącznika nr 2 do SWZ - Formularza ofertowego

Zakres

..... Montaż/instalacja/aplikacja
Szkolenie
na:

Zakres

.....
Montaż/instalacja
Szkolenie

Odpowiedź:

Zamawiający ujednocza na zaproponowaną zmianę.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w punkcie:
25

Kleszczyki chwytно-bipsyjne typu: ALIGATOR, półsztywne, tępo zakończone, jedna bransza ruchoma, śr. 5 Fr +/- 5%, dł. 340 mm +/- 10%, pogrubienie części roboczej w odcinku dystalnym oraz proksymalnym – 2 szt.

na:

Kleszczyki chwytно-bipsyjne typu: ALIGATOR, półsztywne, tępo zakończone, obie bransze ruchome, śr. 5 Fr +/- 5%, dł. 340 mm +/- 10%, pogrubienie części roboczej w odcinku dystalnym oraz proksymalnym – 2 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

