

Załącznik nr 1 a

Załącznik nr 1 a

Pakiet nr. 6 - stacja DICO 49" - Otolaryngologia - 1 szt.

Nazwa i typ : DiCO 1M 49" STACJA PRZEGLĄDOWA CYFROWYCH OBRAZÓW MEDYCZNYCH

Nazwa producenta: ULTRA-VIOL SP. J. PIETRAS, PURGAŁ, WÓJCIK

Kraj produkcji: POLSKA

Rok produkcji: 2024

LP	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Stacja wykonana w wersji do powieszenia na ścianie z możliwością umieszczenia na statywie jezdnym	Tak	Tak, stacja wykonana w wersji do powieszenia na ścianie z możliwością umieszczenia na statywie jezdnym
2.	Monitor o przekątnej 49" i rozdzielczości 3840 x 2160	Tak	Tak , monitor o przekątnej 49" i rozdzielczości 3840 x 2160
3.	Jakość obrazu: 4k	Tak	Tak , jakość obrazu: 4k
4.	Jasność 700 cd/m2	Tak	Tak , jasność 700 cd/m2
5.	Kontrast 8000:1	Tak	Tak, kontrast 8000:1
6.	Kąty widzenia 178/178	Tak	Tak, kąty widzenia 178/178
7.	Tryb pracy zgodny z DICOM Part 14	Tak	Tak, tryb pracy zgodny z DICOM Part 14
8.	Sprzętowa kalibracja do DICOM w tablicy LUT monitora	Tak	Tak, sprzętowa kalibracja do DICOM w tablicy LUT monitora
9.	Matryca IPS	Tak	Tak, matryca IPS
10.	Podświetlenie Edge LED	Tak	Tak, podświetlenie Edge LED
11.	Szyba z redukcją niepożądanych refleksów świetlnych: 8-krotna redukcja	Tak	Tak, szyba z redukcją niepożądanych refleksów świetlnych: 8-krotna redukcja
12.	Wejście HDMI – 1szt.	Tak	Tak, wejście HDMI – 1szt.

13.	Wejście DisplayPort – 1szt.	Tak	Tak, wejście DisplayPort – 1szt.
14.	Procesor wielordzeniowy Intel i3	Tak	Tak , procesor wielordzeniowy Intel i3
15.	Płyta główna B560 - płyta współpracująca z oferowanym procesorem	Tak	Tak , płyta główna B560 - płyta współpracująca z oferowanym procesorem
16.	Pamięć RAM: 8 GB	Tak	Tak, pamięć RAM: 8 GB
17.	Dysk twardy SSD 500 GB	Tak	Tak, dysk twardy SSD 500 GB
18.	Gniazdo LAN 10/100/1000 MBit zabezpieczone przed zalaniem	Tak	Tak , gniazdo LAN 10/100/1000 MBit zabezpieczone przed zalaniem
19.	Gniazda USB 2.0, zabezpieczone przed zalaniem – 4 szt.	Tak	Tak, gniazda USB 2.0, zabezpieczone przed zalaniem – 4 szt.
20.	Nagrywarka DVD+/-RW	Tak	Tak ,nagrywarka DVD+/-RW
21.	System operacyjny Windows 10 Pro 64 bit	Tak	Tak , system operacyjny Windows 10 Pro 64 bit
22.	Myszka zmywalna na wyposażeniu	Tak	Tak , myszka zmywalna na wyposażeniu
23.	Klawiatura silikonowa medyczna z touchpadem z półką pod myszkę z możliwością dezynfekowania	Tak	Tak , klawiatura silikonowa medyczna z touchpadem z półką pod myszkę z możliwością dezynfekowania
24.	Klawiatura z możliwością ustawiania i zablokowania pod dowolnym kątem	Tak	Tak , klawiatura z możliwością ustawiania i zablokowania pod dowolnym kątem
25.	Kontrola czasu pracy stacji poprzez wewnętrzny program	Tak	Tak , kontrola czasu pracy stacji poprzez wewnętrzny program
26.	Informacja o terminie wykonania przeglądu technicznego	Tak	Tak , informacja o terminie wykonania przeglądu technicznego
27.	Wewnętrzny system dezynfekcji powietrza w kanale UVC	Tak	Tak , wewnętrzny system dezynfekcji powietrza w kanale UVC

28.	Spełnienie Norm: PN-EN 60601-1:2011, PN-EN 60601-1:2015, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE MDR 2017/745	Tak	Tak , spełnienie Norm: PN-EN 60601-1:2011, PN-EN 60601-1:2015, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE MDR 2017/745
29.	Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych	Tak	Tak, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych
30.	Gwarancja min. 24 miesiące	Tak	Tak, gwarancja 24 miesiące

Niespełnienie jakiegokolwiek punktu specyfikacji skutkować będzie odrzuceniem przedstawionej oferty.