



WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE

Kraków, dnia 7 marca 2025 r.

znak sprawy: AGZ.272.4.2025

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: „Dostawę testów diagnostycznych”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4.03.2025 r., nr 2025/BZP 00129454/01.*

Odpowiedź na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udostępnia treść zapytań oraz udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 1:

Część 16. Czy Zamawiający w Części 16 zgodzi się na zestawy z okresem ważności minimum 11 miesięcy od daty dostawy? Taki minimalny termin ważności zapewnia producent.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza zestawy z okresem ważności minimum 11 miesięcy od daty dostawy.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany w specyfikacji warunków zamówienia w części 16 - Załącznik 1A do SWZ.

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76

<https://www.gov.pl/web/wsse-krakow> e-mail: wsse.krakow@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-95748-35700-DTCIG-18, adres skrytki na ePUAP: [/wssekrakow/skrytka](https://wssekrakow.gov.pl/skrytka)
centrala tel.: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555, sekretariat tel.: (+48) 12 25 49 500
REGON: 000297394 / NIP: 677-10-27-767

Wniosek nr 2:

Część 22. Czy Zamawiający w Części 22 zgodzi się na zestawy z okresem ważności minimum 11 miesięcy od daty dostawy? Taki minimalny termin ważności zapewnia producent.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza zestawy z okresem ważności minimum 11 miesięcy od daty dostawy.

Wniosek nr 3:

Część 22. Prosimy w Części nr 22 o wykreślenie w pozycji 1, 2 i 3 „prawidłowego pobrania materiału”, ponieważ kontrola egzogenna monitoruje izolację i amplifikację i nie sprawdza prawidłowego pobrania materiału.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że w części 22 w pozycji 1, 2 i 3 wykreśla zapis: „prawidłowego pobrania materiału”.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany w specyfikacji warunków zamówienia w części 22 - Załącznik 1A do SWZ. Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wniosek nr 4:

Część 16. Czy w Części nr 16 Zamawiający zgodzi się dołączenie do oferty instrukcji wykonania testu w j. angielskim oraz do każdego dostarczonego zestawu testów również w j. angielskim?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza dołączenie do oferty oraz do każdego dostarczonego zestawu testów instrukcji wykonania testu w j. angielskim.

Wniosek nr 5:

Część 22. Czy w Części nr 22 Zamawiający zgodzi się dołączenie do oferty instrukcji wykonania testu w j. angielskim oraz do każdego dostarczonego zestawu testów również w j. angielskim?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza dołączenie do oferty oraz do każdego dostarczonego zestawu testów instrukcji wykonania testu w j. angielskim.

Wniosek nr 6:

Część 16. Czy Zamawiający w Części nr 16 zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy z 14 do 16 dni?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy z 14 do 16 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany w specyfikacji warunków zamówienia (rozdział VI - termin wykonania zamówienia).

Zmieniona SWZ została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ponadto Zamawiający informuje, że działając na podstawie **art. 286 ust. 3** ustawy Pzp **przedłuża termin składania ofert** w przedmiotowym postępowaniu.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa dnia **25.03.2025 r. o godz. 8:00**, a oferty zostaną otwarte w dniu 25.03.2025 r. o godz. 8:05

Odpowiedź na powyższe wnioski stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Alina Jamka

Pismo wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym