



Grudziądz, dnia 14.05.2025 r.

ZP-926/25

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy osobistych pomp insulinowych pacjenta (znak sprawy: Z/27/PN/25).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy osobistych pomp insulinowych pacjenta” (znak sprawy: Z/27/PN/25), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

- dot. Załącznik nr 6 do SWZ ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zadanie nr 1

Ze względu na brak informacji dotyczących dostarczenia zestawów infuzyjnych, zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie informacji czy Zamawiający wymaga dostarczenia ww. osprzętu wraz z dostawą pomp, a jeśli wymaga, prosimy o podanie wymaganej ilości sztuk dla jednej dostarczanej pompy.

Nasz zestaw infuzyjny składa się z dwóch elementów – plastra mocującego oraz kaniuli (wkłucia). W naszej ofercie znajdują się dwie długości kaniuli – 6 i 9 mm.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 6 do SWZ w zakresie zadania nr 1 jak poniżej.**

Zapytanie nr 2:

- dot. Załącznik nr 6 do SWZ ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zadanie nr 1

Ze względu na brak informacji dotyczących dostarczenia zbiorników na insulinę, zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie informacji czy Zamawiający wymaga dostarczenia ww. osprzętu wraz z dostawą pomp, jeśli wymaga prosimy o podanie wymaganej ilości sztuk dla jednej dostarczanej pompy.





Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 6 do SWZ w zakresie zadania nr 1 jak poniżej.**

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy osobistych pomp insulinowych pacjenta**” (znak sprawy: Z/27/PN/25), w następującym zakresie:

– w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 6 do SWZ w zakresie zadania nr 1 i 2 zastępując nową treścią Załącznika nr 6 do SWZ w zakresie zadania nr 1 i 2 jak w załączeniu;

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:

– złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji

lub

– naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu.