



Znak: AE/ZP-27-76/24

Tarnów, 27-08-2024

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawę bieżni elektrycznych 2 szt.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1** Czy Zamawiający dopuści bieżnię elektryczną, której wymaganiem jest okresowo smarować pas? Jest to czynność serwisowa dla prawidłowego użytkowania urządzenia w celach komercyjnych.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający dopuści bieżnię bez upręży mocowanej do sufitu a w zamian za to dopuści urządzenie przeznaczone do odciążania pacjenta podczas ćwiczeń związanych z reedukacją chodu. Pozwala na odciążanie pacjenta w trybie statycznym lub dynamicznym. Składa się ono z dwóch niezależnych modułów regulujących podciąganie pacjenta na odpowiednio bezpieczną wysokość oraz moduł naciągania gum odpowiedzialnych za odciążenie ćwiczącego. Urządzenie wyposażone jest w system jezdny z hamulcami umożliwiającymi łatwy i bezpieczny sposób ćwiczenia oraz transportowania konstrukcji.
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający dopuści bieżnię z poręczami ale nie wzdłuż całej długości pasa biegowego?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy zamawiający dopuszcza bieżnię wymagającą smarowania?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy zamawiający dopuszcza bieżnię elektryczną bez funkcji bieżni bezsilnikowej?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy zamawiający dopuszcza bieżnię bez platformy wibracyjnej?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy zamawiający dopuszcza bieżnię bez silnika indukcyjnego?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 1-2** - Jakie są wymiary drzwi w budynku? Na które piętro należy wnieść sprzęt?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** bieżni elektrycznej, która posiada pas transmisyjny wymagający okresowo smarowania, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 2**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** bieżni elektrycznej, która nie posiada możliwości zamontowania upręży do sufitu, ale w zamian za to posiada opisany w pytaniu system odciążenia pacjenta, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 3**

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** bieżni elektrycznej, która posiada poręcze boczne, ale nie wzdłuż całej długości pasa biegowego, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 4**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1** bieżni elektrycznej, która posiada pas transmisyjny wymagający smarowania, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 5**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1** podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

**Ad. 6**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 1** podtrzymuje wymagania określone w SWZ.



**Ad. 7**

Zamawiający w **Pakiecie Nr 2** podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

**Ad. 8**

Zamawiający informuje, iż wymiary drzwi w budynku to 200 cm wysokości i 225 cm szerokości. Dostarczone bieżnie należy wnieść na drugie piętro budynku (możliwy transport windą).

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a

*Nocci*

**DYREKTOR**  
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika  
w Tarnowie

*Marcin Kuta*

