



WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA
31/10/2024

Zamawiający otrzymał następujące pytania do treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważną taśmę ze wskaźnikiem sterylizacji parowej, innego producenta i o innej nazwie handlowej?

Odpowiadając na pytanie zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taśmę o długości 50 m i szerokości 19 mm?

Odpowiadając na pytanie, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie taśmy o długości 50 m i szerokości 19 mm. W przypadku zaoferowania taśmy o długości 50m i szerokości 19 mm Wykonawca powinien zaoferować 11 szt. Taśmy.

Informacje o zaoferowaniu produktu równoważnego/ zamiennego(nazwa, producent, wymiary oraz oferowana ilość) Wykonawca powinien umieścić w formularzu ofertowym.