



Znak: AE/ZP-27-31/25

Tarnów, 2025-05-08

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy sprzętu laboratoryjnego.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 6, Pakietu Nr 10, Pakietu Nr 11 poz. 4-7 - Wyroby w Pakiecie Nr 4 poz. 6, w Pakiecie Nr 10 poz. 1 i 2, w Pakiecie Nr 11 poz. 4-7 nie są wyrobami medycznymi, lecz laboratoryjnymi. Przy sprzedaży obowiązuje je podstawowa stawka VAT 23%. W związku z tym prosimy o zmianę wymagań aby ww. wyroby musiały być dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

2. Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 6 - Prosimy o dopuszczenie pipety automatycznej zmiennopojemnościowej o pojemności 500-5000 ul.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ dla **Pakietu Nr 10 poz. 1 i 2 oraz Pakietu Nr 11 poz. 4-7**. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 5.4. SWZ wymaga aby w zakresie Pakietu Nr 10 przedmiot zamówienia spełniał warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, nie wymaga natomiast, aby był wyrobem medycznym.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt. 5.3 SWZ **zapis o treści:**

„Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w zakresie Pakietów Nr 1-5, Pakietu Nr 6 poz.1, Pakietów Nr 7-9 i Pakietów Nr 11-12 przedmiot zamówienia spełniał warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2024r. poz.1620 z póź. zm.). Odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie.”

zmienia na zapis o treści:

„Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w zakresie Pakietów Nr 1-3, Pakietu Nr 4 poz. 1-5, Pakietu Nr 5, Pakietu Nr 6 poz.1, Pakietów Nr 7-9 i Pakietów Nr 11-12 przedmiot zamówienia spełniał warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2024r. poz.1620 z póź. zm.). Odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie.”

2/ w pkt. 5.4 SWZ **zapis o treści:**

„Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w zakresie Pakietu Nr 6 poz.2 i Pakietu Nr 10 przedmiot zamówienia spełniał warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP. Odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie.”

zmienia na zapis o treści:

„Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w zakresie Pakietu Nr 4 poz. 6, Pakietu Nr 6 poz.2 i Pakietu Nr 10 przedmiot zamówienia spełniał warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP. Odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie.”

3/ w pkt. 11.6.1 SWZ **zapis o treści:**

„Oświadczenia, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany w zakresie Pakietów Nr 1-5, Pakietu Nr 6 poz. 1, Pakietów Nr 7-9 i Pakietów Nr 11-12 przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024r. poz.1620 z póź. zm.), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do SWZ).”

zmienia na zapis o treści:

„Oświadczenia, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany w zakresie Pakietów Nr 1-3, Pakietu Nr 4 poz. 1-5, Pakietu Nr 5, Pakietu Nr 6 poz. 1, Pakietów Nr 7-9 i Pakietów Nr 11-12 przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024r. poz.1620 z póź. zm.), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do SWZ).”

4/ w pkt. 11.6.2 SWZ zapis o treści:

„Oświadczenia, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany w zakresie: Pakietu Nr 6 poz.2 i Pakietu Nr 10 przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do SWZ).”

zmienia na zapis o treści:

„Oświadczenia, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany w zakresie: Pakietu Nr 4 poz. 6, Pakietu Nr 6 poz.2 i Pakietu Nr 10 przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do SWZ).”

5/ w pkt. 22.2 SWZ zapis o treści:

„Przez okres trwania umowy bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczane w ramach Pakietów Nr 1-5, Pakietu Nr 6 poz. 1, Pakietów Nr 7-9 i Pakietów Nr 11-12 wyroby warunków dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024r. poz.1620 z póź.zm.). Odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie.”

zmienia na zapis o treści:

„Przez okres trwania umowy bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczane w ramach Pakietów Nr 1-3, Pakietu Nr 4 poz.1-5, Pakietu Nr 5, Pakietu Nr 6 poz. 1, Pakietów Nr 7-9 i Pakietów Nr 11-12 wyroby warunków dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024r. poz.1620 z póź.zm.). Odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie.”

6/ w pkt. 22.3. SWZ zapis o treści:

„Przez okres trwania umowy bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczane w ramach Pakietu Nr 6 poz.2 i Pakietu Nr 10 wyroby warunków dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP. Odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie.”

zmienia na zapis o treści:

„Przez okres trwania umowy bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczane w ramach Pakietu Nr 4 poz.6, Pakietu Nr 6 poz.2 i Pakietu Nr 10 wyroby warunków dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP. Odpowiednie dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie.”

7/ w pkt. 22.8. SWZ zapis o treści:

„Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt II w zakresie Pakietów Nr 1-5, Pakietu Nr 6 poz. 1, Pakietów Nr 7-9 i Pakietów Nr 11-12 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna brutto nie ulegnie zmianie oraz zmian zgodnie z pkt. 22.34 SWZ.”

zmienia na zapis o treści:

„Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt II w zakresie Pakietów Nr 1-3, Pakietu Nr 4 poz.1-5, Pakietu Nr 5, Pakietu Nr 6 poz. 1, Pakietów Nr 7-9 i Pakietów Nr 11-12 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmiany cen urzędowych, z następującym zastrzeżeniem: w przypadku obniżenia ceny urzędowej wyrobów medycznych będących przedmiotem zamówienia ich cena umowna brutto ulegnie obniżce do wysokości obowiązującej ceny urzędowej, w przypadku podwyższenia ceny urzędowej ich cena umowna brutto nie ulegnie zmianie oraz zmian zgodnie z pkt. 22.34 SWZ.”

8/ w pkt. 22.9. SWZ zapis o treści:

„Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt II w zakresie Pakietu Nr 6 poz.2 i Pakietu Nr 10 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmian zgodnie z pkt. 22.34 SWZ.”

zmienia na zapis o treści:

„Ceny brutto przedstawione w Formularzu Ofertowym w pkt II w zakresie Pakietu Nr 4 poz.6, Pakietu Nr 6 poz.2 i Pakietu Nr 10 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy - nie dotyczy to zmiany cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT oraz zmian zgodnie z pkt. 22.34 SWZ.”

9/ w pkt. 1 Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany w zakresie Pakietów Nr 1-5 , Pakietu Nr 6 poz. 1, Pakietów Nr 7-9 i Pakietów Nr 11-12 przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024r. poz.1620 z póź. zm.), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.”

zmienia na zapis o treści:

„Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany w zakresie Pakietów Nr 1-3, Pakietu Nr 4 poz. 1-5, Pakietu Nr 5 , Pakietu Nr 6 poz. 1, Pakietów Nr 7-9 i Pakietów Nr 11-12 przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024r. poz.1620 z póź. zm.), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.”

10/ w pkt. 2 Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany w zakresie Pakietu Nr 6 poz.2 i Pakietu Nr 10 przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP. które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.”

zmienia na zapis o treści:

„Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany w zakresie Pakietu Nr 4 poz. 6, Pakietu Nr 6 poz.2 i Pakietu Nr 10 przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie RP. które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.”

Ad. 2

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 11 poz. 6** pipety automatycznej zmiennopojemnościowej o pojemności 500-5000 ul pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.1, działając na podstawie art 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 15.05.2025 godz. 9:00,

- otwarcie ofert w dniu 15.05.2025 godz. 10:00.

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13.06.2025 r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 7.2, 16.1, 17.1, 18.1, Załączniku Nr 3 oraz działając na podstawie art. 286 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1320) zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 3 do SWZ po dokonanej zmianie treści SWZ.

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

