



Znak: AE/ZP-27-89/24

Tarnów, 2024-10-14

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawę angiografu jednopłaszczyznowego.**

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

**1. Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 13 –**

|    |   |                          |  |
|----|---|--------------------------|--|
| 13 | Głębokość ramienia C mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia C | TAK<br>Min. 85 cm, podać |  |
|----|---|--------------------------|--|

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, na fakt, iż formułując treść wymogu w punkcie 13 pominął ocenę tak istotnej, z punktu widzenia ergonomii pracy, cechy konstrukcyjnej statywu. Większa głębokość ramienia wiąże się z możliwością większego pokrycia obrazowaniem pacjenta bez konieczności wykonywania dodatkowych ruchów statywu, co istotnie przyspiesza przebieg pracy. Wnioskujemy dodanie oceny zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego schematem punktowania:

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 13 | Głębokość ramienia C mierzona od promienia centralnego do wewnętrznej krawędzi ramienia C | TAK<br>Min. 85 cm, podać<br>Punktacja:<br>Warunek minimum – 0 pkt.<br>Wartość maksymalna – 5 pkt.<br>Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|----|---|---|--|

**2. Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 26 –**

|    |                               |                           |  |
|----|-------------------------------|---------------------------|--|
| 26 | Całkowita długość blatu stołu | TAK<br>Min. 280 cm, podać |  |
|----|-------------------------------|---------------------------|--|

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, na fakt, iż formułując treść wymogu w punkcie 16 pominął ocenę tak istotnej, z punktu widzenia ergonomii pracy, cechy konstrukcyjnej stołu pacjenta. Większa długość blatu stołu przekłada się na większą przestrzeń roboczą dostępną dla narzędzi interwencyjnych – prowadniki, cewniki, aterekomy itp. - co istotnie ułatwia przebieg zabiegu. Wnioskujemy dodanie oceny zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego schematem punktowania:

|    |                               |   |  |
|----|-------------------------------|---|--|
| 26 | Całkowita długość blatu stołu | TAK<br>Min. 280 cm,<br>podać<br>Punktacja:<br>Warunek minimum – 0 pkt.<br>Wartość maksymalna – 5 pkt.<br>Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|----|-------------------------------|---|--|



3. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 48 –**

|    |                        |     |  |
|----|------------------------|-----|--|
| 48 | Lampa min. 2-ogniskowa | TAK |  |
|----|------------------------|-----|--|

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, na fakt, iż formułując treść wymogu w punkcie 48 pominął ocenę tak istotnej, z punktu widzenia skuteczności prowadzenie obrazowania interwencyjnego, cechy konstrukcyjnej lampy RTG. Większa ilość ognisk lampy RTG przekłada się na możliwość prowadzenia obrazowania z wykorzystaniem mikroogniska, co zwiększa rozdzielczość przestrzenną uzyskanych obrazów. Wnioskujemy dodanie oceny zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego schematem punktowania:

|    |                        |  |  |
|----|------------------------|--|--|
| 48 | Lampa min. 2-ogniskowa | TAK, podać<br>Punktacja:<br>Lampa 3-ogniskowa- 5 pkt;<br>Lampa 2-ogniskowa- 0 pkt. |  |
|----|------------------------|--|--|

4. **Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 71 –**

|    |   |                        |  |
|----|---|------------------------|--|
| 71 | Typowa detekcyjna wydajność kwantowa detektora (DQE) przy 0 lp/mm | TAK<br>Min. 60%, podać |  |
|----|---|------------------------|--|

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, na fakt, iż formułując treść wymogu w punkcie 71 pominął ocenę tak istotnej, z punktu widzenia skuteczności prowadzenie obrazowania interwencyjnego, cechy konstrukcyjnej detektora obrazu. Wysoka wartość detekcyjnej wydajności kwantowej detektora jest kluczowym parametrem przekładającym się na ilość promieniowania potrzebną do uzyskania obrazu – im większa wartość DQE tym mniejsze zapotrzebowanie na promieniowanie. Wnioskujemy dodanie oceny zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego schematem punktowania:

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 71 | Typowa detekcyjna wydajność kwantowa detektora (DQE) przy 0 lp/mm | TAK<br>Min. 60%, podać<br>Punktacja:<br>Warunek minimum – 0 pkt.<br>Wartość maksymalna – 5 pkt.<br>Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|----|---|---|--|

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:**

**Ad 1**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ad 2-4**

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.26 w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” **zapis o treści:**

„TAK

Min. 280 cm, podać”

**zmienia na zapis o treści:**

„TAK

Min. 280 cm, podać

Punktacja:

Warunek minimum – 0 pkt.

Wartość maksymalna – 3 pkt.





Pozostałe proporcjonalnie.”

2/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.48 w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” **zapis o treści:**  
„TAK”

**zmienia na zapis o treści:**

„TAK, podać

Punktacja:

Lampa 2-ogniskowa – 0 pkt.

Lampa 3-ogniskowa – 5 pkt.”

3/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.71 w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” **zapis o treści:**

„TAK

Min. 60%, podać”

**zmienia na zapis o treści:**

„TAK

Min. 60%, podać

Punktacja:

Warunek minimum – 0 pkt.

Wartość maksymalna – 5 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie.”

4/w pkt.21.1.2. SWZ **zapis o treści:**

„21.1.2. Punktacja w kryterium „Parametry techniczne” zostanie obliczona ze wzoru:

$$P2 = 0,30 * (t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 + t_6 + t_7 + t_8 + t_9 + t_{10} + t_{11} + t_{12}) * 100/54 \text{ pkt}$$

gdzie:

t<sub>1</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 14 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>2</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 15 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>3</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 16 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>4</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 21 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>5</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 33 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>6</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 37 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>7</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 47 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>8</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 52 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>9</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 54 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>10</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 66 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>11</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 83 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>12</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 93 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze  
gdzie:

$$t_1 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_2 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_3 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_5 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 3$$



$$t_6 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_8 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_9 = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

$$t_{10} = \frac{\text{wart.param.zaofer.}}{\text{wart.param.max.}} * 5$$

gdzie:

wart. param. zaofer. – oznacza wartość parametru oferty badanej w pozycji 14, 15, 16, 33, 37, 52, 54 i 66 Załącznika Nr 5 do SWZ

wart. param. max – oznacza maksymalną wartość parametru z wszystkich rozpatrywanych ofert w pozycji 14, 15, 16, 33, 37, 52, 54 i 66 Załącznika Nr 5 do SWZ

Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” Załącznika Nr 5 do SWZ tj. :

- 1) w ocenianym w pozycji 14 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. zakres dostępnych projekcji ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta 220° uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t<sub>1</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 2) w ocenianym w pozycji 15 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. zakres dostępnych projekcji ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta 90° uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t<sub>2</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 3) w ocenianym w pozycji 16 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. maksymalna szybkość ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D 20°/s uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t<sub>3</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 4) w ocenianym w pozycji 21 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowaną opisaną w pozycji 21 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalnością uzyska 5 punktów (t<sub>4</sub>=5), oferta, w której nie zaoferowano opisanej w pozycji 21 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalności uzyska 0 punktów (t<sub>4</sub>=0).
- 5) w ocenianym w pozycji 33 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 3 punkty, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. maksymalna obciążalność stołu (waga pacjenta z uwzględnieniem rezerwy na resuscytację i akcesoria) 300kg uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t<sub>5</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 6) w ocenianym w pozycji 37 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą (tj. bez ograniczeń czasowych) 3000 W uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z





wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t<sub>6</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.

- 7) w ocenianym w pozycji 47 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaofferowaną opisaną w pozycji 47 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalnością uzyska 5 punktów (t<sub>7</sub>=5), oferta, w której nie zaofferowano opisanej w pozycji 47 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalności uzyska 0 punktów (t<sub>7</sub>=0).
- 8) w ocenianym w pozycji 52 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaofferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaofferowanego parametru tj. pojemność cieplna anody 3500 kWh uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t<sub>8</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 9) w ocenianym w pozycji 54 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaofferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaofferowanego parametru tj. pojemność cieplna kołpaka 6500 kWh uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t<sub>9</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 10) w ocenianym w pozycji 66 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaofferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaofferowanego parametru wynikającą z iloczynu liczby pikseli aktywnego obszaru obrazowania (1024 x 1024) tj. 1 048 576 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. dla „t<sub>10</sub>” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 11) w ocenianym w pozycji 83 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaofferowaną opisaną w pozycji 83 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalnością uzyska 3 punkty (t<sub>11</sub>=3), oferta, w której nie zaofferowano opisanej w pozycji 83 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalności uzyska 0 punktów (t<sub>11</sub>=0).
- 12) w ocenianym w pozycji 93 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaofferowaną opisaną w pozycji 93 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalnością uzyska 3 punkty (t<sub>12</sub>=3), oferta, w której nie zaofferowano opisanej w pozycji 93 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalności uzyska 0 punktów (t<sub>12</sub>=0).

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi kryterium wynosi 30.”

**zmienia na zapis o treści:**

„21.1.2. Punktacja w kryterium „Parametry techniczne” zostanie obliczona ze wzoru:

$$P2 = 0,30 * (t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 + t_6 + t_7 + t_8 + t_9 + t_{10} + t_{11} + t_{12} + t_{13} + t_{14} + t_{15}) * 100/67 \text{ pkt}$$

gdzie:

t<sub>1</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 14 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>2</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 15 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>3</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 16 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>4</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 21 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>5</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 33 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>6</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 37 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>7</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 47 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>8</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 52 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>9</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 54 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>10</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 66 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze

t<sub>11</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 83 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze





t<sub>12</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 93 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze  
 t<sub>13</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 26 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze  
 t<sub>14</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 48 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze  
 t<sub>15</sub> – punkty przyznane badanej ofercie w ocenianym w pozycji 71 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze  
 gdzie:

$$t_1 = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 5$$

$$t_2 = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 5$$

$$t_3 = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 5$$

$$t_5 = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 3$$

$$t_6 = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 5$$

$$t_8 = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 5$$

$$t_9 = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 5$$

$$t_{10} = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 5$$

$$t_{13} = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 3$$

$$t_{15} = \frac{\text{wart. param. zaofer.}}{\text{wart. param. max.}} * 5$$

gdzie:

wart. param. zaofer. – oznacza wartość parametru oferty badanej w pozycji 14, 15, 16, 33, 37, 52, 54, 66, 26 i 71 Załącznika Nr 5 do SWZ

wart. param. max – oznacza maksymalną wartość parametru z wszystkich rozpatrywanych ofert w pozycji 14, 15, 16, 33, 37, 52, 54, 66, 26 i 71 Załącznika Nr 5 do SWZ

Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji”” Załącznika Nr 5 do SWZ tj. :

- 1) w ocenianym w pozycji 14 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. zakres dostępnych projekcji ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta 220° uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t<sub>1</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 2) w ocenianym w pozycji 15 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. zakres dostępnych projekcji ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta 90° uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t<sub>2</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 3) w ocenianym w pozycji 16 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego





graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. maksymalna szybkość ramienia C w kierunku LAO/RAO w pozycji statywu za głowę pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D 20°/s uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t<sub>3</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.

- 4) w ocenianym w pozycji 21 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowaną opisaną w pozycji 21 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalnością uzyska 5 punktów (t<sub>4</sub>=5), oferta, w której nie zaoferowano opisanej w pozycji 21 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalności uzyska 0 punktów (t<sub>4</sub>=0).
- 5) w ocenianym w pozycji 33 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 3 punkty, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. maksymalna obciążalność stołu (waga pacjenta z uwzględnieniem rezerwy na resuscytację i akcesoria) 300kg uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t<sub>5</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 6) w ocenianym w pozycji 37 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą (tj. bez ograniczeń czasowych) 3000 W uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t<sub>6</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 7) w ocenianym w pozycji 47 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowaną opisaną w pozycji 47 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalnością uzyska 5 punktów (t<sub>7</sub>=5), oferta, w której nie zaoferowano opisanej w pozycji 47 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalności uzyska 0 punktów (t<sub>7</sub>=0).
- 8) w ocenianym w pozycji 52 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. pojemność cieplna anody 3500 KHU uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t<sub>8</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 9) w ocenianym w pozycji 54 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. pojemność cieplna kołpaka 6500 KHU uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t<sub>9</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 10) w ocenianym w pozycji 66 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru wynikającą z iloczynu liczby pikseli aktywnego obszaru obrazowania (1024 x 1024) tj. 1 048 576 uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. dla „t<sub>10</sub>” w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 11) w ocenianym w pozycji 83 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowaną opisaną w pozycji 83 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalnością uzyska 3 punkty (t<sub>11</sub>=3), oferta, w której nie zaoferowano opisanej w pozycji 83 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalności uzyska 0 punktów (t<sub>11</sub>=0).
- 12) w ocenianym w pozycji 93 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowaną opisaną w pozycji 93 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalnością uzyska 3 punkty (t<sub>12</sub>=3), oferta, w której nie zaoferowano opisanej w pozycji 93 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne” Załącznika Nr 5 do SWZ funkcjonalności uzyska 0 punktów (t<sub>12</sub>=0).





- 13) w ocenianym w pozycji 26 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 3 punkty, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. całkowita długość blatu stołu 280 cm uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t<sub>13</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
- 14) w ocenianym w pozycji 48 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z zaoferowaną lampą 3-ogniskową uzyska 5 punktów (t<sub>14</sub>=5), oferta z zaoferowaną lampą 2-ogniskową uzyska 0 punktów (t<sub>14</sub>=0).
- 15) w ocenianym w pozycji 71 Załącznika Nr 5 do SWZ parametrze oferta z maksymalną wartością zaoferowanego parametru uzyska 5 punktów, oferta z minimalną, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością zaoferowanego parametru tj. typowa detekcyjna wydajność kwantowa detektora (DQE) przy 0 lp/mm 60% uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z wzorem określonym w pkt.21.1.2. SWZ dla „t<sub>15</sub>”, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi kryterium wynosi 30.”

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.2, Ad.3 i Ad.4 działając na podstawie art.137 ust.1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

**- składanie ofert do dnia 24.10.2024r. godz. 09:00,**

**- otwarcie ofert w dniu 24.10.2024r. godz. 10:00.**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21.01.2025r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt.21.1.2., pkt.18.1., pkt.19.1, pkt.20.1, Załączniku Nr 5 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 5 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosek*

