



FDZZ.226.09.2025

Ostrów Wielkopolski, dnia 11.04.2025r.

Otrzymują

- wykonawca
- platforma zakupowa

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę szafy do przechowywania endoskopów giętkich.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy **POLYMED Tomasz Idzikowski , ul. Żeromskiego 45,01-882 Warszawa** z uwagi na fakt, iż Wykonawca winien załączyć do oferty „Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych”, co uczynił jednakże dołączone dokumenty nie dotyczą zaoferowanego przez Wykonawcę urządzenia ENDO-DRY lecz dotyczą szafy ENDO -STORE. W związku z powyższym złożone dokumenty nie potwierdzają zgłoszenia zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający pismem z dnia 07.04.2025r wezwał Wykonawcę POLYMED do złożenia w/w dokumentów , czego Wykonawca we wskazanym terminie nie uczynił.

W związku z tym, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie z uwagi na fakt , iż jedyna złożona oferta w przedmiotowym postępowaniu podlega odrzuceniu.

Z poważaniem

*Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno -Finansowych
ZZOZ w Ostrowie Wlkp.
Piotr Skoczylas*