

Konin, 07.04.2025 r.

**WSZ-EP-54/2024/231/25****Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-54/2024****Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ – nr 46**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ” oraz udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pytania do pakietu 23 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kołdrę wielodostępową o wymiarach 210 cm x 120 cm? Kołderka wykonana z wielowarstwowej włókny SMS. Posiada w zestawie 2 luźne plasterki do umocowania kołderki w miejscu odpowiednim dla personelu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytania do pakietu 23 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści kołdrę na całe ciało pacjenta dorosłego o wymiarach 210 cm x 120 cm? Kołderka wykonana z wielowarstwowej włókny SMS.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytania do pakietu 23 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści kołdrę pod ciało pacjenta dorosłego o wymiarach 215 cm x 100 cm? Kołderka wykonana z wielowarstwowej włókny SMS.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytania do pakietu 23 – Zamawiający - zgodnie z ustawą PZP - w SWZ w pkt IV.14 dopuszcza rozwiązania równoważne. Prosimy zatem o odstąpienie wymogu zgodności z instrukcją obsługi Bair Hugger, ponieważ w instrukcji producent urządzenia zezwala na korzystanie tylko z oryginalnych części. Każde inne rozwiązanie, tzw. równoważne będzie niekorzystne dla producenta, bowiem rozwiązania równoważne charakteryzują się zazwyczaj dużo niższą ceną niż części oryginalne. Dlatego prosimy o wykreślenie tego wymagania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie do pakietu 32 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści łyżki metalowe ze stopką z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie do pakietu 32 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści łyżki ze standardowym ogonkiem?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie do pakietu 32 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści łyżki bez oznaczenia kolorystycznego na opakowaniu? Standardowo używa się określić rozmiaru jak, np. MacIntosh 3, a nie MacIntosh czerwony.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie do pakietu 32 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści łyżki pakowane w pojedyncze opakowanie foliowe (bez folii bąbelkowej)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie do pakietu 47 pozycja 1.1 – Czy Zamawiający dopuści kocyk do ogrzewania pacjenta dorosłego, na całe ciało o wymiarach 210 cm x 120 cm. Kocyk z jednej strony biały, z drugiej niebieski, wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu, odporny na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, przezierny dla promieni RTG, zapewniający równomierny przepływ powietrza. Kocyk mocowany do rury urządzenia grzewczego za pomocą taśmy typu Velcro zapewniającej szczelne połączenie

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie do pakietu 47 pozycja 1.2 – Czy Zamawiający dopuści kocyk do ogrzewania pacjenta pediatrycznego, na całe ciało o wymiarach 170 cm x 100 cm. Kocyk z jednej strony biały, z drugiej niebieski, wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu, odporny na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, przezierny dla promieni RTG, zapewniający równomierny przepływ powietrza. Kocyk mocowany do rury urządzenia grzewczego za pomocą taśmy typu Velcro zapewniającej szczelne połączenie

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie do pakietu 47 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści kocyk do ogrzewania pacjenta na górną część ciała o wymiarach 202 cm x 64 cm. Kocyk z jednej strony biały, z drugiej niebieski, wykonany z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu, odporny na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, przezierny dla promieni RTG, zapewniający równomierny przepływ powietrza. Kocyk mocowany do rury urządzenia grzewczego za pomocą taśmy typu Velcro zapewniającej szczelne połączenie

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie do pakietu 50 – Czy Zamawiający dopuści rękojeść o mocy świetlnej 15 lm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie do pakietu 50 – Czy Zamawiający dopuści rękojeść metalową, radełkowaną dla pewnego chwytu (dzięki radełkowanej powierzchni rękojeść ma właściwości antypoślizgowe)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie do pakietu 83 – Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje resuscytator który ma uchwyt do przywieszenia przy łóżku, czy też oczekuje opakowania foliowego z uchwytem do powieszenia przy łóżku?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wskazuje, że wymaga, aby resuscytator był zapakowany w opakowanie foliowe z uchwytem do powieszenia przy łóżku pacjenta – zgodnie z SWZ.

Pytanie do pakietu 83 – Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez opakowania foliowego z uchwytem do powieszenia przy łóżku?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie do pakietu 132 – Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a z gumową zastawką?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie określa powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie do pakietu 141 – Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a z balonem 5-10 ml dla rozmiarów 12-24?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie do pakietu 156 – Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje resuscytator który ma uchwyt do przywieszenia przy łóżku, czy też oczekuje opakowania foliowego z uchwytem do powieszenia przy łóżku?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wskazuje, że wymaga, aby resuscytator był zapakowany w opakowanie foliowe z uchwytem do powieszenia przy łóżku pacjenta – zgodnie z SWZ.

Pytanie do pakietu 156 – Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez opakowania foliowego z uchwytem do powieszenia przy łóżku?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.