

Konin, 02.06.2025r.

EP.252.12.2025

(nr wew. WSZ-EP-12/420/2025)

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Doposażenie oddziału Chirurgii Dziecięcej wraz z salą operacyjną oraz innych oddziałów poprzez zakup urządzeń medycznych” (nr sprawy: WSZ-EP-12/2025).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy Pakietu nr 1 i 2

1. Z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu medycznego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego do 5 lat od daty dostawy dla pakietu 1 i 2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie tego okresu do 8 lat i zmodyfikuje paragraf 5 ust. 4 ppkt. 3) DLA WSZYSTKICH PAKIETÓW

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 20 dni roboczych od zgłoszenia awarii dla pakietu 1 i 2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem numer 5 – projektowane postanowienia umowy.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, w pakiecie nr 1: wózek aparaturowy wraz z komponentami tj.: wysięgnik na płyny irygacyjne, mobilny stojak z zestawem listwy z gniaздkami, uchwytu do butli CO2, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) ani

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., a zatem obowiązki wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązki oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyyczny)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym zmodyfikuje zapisy paragrafu 1 ust. 3-4.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

4. Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika

Odpowiedź:

Powyższą kwestię regulują zapisy paragraf 5 ust. 3

5. Prosimy o potwierdzenie, gwarancja nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych) oraz jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, ile razy materiały te będą wymieniane – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź:

Powyższą kwestię regulują zapisy paragraf 5 ust. 1.

6. (Dotyczy wzoru umowy §6 ust.1, pkt.1) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w dostawie do 0,5% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki?

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe , pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

7. (Dotyczy wzoru umowy §6 ust.1, pkt.2) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary o której mowa w §6 ust.1, pkt.2) wzoru umowy do 0,5% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe , pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Sporządziła: K. Lewandowska