



Poznań, dnia 17.04.2025 r.

Oznaczenie sprawy: PN-26/25

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku i środków do dezynfekcji w podziale na 19 części.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 6

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Ze względu na całkowite zaprzestanie produkcji staplerów przez firmę Grena i brak zapasów magazynowych czy Zamawiający dopuści w to miejsce w pakiecie staplery firmy Lantex o następujących parametrach

Pytanie nr 1

W pakiecie 10 poz1

Stapler liniowy prosty jednorazowego użytku rozmiar 60mm z automatycznym dociskiem na tkankę w zakresie 1,5-2,0mm - zszywki tytanowe do tkanki standardowej i grubej (do wyboru przez zamawiającego), wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm/4,5mm. Pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe parametry tak jak w SWZ

Pytanie nr 2

W pakiecie 10 poz 2

Stapler liniowy tnąco-szyjący długość noża 80mm,100mm (do wyboru przez zamawiającego) posiadający nóż w ładunku lub nóż w korpusie, z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku, z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o dł podstawy. 3,00mm i wysokości 3,8 mm przed zamknięciem, dydykowane do tkanki standardowej. Pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe parametry tak jak w SWZ

Pytanie nr 3

W pakiecie 10 poz 3

Stapler okrężny zgięty rozmiar 28mm i 32mm -(do wyboru przez zamawiającego), z odczepialnym kowadełkiem, do zespołów jelita grubego, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm-2,3mm, o wysokości otwartej zszywki 5,0mm. Pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe parametry tak jak w SWZ

Pytanie nr 4

W pakiecie 10 poz4

Ładunek do staplera linowego z nożem (nóż w staplerze) producenta Lantex rozmiar staplera 80mm grubość tkanki standard 1,5mm, jednorazowego użytku op. 10 szt.. Zamawiający wymaga aby zaoferowane ładunki wymienne były kompatybilne z staplerem z pozycji 2 (prod Lantex)

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pozostałe parametry tak jak w SWZ

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

