



## wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań  
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48  
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 28.04.2025  
EZ/36/2025/...402...

Wg rozdzielnika:

do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne  
DOTYCZY: 36/2025- Zakup i dostawa nici chirurgicznych i kleju tkankowego

Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze zm), udziela odpowiedzi:

### PYTANIE

Czy w pakiecie nr 6 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

- Szew syntetyczny monofilamentowy o długim okresie wchłaniania, wykonany z homopolimeru poli-p-dioksanonu, dostępny w kolorze fioletowym. 65-90% początkowej wytrzymałości wężła na rozciąganie po 28 dniach od zaimplantowania. Całkowita absorpcja 220 dni.

### ODPOWIEDŹ

Nie, Zamawiający nie zgadza się na zaproponowanie w pakiecie 6 wyżej opisanych nici. Takie szwy Zamawiający wymaga w pakiecie 10.

### PYTANIE

Czy w pakiecie nr 7 Zamawiający zgadza się na zaoferowanie asortymentu z uwzględnieniem niżej przedstawionych parametrów:

- Nici wchłaniające, syntetyczne, plecione, niebarwione lub fioletowe, wykonane z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego lub z kwasu poliglikolowego, powlekane poliglaktyną i stearynianem wapnia lub polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, nasączone chlorhexydyną, zachowujące 60%- 75% siły podtrzymania tkankowego po 14 dniach oraz 25-50% siły podtrzymania tkankowego po 21 dniach, wchłaniające się w okresie 56-70 dni.
- Poz. nr 2,3: tolerancja wielkości igły +/- 1 mm
- Poz. nr 4: igła o zakończeniu krótkim tnącym 37 mm

### ODPOWIEDŹ

Tak, dopuści nitkę o okresie wchłaniania 56-70 dni ( pozostałe parametry są zgodne z wymaganymi ), dopuści tolerancję igły w poz. 2 i 3 zgodnie z p. 3 Kryteriów dla nici chirurgicznych. Nie dopuści zaproponowanej igły w poz. 4 – wymaga igły okrągłej z ostrzem typu trocar.

Z poważaniem,

Wiceprezident Działu  
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Marcin Schneider

Paulina Giermek  
mgr farm