



Poznań, dnia 17.04.2025 roku

Oznaczenie sprawy: PN-29/25

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę aparatury medycznej wraz z montażem i szkoleniem**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Część nr 2 Lampa operacyjna

Pytanie:

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bezcieniową lampę operacyjną w której współczynnik odwzorowania barwy światła Ra wynosi 96? Jest to parametr zbliżony do wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bezcieniową lampę operacyjną w której współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 wynosi 96? Jest to parametr zbliżony do wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bezcieniową lampę operacyjną w której nie ma możliwości wymiany modułów bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy?

Przy żywotności diod LED powyżej 60 000 godzin taka opcja jest niepotrzebna w oferowanym modelu ponieważ nigdy się nie przyda.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie:

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bezcieniową lampę operacyjną w której dostępne są 2 temperatury barwowe: 4500/5000K?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bezcieniową lampę operacyjną w której elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego regulowana jest za pomocą łatwo dostępnego panelu sterowania przy przegubie czaszy lampy?

Za pomocą centralnego uchwyty sterującego można dodatkowo regulować natężenie światła.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.





Pytanie:

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bezcieniową lampę operacyjną w której pozycjonowanie każdej z czasz odbywa się za pomocą wielorazowego, sterylizowalnego uchwytu oraz uchwytem w formie wyżłobienia wokół czaszy?

To rozwiązanie ułatwia czyszczenie czaszy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bezcieniową lampę operacyjną w której stopień ochrony IP dla czaszy i ramion wynosi IP 30?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:

40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bezcieniową lampę operacyjną z możliwością instalacji dodatkowego sterownika który nie posiada opcji zapisania ulubionych ustawień parametrów światła?

Po uruchomieniu lampy wracają ostatnio używane parametry światła.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie:

W jakiej technologii jest wykonany strop w pomieszczeniu w którym planowany jest montaż lampy?

Odpowiedź: Strop prefabrykowany wielokanałowy.

Pytanie:

Jaka jest wysokość sufitu właściwego oraz podwieszanego jeżeli taki występuje?

Odpowiedź: H stropu= 320 cm, H sufit= 270 cm

Pytanie:

Czy w miejscu montażu lampy jest obecnie zamontowana inna lampa?

Odpowiedź: Nie. Miejsce montażu lampy nie jest jeszcze oddane do użytku.

Pytanie:

Czy w miejscu montażu lampy są przewody zasilające?

Odpowiedź: Sala jest w trakcie adaptacji budowlanej i zostaną doprowadzone przewody zasilające.