

Konin, 02.06.2025r.

EP.252.12.2025

(nr wew. WSZ-EP-12/415/2025)

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – numer 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Doposażenie oddziału Chirurgii Dziecięcej wraz z salą operacyjną oraz innych oddziałów poprzez zakup urządzeń medycznych” (nr sprawy: WSZ-EP-12/2025).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Dotyczy: Pakiet 6 – Mieszalnik do okładów parafinowych z szafą do utrzymywania temperatury okładów – 1 zest.

Czy zamawiający wymaga mieszalnika do parafiny, czy fango? W opisie pojawiają się obie nazwy, a są to różne urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje, że przedmiotem zamówienia jest Mieszalnik do okładów cieplnych FANGO z szafą termiczną do utrzymywania temperatury okładów.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.6 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Dotyczy: Pakiet 6 – Mieszalnik do okładów parafinowych z szafą do utrzymywania temperatury okładów – 1 zest.

Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 40 litrów? To optymalna pojemność do pracy w warunkach szpitalnych i zapewnia ekonomiczne zużycie energii oraz masy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Dotyczy: Pakiet 6 – Mieszalnik do okładów parafinowych z szafą do utrzymywania temperatury okładów – 1 zest.

Czy zamawiający dopuści urządzenie ze sterowaniem elektronicznym, które umożliwia programowanie funkcji:

grzanie: praca normalna w zakresie temperatury,

mieszanie: wymuszone mieszanie masy (przyśpieszony proces rozgrzewania dodawanej zimnej masy),

sterylizacja: sterylizacja masy w przyjętym zakresie temperatury,

start za: opóźnienie uruchomienia urządzenia o zaprogramowaną liczbę godzin.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Dotyczy: Pakiet 6 – Mieszalnik do okładów parafinowych z szafą do utrzymywania temperatury okładów – 1 zest.

Czy zamawiający dopuści urządzenie ze sterowaniem elektronicznym za pomocą pilota, który wyświetla wszystkie ważne informacje. Pilot posiada również diody informujące o: temperaturze, czasie oraz czerwoną – ostrzegającą o przekroczeniu bezpiecznej temperatury.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Dotyczy: Pakiet 6 – Mieszalnik do okładów parafinowych z szafą do utrzymywania temperatury okładów – 1 zest.

Czy zamawiający dopuści urządzenie o bardzo zbliżonych wymiarach: Wymiary (wys. x szer. x gł.) [cm]: 75 x 66 x 64?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy załącznika numer 2.6– zestawienie wymaganych parametrów jakościowo -technicznych Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.6 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Dotyczy: Pakiet 6 – Mieszalnik do okładów parafinowych z szafą do utrzymywania temperatury okładów – 1 zest.

Czy zamawiający dopuści szafę termiczną o bardzo zbliżonym zakresie regulacji temperatur - Zakres temperatur [°C]: 25-80?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy załącznika numer 2.6– zestawienie wymaganych parametrów jakościowo -technicznych Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.6 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania

Pytanie nr 7

Dotyczy: Dotyczy: Pakiet 6 – Mieszalnik do okładów parafinowych z szafą do utrzymywania temperatury okładów – 1 zest.

Czy zamawiający dopuści urządzenie (szafę termiczną) o bardzo zbliżonych wymiarach: (wys. x szer. x gł.) [cm]: 80 x 70 x 76?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Dotyczy: Pakiet 6 – Mieszalnik do okładów parafinowych z szafą do utrzymywania temperatury okładów – 1 zest.

Czy zamawiający dopuści urządzenie (szafę termiczną) gdzie informacje o pracy wyświetlane są na pilocie sterującym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Dotyczy: Pakiet 6 – Mieszalnik do okładów parafinowych z szafą do utrzymywania temperatury okładów – 1 zest.

Czy zamawiający zapewni odpowiednie przyłącza elektryczne (zgodne DTR), wentylację oraz drogę transportową do pomieszczenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Sporządziła: K. Lewandowska