



Poznań, dnia 17.04.2025 roku

Oznaczenie sprawy: PN-29/25

**Uczestnicy postępowania  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę aparatury medycznej wraz z montażem i szkoleniem**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Część nr 2 – Lampa operacyjna

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie lampy operacyjnej, która nie ma możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy. Zawężenie konkurencji w tym zakresie nie znajduje istotnego uzasadnienia dla funkcjonalności urządzenia. Działania serwisowe podejmuje wykwalifikowany serwis producenta wyposażony w odpowiednie narzędzia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ,**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie lampy operacyjnej której regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na każdej z czasz w zakresie 10 – 100%, w tym białe oświetlenie endoskopowe 3%. Minimalna zamiana granicznych wartości parametru oświetlenia endoskopowego nie wpływa znacząco na użytkowanie urządzenia w odniesieniu do celu jego nabycia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie lampy operacyjnej której całkowity pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła w obu czaszach wynosi 330 [W] ? Minimalne przekroczenie granicznego parametru pozostanie niezauważone dla użytkownika, nie ma też bezpośredniego wpływu na funkcjonalność urządzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie:**

§ 8 ust. 3 (Kary umowne)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości wszystkich kar umownych do 20% ?

**Odpowiedź: Nie.**

