

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 130 000 zł prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.: **Dostawa zamrażarki laboratoryjnej na potrzeby Wydziału Medycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) dalej cyt. jako „ustawy Pzp”, informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1

Dot. poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zakres temperatur od -20 do -40°C?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie urządzenia o powyższym zakresie temperatur.

Pytanie nr 2

Dot. poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści szerokość zewnętrzną: 70cm?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie urządzenia o szerokości zewnętrznej 70 cm.

Pytanie nr 3

Dot. poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz LED z przyciskami membranowymi?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że dopuszcza wyświetlacz LED z przyciskami membranowymi.

Pytanie nr 4

Dot. poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści kierunek zamykania drzwi: prawy bez możliwości przestawienia?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza kierunku zamykania drzwi: prawy bez możliwości przestawienia.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Podpisano

z up. Rektora KUL

/-/ dr Beata Zięba

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych