

Konin, 07.04.2025 r.

WSZ-EP-54/2024/212/25**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-54/2024****Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ – nr 27**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ” oraz udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Pytanie 1 dot. Pakietu nr 25

Czy Zamawiający dopuści wapno sodowane (Intersorb Plus) w postaci krótkich porowatych pałeczek o średnicy 3 mm, absorbujące w przedziale 120 -180 litrów CO₂/1 litr w zależności od intensywności użytkowania, szybkości przepływów anestetycznych, rodzaju i liczby zabiegów, czasu ich trwania, które zawiera w swoim składzie (w stanie suchym) 97% wodorotlenku wapnia, 3% wodorotlenku sodu, uwodnione wapno zawiera od 13-17% wody, nisko pyłące, jednoznaczne rozpoznanie zużycia poprzez indykator zużycia – fiolet etylenowy, zmieniający barwę z białej na fioletową, długi okres przydatności do użycia min 3 lata, opakowanie kanister 5l.

Proponowane wapno jest wapnem medycznym zaakceptowanym przez farmakopee brytyjską i amerykańską, o jakości wyższej niż wapna wymaganego przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 dot. Pakietu nr 25

Czy Zamawiający wymaga innowacyjnego wapna medycznego o obniżonej zawartości wodorotlenku sodu (Spherasorb)?

W formie sfer o średnicy 3–4 mm, minimalizujących ryzyko pylenia i zapewniających jednorodny przepływ gazu, co zwiększa efektywność działania

Wapno zawiera:

- w stanie suchym: tylko 1,5% wodorotlenku sodu, 5% zeolitu (zmniejszającego ryzyko wysychania), 93,5% wodorotlenku wapnia, 0,03% fioletu etylenowego;
- w stanie uwodnionym: 13–17% H₂O.

Wapno absorbuje od 120 do 180 litrów CO₂ na 1 litr wapna, w zależności od intensywności użytkowania, szybkości przepływu gazów anestetycznych, rodzaju i liczby zabiegów oraz czasu ich trwania. Wapno daje jednoznaczne rozpoznanie zużycia – zużyte wapno zmienia barwę z białej na fioletową. Proponowane wapno jest wapnem medycznym zaakceptowanym przez farmakopee brytyjską i amerykańską, o w jakości znacznie wyższej niż wapno wymagane przez Zamawiającego. Długi okres przydatności do użycia min 3 lata, opakowanie kanister 5l.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wapna o innych parametrach technicznych, niż zaproponowane, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.