



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....
.....

Znak: AE/ZP-27-26/25

Tarnów, 2025-04-17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawę: sprzętu do urządzeń medycznych, sprzętu do histerektomii, masek twarzowych

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

Dotyczy Pakietu Nr 2 - W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w pakiecie 2 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia, posiadały klasę III?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2** klipsów spełniających wymagania SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Z up. DYREKTORA


mgr piel. Maria Bawół
Zastępca Dyrektora

dykt.
Trop