

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH POŚCIELI, ODZIEŻY OCHRONNEJ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU oraz innych produktów medycznych.**

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści udzielonych odpowiedzi, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

ZESTAW PYTAŃ NR 1

Dot. Pakietu nr 4, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści siatkę do operacji przepuklin, z polipropylenu, monofilamentową, o gramaturze 55 g/m², grubość siatki 0,55, nitki 0,15 mm, bez niebieskich linii orientacyjnych?

ODPOWIEDŹ: zamawiający nie dopuszcza siatek bez niebieskich linii orientujących

Dot. Pakietu nr 4, poz. 4-8

Czy Zamawiający dopuści siatkę do operacji przepuklin, z polipropylenu, monofilamentową, o gramaturze 85 g/m², grubość siatki 0,55, nitki 0,15 mm, bez niebieskich linii orientacyjnych?

ODPOWIEDŹ: TAK - zamawiający dopuszcza

Dot. Pakietu nr 4, poz. 1, 4

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 8x15 cm?

ODPOWIEDŹ: zamawiający nie dopuszcza

Dot. Pakietu nr 4, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści siatkę bez wycięcia/z wycięciem na powrózek nasienny w rozmiarze 50x110 mm?

ODPOWIEDŹ: zamawiający nie dopuszcza siatek bez wycięcia.

ZESTAW PYTAŃ NR 2

Pakiet 1 poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje 2 ręczników do rąk 30 x 40 cm czy ręcznika celulozowego 30 x 33 cm – 4 szt.? **ODPOWIEDŹ: ręczniki 30x40 cm.**

Pakiet 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o gramaturze materiału w obszarze wzmocnionym 155 g/m²? **ODPOWIEDŹ: TAK – zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 1 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o gramaturze materiału w obszarze wzmocnionym 155 g/m²? **ODPOWIEDŹ: TAK – zamawiający dopuszcza.**

ZESTAW PYTAŃ NR 3

pyt. 1.

Czy Zamawiający wydzieli w pakiecie nr 3 pozycję 8 i 9 do odrębnego pakietu?

Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególny dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

ODPOWIEDŹ: zamawiający nie wydziela wskazanych pozycji do odrębnego pakietu. Jednocześnie zamawiający informuje, iż wszczynając postępowanie przetargowe nie oczekuje uczestnictwa podmiotów wysoko i nisko wyspecjalizowanych w niniejszym postępowaniu. Dla zamawiającego każdy Uczestnik postępowania jest traktowany z takim samym szacunkiem w zakresie posiadanej wiedzy i proponowanej

jakości oferowanych produktów. Dla każdego z Uczestników postępowania zastosowano takie same kryteria oceny ofert . Jeśli natomiast Uczestnicy zainteresowani złożeniem oferty nie posiadają w swym asortymencie opisanego produktu – zgodnie z przesłankami art. 58 ustawy Pzp – mogą przystąpić do złożenia oferty wspólnej na potrzeby konkretnego postępowania przetargowego. Zamawiający informuje również, iż na tym etapie prowadzonego postępowania przetargowego nie istnieją techniczne możliwości tworzenia odrębnych , nowych pakietów do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej za pomocą platformy eNotices2.

pyt. 2 .

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, poz. 8?

Trokar optyczny 5 mm (rozmiar opisany na obturatorze) z przezroczystą, karbowaną kaniulą o długości 10 cm. W obturatorze otwór na kamerę 5mm, z dwoma skrzydełkami rozpychającymi z zakończeniem przypominającym kształt „nosa delfina”, które pozwala na kontrolę rozdzielania tkanek. Zawór na kaniuli 2 stopniowy: insuflacja/desuflacja, umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania drenu podającego gaz CO2. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Samodopasowująca się uszczelka, zintegrowana redukcja dla narzędzi o średnicy 5-11 mm przy zachowaniu odmy otrzewnowej, bez konieczności używania redukcji. Produkt pakowany po 1 szt.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji. **ODPOWIEDŹ: zamawiający nie dopuszcza wskazanych wyżej zmian**

pyt. 3 .

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3, poz. 9?

Trokar ostrzowy, bezpieczny 5 mm (rozmiar opisany na obturatorze) z przezroczystą, karbowaną kaniulą o dłu 10 cm.

Obturator ostrzowy z ostrzem płaskim w kształcie litery „V”. Ostrze trokara wyposażone w podwójny, intuicyjny wskaźnik dźwiękowy i wizualny, informujący o aktywacji noża oraz jego blokadzie po przejściu przez powłoki brzuszne. Zawór na kaniuli 3 stopniowy umożliwiający desuflację bez odłączenia przewodu CO2. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Automatyczny systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm. Produkt pakowany po 1 szt.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji. **ODPOWIEDŹ: zamawiający nie dopuszcza wskazanych wyżej zmian.**

pyt. 4 .

Czy Zamawiający wydzieli w pakiecie nr 4 pozycję 1, 2, 3, 4, 5, 6 do odrębnego pakietu?

Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególny dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

ODPOWIEDŹ: zamawiający nie wydziela wskazanych pozycji do odrębnego pakietu. Jednocześnie zamawiający informuje, iż wszczynając postępowanie przetargowe nie oczekuje uczestnictwa podmiotów wysoko i nisko wyspecjalizowanych w niniejszym postępowaniu. Dla zamawiającego każdy Uczestnik postępowania jest traktowany z takim samym szacunkiem w zakresie posiadanej wiedzy i proponowanej jakości oferowanych produktów. Dla każdego z Uczestników postępowania zastosowano takie same kryteria oceny ofert . Jeśli natomiast Uczestnicy zainteresowani złożeniem oferty nie posiadają w swym asortymencie opisanego produktu – zgodnie z przesłankami art. 58 ustawy Pzp – mogą przystąpić do złożenia oferty wspólnej na potrzeby konkretnego postępowania przetargowego. Zamawiający informuje również, iż na tym etapie prowadzonego postępowania przetargowego nie istnieją techniczne możliwości tworzenia odrębnych , nowych pakietów do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej za pomocą platformy eNotices2.

pyt. 5 .

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4?

poz. 1

Siatkę płaską do operacji przepuklin. Materiał : polipropylen monofilament, gramatura 55g/m2, grubość siatki 0,55, grubość nitki 0,15mm, siła 7,0kg/cm2. Niebieskie linie orientacyjne. Rozmiar 7,5x15cm. Z możliwością docięcia na wybrany rozmiar.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

ODPOWIEDŹ: zamawiający NIE DOPUSZCZA siatki o wskazanej wyżej gramaturze i wskazanym rozmiarze.

poz. 2

Siatkę płaską do operacji przepuklin. Materiał : polipropylen monofilament, gramatura 55g/m2, grubość siatki 0,55, grubość nitki 0,15mm, siła 7,0kg/cm2. Niebieskie linie orientacyjne. Rozmiar 15x15cm. Z możliwością docięcia naabrany rozmiar.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

ODPOWIEDŹ: zamawiający NIE DOPUSZCZA siatki o wskazanej wyżej gramaturze i wskazanym rozmiarze.

poz. 3

Siatkę płaską do operacji przepuklin. Materiał : polipropylen monofilament, gramatura 55g/m2, grubość siatki 0,55, grubość nitki 0,15mm, siła 7,0kg/cm2. Niebieskie linie orientacyjne. Rozmiar 30x30cm. Z możliwością docięcia naabrany rozmiar.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

ODPOWIEDŹ: zamawiający NIE DOPUSZCZA siatki o wskazanej wyżej gramaturze i wskazanym rozmiarze.

poz. 4

Siatkę płaską do operacji przepuklin. Materiał : polipropylen monofilament, gramatura 55g/m2, grubość siatki 0,55, grubość nitki 0,15mm, siła 7,0kg/cm2. Niebieskie linie orientacyjne. Rozmiar 7,5x15cm. Z możliwością docięcia naabrany rozmiar.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

ODPOWIEDŹ: zamawiający NIE DOPUSZCZA siatki o wskazanej wyżej gramaturze i wskazanym rozmiarze.

poz. 5

Siatkę płaską do operacji przepuklin. Materiał : polipropylen monofilament, gramatura 55g/m2, grubość siatki 0,55, grubość nitki 0,15mm, siła 7,0kg/cm2. Niebieskie linie orientacyjne. Rozmiar 15x15cm. Z możliwością docięcia naabrany rozmiar.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

ODPOWIEDŹ: zamawiający NIE DOPUSZCZA siatki o wskazanej wyżej gramaturze.

poz. 6

Siatkę płaską do operacji przepuklin. Materiał : polipropylen monofilament, gramatura 55g/m2, grubość siatki 0,55, grubość nitki 0,15mm, siła 7,0kg/cm2. Niebieskie linie orientacyjne. Rozmiar 30x30cm. Z możliwością docięcia naabrany rozmiar.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

ODPOWIEDŹ: zamawiający NIE DOPUSZCZA siatki o wskazanej wyżej gramaturze.

Udzielone odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia. Uczestnicy postępowania zobowiązani są do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu z uwzględnieniem powyższych odpowiedzi.

Z poważaniem,