



WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE

Kraków, dnia 15 maja 2025 r.

znak sprawy: AGZ.272.7.2025

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: „Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7.05.2025 r., nr 2025/BZP 00219379/01.*

Odpowiedź na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udostępnia treść zapytań oraz udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek nr 1:

Część 18 poz. 2. Proszę o dopuszczenie wymazówki z podłożem transportowym Amies z węglem z korkiem karbowanym w kolorze czarnym. Wymazówki z podłożem Amies z węglem mają inny kolor (czarny) niż wymazówki z podłożem transportowy Amies (kolor niebieski) w celu łatwiejszego odróżnienia ich.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wykreśla z opisu przedmiotu zamówienia wymaganie dotyczące koloru korka.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany w specyfikacji warunków zamówienia - Załącznik 1A do SWZ (część 18).

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krakowie
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76

<https://www.gov.pl/web/wsse-krakow> e-mail: wsse.krakow@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-95748-35700-DTCIG-18, adres skrytki na ePUAP: [/wssekrakow/skrytka](#)
centrala tel.: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555, sekretariat tel.: (+48) 12 25 49 500
REGON: 000297394 / NIP: 677-10-27-767

Wniosek nr 2:

Część 12 poz. 2 i 5. Czy Zamawiający dopuści końcówki o długości 8,8 cm, długości kołnierza 2,5 cm pasujące do pudełek, które Wykonawca zaoferuje w pozycji nr 6 Części 12?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza produktu o podanych wymiarach.

Wniosek nr 3:

Część 12 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści pudełko kompatybilne z końcówkami o długości 8,8 cm, długości kołnierza 2,5 cm, które Wykonawca zaoferuje w pozycji nr 2 oraz pozycji nr 5?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza produktu o podanych wymiarach.

Wniosek nr 4:

Część 12 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane w worek po 1000 sztuk oraz zaoferowanie 1 takiego opakowania?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza końcówki pakowane po 1000 sztuk przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów. Dodatkowa ilość, tj. 750 sztuk nie będzie miała wpływu na ocenę oferty. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) lub w formularzu oferty (Załącznik 1 do SWZ, pozycja 8 – „Uwagi”).

Wniosek nr 5:

Część 15 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści próbówki pakowane po 500 sztuk w opakowaniu zbiorczym i zaoferowanie takich 2 opakowań?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza 2 opakowania po 500 sztuk próbek przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) lub w formularzu oferty (Załącznik 1 do SWZ, pozycja 8 – „Uwagi”).

Wniosek nr 6:

Część 23. Czy Zamawiający dopuści wymazówki pakowane indywidualnie w opakowaniu zbiorczym pakowane po 500 sztuk oraz wycenę ilości wymaganej przez Zamawiającego?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza wymazówki pakowane indywidualnie w opakowaniu zbiorczym po 500 sztuk, pod warunkiem, że sumaryczna ilość będzie zgodna z wymaganiami Zamawiającego, tj. 1100 sztuk. Jednakże, dodatkowa ilość wymazówek, nie będzie miała wpływu na ocenę oferty. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) lub w formularzu oferty (Załącznik 1 do SWZ, pozycja 8 – „Uwagi”).

Wniosek nr 7:

Część 21 poz. 1. Proszę o doprecyzowanie opisu pozycji nr 1, np. poprzez podanie symbolu lub też modelu produktu.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający podaje typ elektrody: elektroda pH-metryczna typ EPS-1 do pehametru CP-511.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany w specyfikacji warunków zamówienia - Załącznik 1A do SWZ (część 21).

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wniosek nr 8:

Część 11 poz. 1 i część 18 poz. 1. Czy Zamawiający dopuszcza, dot. część 11 oraz poz. 1 część 18, inną wielkość opakowań, pozostałe cechy zgodnie z SWZ, celem przedstawieniem oferty korzystniejszej cenowo? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek merytorycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem prawnych, przemawiających ze stanowiskiem Zamawiającego.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza opakowania zawierające inną ilość sztuk próbek z podłożem wirusologicznym (część 11, pozycja 1) i wymazówek z podłożem Amies (część 18, pozycja 1) pod warunkiem, że sumaryczna ilość będzie zgodna z wymaganiami Zamawiającego, tj.: w części 11 poz. 1 – 150 sztuk oraz w części 18 poz. 1 - 50 000 sztuk. Ewentualna dodatkowa ilość produktów, nie będzie miała wpływu na ocenę oferty.

Aby prawidłowo przeliczyć ilości opakowań należy w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary. Przy wskazaniu jako jednostki miary - "opakowanie" należy wpisać ile sztuk jest zawartych w opakowaniu, np. opakowanie = 50 sztuk. Jako jednostkę miary należy wskazać opakowanie, które zostanie wycenione w kolumnie "cena jednostkowa brutto", co umożliwi zrealizowanie zamówienia na takie pojedyncze opakowanie.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany w specyfikacji warunków zamówienia - Załącznik 1A do SWZ (część 11 i 18).

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wniosek nr 9:

Część 16 poz. 1, 2, 3. Czy Zamawiający w pakiecie 16 w poz. 1, 2 i 3 dopuszcza ezy pakowane w blistry typu folia-papier pakowane po 20 szt. w opakowaniu handlowym 100 szt. (5 blistrów po 20 szt.)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza ezy pakowane w blistry po 20 sztuk w zbiorczym opakowaniu handlowym po 100 sztuk, pod warunkiem że

sumaryczna ilość będzie zgodna z wymaganiami Zamawiającego, tj. poz. 1 – 7000 szt., poz. 2 - 7000 szt., poz. 3 – 35000 szt. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) lub w formularzu oferty (Załącznik 1 do SWZ, pozycja 8 – „Uwagi”).

Wniosek nr 10:

Część 16 poz. 1, 2, 3. Czy Zamawiający w pakiecie 16 w poz. 1, 2 i 3 dopuszcza ezy z polipropylenu?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza ezy z polipropylenu. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) lub w formularzu oferty (Załącznik 1 do SWZ, pozycja 8 – „Uwagi”).

Wniosek nr 11:

Część 16 poz. 4, 5. Czy Zamawiający w pakiecie 16 w poz. 4 i 5 dopuszcza głaszczki pakowane po 5 w blistry typu folia-papier?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza głaszczki pakowane po 5 w blistry typu folia-papier. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) lub w formularzu oferty (Załącznik 1 do SWZ, pozycja 8 – „Uwagi”).

Wniosek nr 12:

Część 18 poz. 2. Czy Zamawiający w pakiecie 18 w poz. 2 dopuszcza wymazówkę z białym korkiem?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że wykreśla z opisu przedmiotu zamówienia wymaganie dotyczące koloru korka.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany w specyfikacji warunków zamówienia - Załącznik 1A do SWZ (część 18).

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wniosek nr 13:

Część 23 poz. 1. Czy Zamawiający w pakiecie 23 w poz. 1 dopuszcza wymazówkę z PP? Pozostałe parametry bez zmian.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza wymazówki z polipropylenu. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) lub w formularzu oferty (Załącznik 1 do SWZ, pozycja 8 – „Uwagi”).

Wniosek nr 14:

Część 22 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na torebki 135x260mm oraz opakowanie 3 x 200szt (w opakowaniu)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza torebki o wymiarach 135x260 mm, pakowane 3 x 200 szt. (w opakowaniu). Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) lub w formularzu oferty (Załącznik 1 do SWZ, pozycja 8 – „Uwagi”).

Wniosek nr 15:

Część 22 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowanie 3 x 200szt (w opakowaniu)?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza torebki pakowane 3 x 200 szt. (w opakowaniu). Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) lub w formularzu oferty (Załącznik 1 do SWZ, pozycja 8 – „Uwagi”).

Wniosek nr 16:

Część 1 poz. 1 – 3. Czy tu nakrętki powinny być już zakręcone na wialkach, czy osobno pakowane?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza osobne pakowanie nakrętek. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) lub w formularzu oferty (Załącznik 1 do SWZ, pozycja 8 – „Uwagi”).

Wniosek nr 17:

Część 14 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na igły 1,1 x 40mm?

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza igieł o wymiarach 1,1 x 40 mm.

Ponadto Zamawiający informuje, że działając na podstawie **art. 286 ust. 3** ustawy Pzp **przedłuża termin składania ofert** w przedmiotowym postępowaniu.

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa dnia **27.05.2025 r.**
o godz. 8:00, a oferty zostaną otwarte w dniu 27.05.2025 r. o godz. 8:05.

Odpowiedź na powyższe wnioski stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji
Sanitarно-Epidemiologicznej w Krakowie
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Alina Jamka

Pismo wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym