



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-25/25

Tarnów, 2025-04-29

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz siatek do przepuklin.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

- 1) **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający zgodzi się na jeden czujnik oznaczony "<3 kg >40 kg", gdzie mocuje się go:
 1. poniżej 3 kg na stopie,
 2. od 3 do 40 kg na palcu u stopy
 3. powyżej 40 kg na palcu dłoni?Tak więc zakres, którego Państwo oczekują (1,5 - 5 kg) mieści się w dwóch pierwszych punktach.
- 2) **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Zwracamy się o możliwość złożenia oferty : Mata na podłogę, o dużej wchłaniałości (minimum 1,4l) płynów, z możliwością przytwierdzenia do podłogi w 4 miejscach. Materiał: Laminat wykonany z chłonnej masy celulozowej i połączonej z folią polietylenową. Nieprzemakalna. O wymiarach 81cm x 122cm. Gramatura min. 100g/m2. Ilość w opakowaniu 25 szt.
- 3) **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 1.** Czy zamawiający dopuszcza czujnik SPO2 w przedziale wagowym <3kg oraz >30kg?
- 4) **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'80 sztuk?
- 5) **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów +/- 10%?
- 6) **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści pas o wymiarach 135 cm x 3,2 cm?
- 7) **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 17.** Czy Zamawiający wymaga worka na wymiociny zawierającego dodatkowo szaszetkę z absorbentem?
- 8) **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający dopuści rozmiary łyżek:
 - Nr 2 – długość całkowita 105mm, szerokość 15-16 mm, długość wewnętrzna 82mm;
 - Nr 3 – długość całkowita 135mm, szerokość 15-16 mm, długość wewnętrzna 107mm;
 - Nr 4 – długość całkowita 155mm, szerokość 15-16 mm, długość wewnętrzna 127mm;
 - Nr 5 – długość całkowita 175mm, szerokość 15-16 mm, długość wewnętrzna 145mm?
- 9) **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający 4 łyżki w rozmiarach 1, 2, 3, 4?
- 10) **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.: 1, 2, 3.** Czy Zamawiający dopuści możliwość wielokrotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134oC przez 5 minut?
- 11) **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści diodę LED wkręcaną od zewnątrz rękojeści?
- 12) **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści montaż i demontaż światłowodu przy użyciu narzędzi?
- 13) **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.: 4, 5.** Czy Zamawiający dopuści średnicę 29 mm?
- 14) **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści czujniki dla wcześniaków i noworodków o wadze < 3 kg?
- 15) **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1.** W jakiej technologii mają być wykonane czujniki?
- 16) **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści czujniki dla dzieci o wadze 1-15 kg?
- 17) **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści czujniki dla dzieci o wadze 15-40 kg?
- 18) **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin z wycięciem na powróżek nasienny, rozmiar siatki 50 mm x 110 mm, nieresorbowalna

siatka chirurgiczna z monofilamentowej przędzy polipropylenowej o gramaturze 85g/m² i grubości 0,55mm?

- 19) **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin bez wycięcia na powrózek nasienny, rozmiar siatki 60 mm x 110 mm, nieresorbowalna siatka chirurgiczna z monofilamentowej przędzy polipropylenowej o gramaturze 85g/m² i grubości 0,55mm?
- 20) **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne o grubości 0,55mm i rozmiarze porów 1,0 x 1,2 mm, pozostała parametry bez zmian?
- 21) **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne o wymiarach 80 mm x 150 mm lub 60 mm x 110 mm, grubości 0,55mm i rozmiarze porów 1,0 x 1,2 mm, pozostała parametry bez zmian?
- 22) **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 5-6.** Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli ww. pozycje?
- 23) **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową, niewchłaniającą, monofilamentową, polipropylenową, o gramaturze 55g/m², grubości 0,55 mm, wielkości porów 1,3 x 2,0 mm, rozmiar 150 mm x 250 mm lub 150 mm x 300 mm?
- 24) **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową, niewchłaniającą, monofilamentową, polipropylenową, o gramaturze 55g/m², grubości 0,55 mm, wielkości porów 1,3 x 2,0 mm, rozmiar 150 mm x 150 mm?
- 25) **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'90 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
- 26) **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
- 27) **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 13.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?
- 28) **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 14.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
- 29) **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 17.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
- 30) **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia: Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny posiadać kod długości umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia?
- 31) **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia: Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny być przeznaczone do ciągłego używania przez okres powyżej 24 godzin i nie dłużej niż 30 dni?
- 32) **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia: Czy w oparciu o polską normę PN-EN 60601-1 „Medyczne urządzenie elektryczne. Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego” Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji serca spełniających te wymogi, czyli posiadających zabezpieczenie elementów łączących z aparaturą (kardiosymulatorem) przed przypadkowym wyładowaniem elektrycznym?
- 33) **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy elektrody do czasowej stymulacji serca będą używane w celu:
 - utrzymania lub zabezpieczenia rytmu serca w stanach kardiologicznych przebiegających z bradykardią objawową, ostrych zespołach wieńcowych i innych stanach kardiologicznych przebiegających z asystolią, bradykardią zatokową i/lub zaburzeniami przewodzenia, obejmującymi blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia lub całkowity blok przedsionkowo-komorowy stopnia trzeciego;
 - eliminacji rzutu serca w zabiegach kardiologicznych tj.: walwuloplastyka zastawki aortalnej, przecewninkowe wszczepienie protezy aortalnej (TAVI) oraz innych procedur przecewninkowych wymagających szybkiej stymulacji serca (160÷200/min);
 - zabezpieczenia przed konsekwencjami wystąpienia podwyższonego ryzyka zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego lub ciężkiej bradykardii w trakcie planowych zabiegów kardiologicznych lub w trakcie wymiany implantowanych urządzeń do elektroterapii serca?

- 34) **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 3.** Czy zamawiający dopuszcza czujnik SPO2 w przedziale wagowym <3kg oraz >30kg?
- 35) **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści żel do badań EEG w pojemnikach o pojemności 250 ml?
- 36) **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Pytanie do pakietu 3 – Czy Zamawiający dopuści łyżki MacIntosh o wymiarach:
- rozm. 2 o długości całkowitej 105 mm, w tym długość wewnętrzna 81,5 mm i szerokości 14,5 mm
 - rozm. 3 o długości całkowitej 135 mm, w tym długość wewnętrzna 108,5 mm i szerokości 15,5 mm
 - rozm. 4 o długości całkowitej 155 mm, w tym długość wewnętrzna 127,5 mm i szerokości 15,5 mm
 - rozm. 5 o długości całkowitej 175 mm, w tym długość wewnętrzna 145 mm i szerokości 16 mm?
- 37) **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści laryngoskop światłowodowy z zestawem łyżek MacIntosh w rozm. 1, 2, 3, 4 i rękojeścią z diodą LED?
- 38) **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z łyżkami MacIntosh z całkowicie obudowanym światłowodem? Takiego światłowodu nie trzeba demontować do procesu sterylizacji.
- 39) **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści łyżki MacIntosh do laryngoskopu światłowodowego z całkowicie obudowanym światłowodem? Takiego światłowodu nie trzeba demontować do procesu sterylizacji.? Tym samym prosimy o weryfikację opisu, ponieważ łyżki światłowodowe nie będą w żadnym wypadku i konfiguracji kompatybilne z rękojeścią do laryngoskopu żarówkowego.
- 40) **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści laryngoskop Miller z łyżkami z całkowicie obudowanym światłowodem? Takiego światłowodu nie trzeba demontować do procesu sterylizacji.
- 41) **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4.** Czy w przypadku wyrażenia zgody w poprzednich pytaniach na światłowód całkowicie zabudowany Zamawiający dopuści zaoferowanie rękojeści światłowodowej ze źródłem światła LED, zamiast rękojeści do laryngoskopu tzw. żarówkowego?
- 42) **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6.** Czy w przypadku wyrażenia zgody w poprzednich pytaniach na światłowód całkowicie zabudowany Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania światłowodu wymiennego?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** opisanych w pytaniu czujników, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ. Wykonawca zadał pytanie do Pakietu Nr 5 poz. 1, ale przedmiot zamówienia, o który pyta został przez Zamawiającego ujęty w Pakiecie Nr 7 poz. 1.

Ad. 2 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz. 1.**

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** czujników SPO2 w przedziale wagowym <3kg oraz >30kg, jeżeli takie określenie wagowe oznacza, że można je założyć na stopę lub rękę lub palec stopy wcześniakowi i noworodkowi o wadze 1,5 do 5 kg, a ponadto spełniają pozostałe wymagania SWZ.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza wycenę przedmiotu zamówienia w **Pakiecie Nr 2 poz. 2** za opakowanie 80 szt. należy wówczas zaoferować 4500 opakowań po 80 szt.

Ad. 5 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 2 poz. 5.**

Ad. 6 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 2 poz. 14.**

Ad. 7 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 2 poz. 17** worka na wymiociny spełniającego wymagania określone w SWZ, dopuszcza zaoferowanie również worka zawierającego dodatkowo saszetkę z absorbentem.

Ad. 8 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla łyżek do laryngoskopów oferowanych w **Pakiecie Nr 3 poz. : 1, 2, 3.**

Ad. 9 Zamawiający dopuści zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** kompletu zawierającego 4 łyżki w rozmiarach 1, 2, 3, 4, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym długości całkowitej, szerokości, długości wewnętrznej poszczególnych rozmiarów oferowanych łyżek.



Ad. 10 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3 poz.: 1, 2, 3**, w tym w zakresie sterylizacji.

Ad. 11 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3 poz. 3**

Ad. 12 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3 poz. 3**.

Ad. 13 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3 poz. 4 i 5**.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** czujników dla wcześniaków i noworodków o wadze < 3 kg, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ. Wykonawca zadał pytanie do Pakietu Nr 5 poz. 1, ale przedmiot zamówienia, o który pyta został przez Zamawiającego ujęty w Pakiecie Nr 7 poz. 1.

Ad. 15 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 7 poz. 1** przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania SWZ z uwzględnieniem dopuszczeń w związku z zadanymi pytaniami do SWZ. Wykonawca zadał pytanie do Pakietu Nr 5 poz. 1, ale przedmiot zamówienia, o który pyta został przez Zamawiającego ujęty w Pakiecie Nr 7 poz. 1.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** czujniki dla dzieci o wadze 1-15 kg. Wykonawca zadał pytanie do Pakietu Nr 5 poz. 2, ale przedmiot zamówienia, o który pyta został przez Zamawiającego ujęty w Pakiecie Nr 7 poz. 2.

Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 3** czujników dla dzieci o wadze 15-40 kg. Wykonawca zadał pytanie do Pakietu Nr 5 poz. 3, ale przedmiot zamówienia, o który pyta został przez Zamawiającego ujęty w Pakiecie Nr 7 poz. 3.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** siatek chirurgicznych do operacyjnego leczenia przepuklin z wycięciem na powrózek nasienny, rozmiar siatki 50 mm x 110 mm, nieresorbowalna siatka chirurgiczna z monofilamentowej przędzy polipropylenowej o gramaturze 85g/m2 i grubości 0,55mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** siatek chirurgicznych do operacyjnego leczenia przepuklin bez wycięcia na powrózek nasienny, rozmiar siatki 60 mm x 110 mm, nieresorbowalna siatka chirurgiczna z monofilamentowej przędzy polipropylenowej o gramaturze 85g/m2 i grubości 0,55mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 3** siatek chirurgicznych o grubości 0,55mm i rozmiarze porów 1,0 x 1,2 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 4** siatek chirurgicznych o wymiarach 80 mm x 150 mm lub 60 mm x 110 mm, grubości 0,55mm i rozmiarze porów 1,0 x 1,2 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ

Ad. 22 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 8 poz. 5-6**, nie wyraża również zgody na wykreślenie z **Pakietu Nr 8 poz. 5-6**.

Ad. 23 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 7** siatek przepuklinowych, niewchłaniającą, monofilamentową, polipropylenową, o gramaturze 55g/m2, grubości 0,55 mm, wielkości porów 1,3 x 2,0 mm, rozmiar 150 mm x 250 mm lub 150 mm x 300 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ

Ad. 24 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 8** siatek przepuklinowych, niewchłaniających, monofilamentowych, polipropylenowych, o gramaturze 55g/m2, grubości 0,55 mm, wielkości porów 1,3 x 2,0 mm, rozmiar 150 mm x 150 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ

Ad. 25 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 2 poz. 2** opakowań po 90 szt. W przypadku oferowania opakowań po 90 sztuk należy zaoferować: w poz. 2 - 4000 takich opakowań.

Ad. 26 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 2 poz. 6** opakowań po 10 szt. W przypadku oferowania opakowań po 10 sztuk należy zaoferować: w poz. 6 - 25 takich opakowań.

Ad. 27 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 2 poz. 13** opakowań po 10 szt. z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę. W przypadku oferowania opakowań po 10 sztuk należy zaoferować: w poz. 13 - 2 takie opakowania.

Ad. 28 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 2 poz. 14** opakowań po 5 szt. W przypadku oferowania opakowań po 5 sztuk należy zaoferować: w poz. 14 - 5 takich opakowań.



Ad. 29 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie 2 poz. 17** opakowań po 20 szt. W przypadku oferowania opakowań po 20 sztuk należy zaoferować: w poz. 17 - 25 takich opakowań.

Ad. 30-32 Zamawiający wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** dwubiegunowych elektrod endokawitarnych do czasowej stymulacji serca spełniających wymagania określone w SWZ, w tym spełniających warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2024 r poz. 1620 z późniejszymi zmianami).

Ad. 33 Elektrody oferowane w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** będą używane przez Zamawiającego do czasowej stymulacji serca i winny spełniać wymagania określone w SWZ.

Ad. 34 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 3** czujników SPO2 w przedziale wagowym <3kg oraz >30kg, jeżeli takie określenie wagowe oznacza, że można je dzieciom o wadze 10-50 kg, a ponadto spełniają pozostałe wymagania SWZ.

Ad. 35 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** żelu do badań EEG w pojemnikach o pojemności 250 ml, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ. W przypadku oferowania opakowań po 250 ml należy zaoferować 18 takich opakowań.

Ad. 36 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla łyżek typ MacIntosh ujętych w **Pakiecie Nr 3 poz. 1 i 2**.

Ad. 37-38 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 3 poz. 1**.

Ad. 39 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 3 poz. 2**.

Ad. 40 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 3 poz. 3**.

Ad. 41 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 3 poz. 4**.

Ad. 42 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 3 poz. 6**.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek