



WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEZ/822/2025

Jelenia Góra 08.05.2025 r.

DO WYKONAWCÓW

**Dzierżawa 80 szt. aparatów produkujących tlen – koncentratorów tlenu wraz z wyposażeniem na potrzeby Poradni Domowego Leczenia Tlenem oraz Hospicjum Domowego
NPU/00382/2025**

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Zamawiający poniżej przesyła treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 1

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści koncentratory tlenu o poniższych parametrach:

- 1. Poziom głośności 40 dBA?**
- 2. Przepływ tlenu na wyjściu od 0,5 - 5 l/min?**
- 3. Temperatura pracy od +5°C do +35 °C?**
- 4. Koncentracja: 1 - 5 l/min.=93% +/- 3%?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu.

**Z up. Dyrektora WCSKJ
Przemysław Bogdanowicz**

.....



tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl