



WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

DEZ/724/2024

Jelenia Góra 16.04.2025 r.

DO WYKONAWCÓW

**Dostawa odczynników dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej:
Laboratorium Mikrobiologicznego (LM), Pracowni Prątko (PP)
oraz Laboratorium Analitycznego (LA)
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/10/02/2025**

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ZESTAW NR 9

Pytanie Nr 1

Dotyczy pakiet 2. pozycja 20. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane próbki w pozycji 20. były zakręcane ze względu na procedurę wykonania, która wymaga ruchu obrotowego, w celu eliminacji rozszczelnienia i spowodowania tym samym efektu aerozolu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga próbek szczelnie zamykanych, uniemożliwiających rozszczelnienie podczas wirowania/wytrząsania.

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu wcześniej udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ
Przemysław Bogdanowicz



tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl