

Konin, 07.04.2025 r.

WSZ-EP-54/2024/233/25**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-54/2024****Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ – nr 48**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ” oraz udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania

1. Pakiet 34 poz.1 Proszę o dopuszczenie Igła do wykonywania blokad obwodowych, z wykorzystaniem stymulatora, widoczna w USG, pokryta warstwą izolacji na powierzchni zewnętrznej igły, odsłonięty jedynie szlif igły . Elementy echogeniczne z charakterystycznym wzorem bezpieczeństwa „X” Maksymalna ilość krawędzi zapewnia odbicie fali ultradźwiękowej, uzyskując wizualizację igły w USG. Dzięki unikalnemu wzorowi „X”, odbita, znacząca wiązka fali USG wraca do głowicy, nawet gdy igła penetruje tkanki pod dużym kątem. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie (360°) wokół igły, na pierwszych 20mm w postaci trzech segmentów kodu bezpieczeństwa „krótki-krótki-długi” Uchwyt igły w kolorze zielnym ze zintegrowanym kablem do stymulatora oraz drenem iniekcyjnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

2. Pakiet 34 poz. 1.3. Proszę o dopuszczenie igły w rozmiarze 20Gx100mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

3. Pakiet 34 poz.2 Proszę o dopuszczenie Igła do wykonywania blokad obwodowych, z wykorzystaniem stymulatora, widoczna w USG, pokryta warstwą izolacji na powierzchni zewnętrznej igły, odsłonięty jedynie szlif igły . Elementy echogeniczne z charakterystycznym wzorem bezpieczeństwa „X” Maksymalna ilość krawędzi zapewnia odbicie fali ultradźwiękowej, uzyskując wizualizację igły w USG. Dzięki unikalnemu wzorowi „X”, odbita, znacząca wiązka fali USG wraca do głowicy, nawet gdy igła penetruje tkanki pod dużym kątem. Struktura echogeniczna rozmieszczona równomiernie (360°) wokół igły, na pierwszych 20mm w postaci trzech segmentów kodu bezpieczeństwa „krótki-krótki-długi” Uchwyt igły w kolorze zielnym ze zintegrowanym kablem do stymulatora oraz drenem iniekcyjnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

4. Pakiet 34 poz. 2.3. Proszę o dopuszczenie igły w rozmiarze 20Gx100mm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.
5. Pakiet 34 poz. 3. Zestaw do blokad ciągłych w technologii "cewnik na igle", składający się z: Igły do wykonywania blokad obwodowych przy wykorzystaniu stymulatora wraz z elementami echogenicznymi rozmieszczonymi równomiernie w postaci 2 pasków wzdłuż cewnika bez dodatkowego otworu na igle do wypełnienia przestrzeni między igłą a kaniulą; Inna konstrukcja zapewnia szybkie i łatwe wykonanie procedury, dokładność umiejscowienia cewnika, z ruchomym zaciskiem na igle ułatwiającym wprowadzenie cewnika na igle, z drenem do podawania leku, kablem do stymulatora, filtrem, systemu do mocowania filtra wraz z cewnikiem do skóry pacjenta
Rozmiary : jeden uniwersalny igła 0,53x190mm , cewnik Cewnik Contiplex 1,10 x 0,60 x 188m
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.
6. Pakiet 40. Czy dla weryfikacji skuteczność przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej odpowietrznika ma być potwierdzona raportem z niezależnego akredytowanego laboratorium?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.
7. Pakiet 58. Proszę o dopuszczenie Regulator przepływu do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych, z regulacją prędkości przepływu w postaci koła ze skalą z ząbkowaną krawędzią i łatwą regulacją jedną ręką w zakresie 0-250 ml/h z możliwością całkowitego zamknięcia i otwarcia przepływu z możliwością podłączenia zestawu kroplowego, jednoznacznie zaznaczoną pozycją wyłączenia/zamknięcia przepływu „0” i pełnego otwarcia (MAX); wyposażony po obu stronach w przezroczyste dreny odporne na zamknięcie światła i przeciekanie, o długościach 54 cm, bez portu do wstrzyknięć, z łącznikami typu luer lock (męskim i żeńskim) z koreczkami ochronnymi (na łączniku męskim koreczek wentylowany); kształt koła , ząbkowana powierzchnia obwodu koła gwarantujące pewny chwyt i wygodną regulację nawet w środowisku o zwiększonej wilgotności, bez lateksu, opakowanie folia-papier.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.
8. Pakiet 58. Czy dla bezpieczeństwa terapii i podawania leków cytotoksycznych regulator ma być wolny od szkodliwych ftalanów DEHP?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.
9. Pakiet 59. Czy dla łatwości zachowania systemu zamkniętego i braku konieczności rozłączania linii wypełnionej cytostatykiem przyrząd ma posiadać bezwzględnie i niezależnie od umieszczonego poniżej dopuszczenia rozwiązanie Air stop (W komorze kroplowej membrana zapobiegająca dostaniu się powietrza do drenu aparatu poniżej komory kroplowej)
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.
10. Pakiet 60. Czy dla łatwości zachowania systemu zamkniętego i braku konieczności rozłączania linii wypełnionej cytostatykiem przyrząd ma posiadać bezwzględnie i niezależnie od umieszczonego poniżej dopuszczenia rozwiązanie Air stop (W komorze

kropłowej membrana zapobiegająca dostaniu się powietrza do drenu aparatu poniżej komory kropłowej)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

11. Pakiet 81 poz. 1. Proszę o dopuszczenia Bezpieczny zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych, wentylowany, dwuczęściowa komora kropłowa z filtrem 15µm. Automatycznie i niezawodnie zatrzymująca infuzję i zapobiegająca przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu komory kropłowej, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, bez dodatkowego zacisku, zacisk rolkowy, długość drenu 180 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z filtrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu, zapewniającym brak kontaktu personelu Medycznego z lekiem. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

12. Pakiet 81 poz. 2. Proszę o dopuszczenie. Bezpieczny zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z bezigłowym dostępem bocznym, wentylowany, jednoczęściowa komora kropłowa z filtrem 15µm, automatycznie i niezawodnie zatrzymujący infuzję i zapobiegający przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu komory kropłowej, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, bez dodatkowego zacisku, zacisk rolkowy, długość drenu 210 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z filtrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

13. Pakiet 81 poz. 3. Proszę o dopuszczenie. Zestaw do bezpiecznych przetoczeń płynów infuzyjnych, wentylowany, jednoczęściowa komora kropłowa z filtrem 15µm, automatycznie i niezawodnie zatrzymująca infuzję i zapobiegająca przedostawaniu się powietrza do linii infuzyjnej po opróżnieniu komory kropłowej, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, bez dodatkowego zacisku, zacisk rolkowy, długość drenu 180 cm, zakończony końcówką Luer-Lock z zielonym zaworem antyrefluksowym uniemożliwiającym cofnięcie się płynu / krwi do zestawu i nasadką z filtrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu, zapewniającym brak kontaktu personelu Medycznego z lekiem. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

14. Pakiet 81 poz.4. Proszę o dopuszczenie. Bezpieczny zestaw do przetoczeń krwi i płynów krwiopochodnych, jednoczęściowa niewentylowana komora kropłowa z integrowanym filtrem siatkowym 200 mikronów eliminuje zanieczyszczenia, skrzepy krwi i resztki komórkowe, komora kropłowa o dużej objętości z dużą powierzchnią filtra zapewnia płynny, nieprzerwany przepływ krwi i płynów krwiopochodnych, skalibrowana do dostarczania 20 kropli na 1 ml, długość drenu 150 cm, zakończony końcówką Luer-Lock i nasadką z filtrem hydrofobowym usuwającym powietrze z drenu podczas wypełniania zestawu. Produkt nie zawiera DEHP, sterylny, jednorazowego użytku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

15. Pakiet 81 poz. 1-3. Czy zaoferowane aparaty do przetoczeń mają posiadać dokumenty potwierdzające pracę w systemie zamkniętym zgodnie z NIOSH oraz raport z badania skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej odpowietrznika na poziomie minimum 99,999%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

16. Pakiet 121. Kaniule dożylnie. Czy z powodu ograniczenia ilości zakażeń odcewnikowych poprzez port górny koreczki mają posiadać blokadę koreczka przed niepożądanym otwarciem poprzez blokadę, którą aktywuje się poprzez obrót koreczka o 180 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga powyższego. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.