



Poznań, 10.04.2025 r.

Oznaczenie sprawy: PN-27/25

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych (10 części)**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8, poz. 1 dopuści Filtr z korzystniejszą mniejszą przestrzenią martwą 35ml, waga 35g, pozostałe parametry zgodnie z swz?
Odp : Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.
2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8, poz. 1 dopuści Filtr - Złącza proste standardowe 22M/15F-22F?
Odp : Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.
3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8, poz. 3 dopuści Filtr o zmniejszonej, korzystniejszej przestrzeni martwej 33 ml, waga 21g?
Odp : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań specyfikacji.
4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8, poz. 3 dopuści Filtr o zmniejszonej, korzystniejszej przestrzeni martwej 20 ml?
Odp : Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ
5. Pakiet 8 poz. 1
Czy Zamawiający zgodzi się na filtr mechaniczny bez HME, o objętości oddechowej 200-1500 ml, oporach przepływu 1,6 cm H₂O przy 30 l/min., 3,3 cm H₂O przy 60 l/min., przestrzeni martwej 48,5 ml, wadze 40 g, spełniający pozostałe wymagania?
Odp : Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.
6. Pakiet 8 poz. 3
Czy Zamawiający zgodzi się na filtr elektrostatyczny bez HME o objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeni martwej 33 ml
Odp : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań specyfikacji.

Sporządziła: Izabela Sobańska

