



Wrocław, 05.06.2025r.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu specjalistycznego dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej: stentgrafty, spirale embolizacyjne, mikrosfery embolizacyjne, stenty, cewniki, przewodniki, koszulki wraz z najmem generatora, aparatów: do pomiaru ACT, czasu krzepliwości krwi; znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.38.2025

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r.poz. 1320) dalej Pzp poprawia Załącznik nr 2 do SWZ 4WSzKzP.ZSP.2612.38.2025 w zakresie pakietu nr 8, który otrzymuje brzmienie:

Nazwa pakietu	Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry dodatkowe	Jednostka miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	Ilość	% Vat	Wartość netto (zł)	Cena brutto (zł)	Nazwa kod producenta
Pakiet nr 8 Prowadniki do PTA CPV 33140000-3	1	Prowadniki do PTA 0,014” – długość 180 cm, 190 cm, 200 cm, 235 cm, 300 cm• średnica 0,014 cala• rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego• kształt końcówki przewodnika prosta, pre-shape • pokrycie PTFE na szafcie, • pokrycie hydrofilne na oplocie , • sztywność końcówki 3,0g, 12,0g, 20,0g, 40,0g• końcówka cieniująca na długości 3 cm, 5 cm, 17 cm		sztuka		10				
Pakiet nr 8 Prowadniki do PTA CPV 33140000-3	2	Prowadniki do PTA 0,018” – długość 180 cm, 190 cm, 200 cm, 235 cm, 300 cm• średnica 0,018 cala• rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego• kształt końcówki przewodnika prosta, pre-shape • pokrycie PTFE na szafcie, • pokrycie hydrofilne na oplocie , • sztywność końcówki 3,0g, 4,0g, 7,5g, 12,0g, 30,0g • końcówka		sztuka		20				

		cieniująca na 3 cm, 4 cm, 11cm, 15 cm, 4,5cm							
Razem pakiet nr 8:									

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę modyfikacji).

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
Anna Lewicka