

Gdynia, dnia 08-11-2024 r

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Zakup aparatury w ramach programu Narodowa Strategia Onkologiczna
w zakresie zadania „Doposażenie Zakładów Patomorfologicznych”**

Nr sprawy - D25M/251/N/40-83rj/24

I. Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań, **które wpłynęły po ich ustawowym terminie na zadawanie wraz z odpowiedziami:**

Pytanie nr 26

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie ponownej analizy zadanych dodatkowych pytań w dniu 17.10 o poniższej treści:

Zadanie 3 Mikrotom z łaźnią wodną 4 szt

II łaźnia wodna 4szt

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie urządzenia :

Wymiary w mm : 330 × 400 × 1125 mm

Zakres regulacji temperatury łaźni wodnej: Od temperatury pokojowej do 60 °C

Antyodbłaskowa powierzchnia wody oświetlana od dołu

Elektroniczna kontrola temperatury za pomocą cyfrowego wyświetlacza z czujnikiem i blokadą bezpieczeństwa

Szklane naczynie na wodę ok. 1,2l

Dokładność pomiaru +/- 1 stopień Celsjusza

Bezpośredni pomiar temperatury wody umieszczony w wodzie

Zadanie 4 Mikrotom z łaźnią wodną 4 szt

II łaźnia wodna 4szt

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie urządzenia :

Wymiary w mm : 330 × 400 × 1125 mm

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 181 060 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

D25M/251/N/2-5rj/24

Zakres regulacji temperatury łaźni wodnej: Od temperatury pokojowej do 60 °C

Antyodblaskowa powierzchnia wody oświetlana od dołu

Elektroniczna kontrola temperatury za pomocą cyfrowego wyświetlacza z czujnikiem i blokadą bezpieczeństwa

Szklane naczynie na wodę ok. 1,2l

Dokładność pomiaru +/- 1 stopień Celsjusza

Bezpośredni pomiar temperatury wody umieszczany w wodzie

Zwracamy uwagę iż Wykonawca drodze omyłki pisarskiej podał zawyżony wymiar łaźni wodnej w pozycji 1 pkt II łaźnia wodna 4 sztuki do pakietu 3 i 4 zamiast 125 mm wysokości, podana została wysokość 1125 mm, co Zamawiający dopuścił udzielając odpowiedzi na pytania 24 i 25 w dniu 21.10

Prosimy o ponowne udzielenie odpowiedzi na poprawnie zadane poniższe pytania:

Zadanie 3 Mikrotom z łaźnią wodną 4 szt

II łaźnia wodna 4szt

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie urządzenia :

Wymiary w mm : 330 × 400 × **125** mm

Zakres regulacji temperatury łaźni wodnej: Od temperatury pokojowej do 60 °C

Antyodblaskowa powierzchnia wody oświetlana od dołu

Elektroniczna kontrola temperatury za pomocą cyfrowego wyświetlacza z czujnikiem i blokadą bezpieczeństwa

Szklane naczynie na wodę ok. 1,2l

Dokładność pomiaru +/- 1 stopień Celsjusza

Bezpośredni pomiar temperatury wody umieszczany w wodzie

Zadanie 4 Mikrotom z łaźnią wodną 4 szt

II łaźnia wodna 4szt

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie urządzenia :

Wymiary w mm : 330 × 400 × **125** mm

Zakres regulacji temperatury łaźni wodnej: Od temperatury pokojowej do 60 °C

Antyodblaskowa powierzchnia wody oświetlana od dołu

Elektroniczna kontrola temperatury za pomocą cyfrowego wyświetlacza z czujnikiem i blokadą bezpieczeństwa

Szklane naczynie na wodę ok. 1,2l

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 181 060 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu

D25M/251/N/2-5rj/24



Dokładność pomiaru +/- 1 stopień Celsjusza

Bezpośredni pomiar temperatury wody umieszczony w wodzie

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPowiedNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem
Sekretarz Komisji Przetargowej
Małgorzata Brancewicz-Malec

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Małgorzata Brancewicz-Malec

