

L.dz. DZP / 242 / 33 / 2025

Dotyczy: postępowania nr TP-19/25 prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na modernizację posiadanego systemu planowania brachyterapii w zakresie sprzętowym i programowym.

Stosownie do postanowienia art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2024 poz. 1320), ZAMAWIAJĄCY – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przekazuje poniżej treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 2: Dotyczy załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – cz. II serwis gwarancyjny – pkt 4

Ze względu na fakt, iż aparat USG jako wyrób medyczny nie musi posiadać dokumentu DTR a wszelkie niezbędne informacje odnoszące się do jego instalacji znajdują się w instrukcji obsługi, zwracamy się z prośbą o odstąpienie do wymogu jego dostarczenia.

Odpowiedź nr 2:

ZAMAWIAJĄCY zgodzi się na odstąpienie od tego wymogu, pod warunkiem, że instrukcja obsługi zawiera wszelkie informacje dotyczące eksploatacji urządzenia i jest sporządzona w języku polskim.

Pytanie nr 3: Dotyczy załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – cz. II serwis gwarancyjny – pkt 10

Zwracamy się z prośbą o skrócenie czasu dostępności części zmiennych dla aparatu USG do 8 lat.

Odpowiedź nr 3:

ZAMAWIAJĄCY podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Wymóg zapewnienia 10 letniego okresu dostępności części zamiennych jest standardowym wymogiem, jaki ZAMAWIAJĄCY stosuje do wszystkich zamówień.

Pytanie nr 4: Dotyczy załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – cz. II serwis gwarancyjny – pkt 17

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu dla aparatu USG do 72 godzin.

Odpowiedź nr 4:

ZAMAWIAJĄCY podtrzymuje zapis zawarty w SWZ.

Czas reakcji, to czas na podjęcie działań zmierzających do usunięcia awarii, nie oznacza to czasu w jakim usterka powinna być usunięta.

Pytanie nr 5: Dotyczy załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – cz. II serwis gwarancyjny – pkt 18

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu usunięcia awarii do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Odpowiedź nr 5:

ZAMAWIAJĄCY zgodzi się na proponowaną zmianę w zakresie podanego wcześniej terminu, pod warunkiem dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych od uszkodzonego, do czasu zakończenia naprawy.



Pytanie nr 6: Dotyczy załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – cz. II serwis gwarancyjny – pkt 20

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie do którego punktu odnosi się zapis punktu 20, ponieważ w tabeli nie ma wskazanego punktu 106.

Odpowiedź nr 6:

ZAMAWIAJĄCY koryguje zapis. Zapis z punktu 20, odnosi się do punktu 19.

Pytania nr 7: Dotyczy załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – cz. II serwis gwarancyjny – pkt 24

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu gwarancji na wymienione części zamienne w procesie naprawy urządzenia do 6 miesięcy – dotyczy aparatu USG.

Odpowiedź nr 7:

ZAMAWIAJĄCY podtrzymuje zapis SWZ.

Nowe części zamienne powinny być objęte co najmniej 12 miesięczną gwarancją. Jest to standardowy wymóg, jaki ZAMAWIAJĄCY stosuje do wszystkich zamówień.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie: Ewa Januszaniec, nr tel. 91 42 51 454

DYREKTOR z up.
Maciej Czarnecki
Kierownik Działu Technicznego

