

EP.252.13.2025

(nr wew. WSZ-EP-13/401/2025)

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/
strona internetowa prowadzonego postępowania**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ - nr 5**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Zakup ambulansu dla potrzeb transportu sanitarnego”, numer postępowania: WSZ-EP-13/2025.

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1, dot. nosze główne

Czy Zamawiający wymaga aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny w pełni z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789:2021, poświadczony odpowiednim dokumentami tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej?

Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający wymaga noszy zgodnie z zapisami SWZ.**

Pytanie 2, dot. nosze główne

W związku z sytuacją, że wg aktualnie zharmonizowanej obowiązującej normy PN-EN 1865-1+A1:2015, pkt. 4.2.3, maksymalna waga zestawu transportowego może wynosić do 51 kg, a maksymalna waga noszy 23 kg, pytamy czy Zamawiający dopuści do postępowania nosze i transporter spełniające wyżej podane parametry? Chcemy podkreślić że oferowany zestaw transportowy spełnia wszystkie wymagania aktualnej zharmonizowanej Normy PN-EN 1865-1+A1:2015.

Odpowiedź Zamawiającego:**Zamawiający wymaga noszy zgodnie z zapisami SWZ**

Pytanie 3, dot. nosze główne

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje upręży umożliwiającej transport dzieci na noszach o wadze 4,5-45 kg oraz wymaga potwierdzenie przez producenta kompatybilności z oferowanym zestawem transportowym?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika numer 3 – zestawienie wymaganych parametrów technicznych w Rozdział II Wyposażenie ambulansu transportowego punkt 4 Uprząż pediatryczna w podpunkcie 4.1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Sporządziła: K. Lewandowska