

Inwestycja realizowana w ramach Programu „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)” dla części inwestycji A.2.4.1. „Wsparcie inwestycji rozbudowy publicznego zaplecza analityczno-laboratoryjnego w sektorze hodowli roślin”.
Nr umowy IO-KPOD.01.19–IP.04-0039/23 z dnia 11.10.2023 r.

Skierniewice, dnia 06.06.2025 r.

L. Dz. DZP-233/2025

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa aparatury badawczej**, nr 19/ZP/2025, udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania:

Pytanie nr 1

dot. Pakietu nr 2 – Komora wzrostu

Czy Zamawiający dopuści komorę o pojemności 1200 litrów, wymiarach zewnętrznych szer. 1520 x gł. 920 x wys. 1990mm i wymiarach wewnętrznych komory szer. 1320 x gł. 605 x wys. 1505mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komory o wskazanej powyżej pojemności i wymiarach zewnętrznych. Ze względu na miejsce posadowienia komory, wymiary zewnętrzne opisane w pkt 3 Załącznika nr 2.2 do SWZ - Formularz wymaganych warunków technicznych są wymiarami maksymalnymi.

Pytanie nr 2

dot. Pakietu nr 2 – Komora wzrostu

Czy Zamawiający dopuści komorę z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej z wykończeniem powierzchni zapewniających optymalną jednorodność światła?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komory z opisanym powyżej wnętrzem.

Pytanie nr 3

dot. Pakietu nr 1 – Komora laminarna

Czy zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1680mm i głębokości 845mm (800mm bez zamontowanego podłokietnika)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komory o wskazanych powyżej wymiarach zewnętrznych. Wymiary zewnętrzne opisane w pkt 4 Załącznika nr 2.1 do SWZ - Formularz wymaganych warunków technicznych są wymiarami maksymalnymi.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający może zagwarantować, że w przypadku wygrania przez jednego wykonawcę więcej niż jednego pakietu, to umowy do każdego z pakietów zostaną podpisane oddzielnie?

Zagwarantuje to równe traktowanie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy, w przypadku gdy oferta jednego Wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w więcej niż jednym pakiecie, z Wykonawcą tym co do zasady zostanie zawarta jedna umowa obejmująca wszystkie te pakiety.

Pytanie nr 5

dot. Załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy § 5 ust. 7 – Pakiet nr 3, 4, 5

Zamawiający zapisał:

„Czas reakcji serwisu na podjęcie czynności usunięcia wady wynosi do 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. W tym terminie zostanie przedstawiony ostateczny termin usunięcia wad, lecz nie dłuższy **niż 7 dni** od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia. W szczególnych okolicznościach uzasadniających przedłużenie terminu usunięcia wady Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu.”

Wnosimy o korektę w/w zapisu w odniesieniu do w/w pakietów, tak by brzmiał:

„Czas reakcji serwisu na podjęcie czynności usunięcia wady wynosi do 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. W tym terminie zostanie przedstawiony ostateczny termin usunięcia wad, lecz nie dłuższy **niż 21 dni** od dnia dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia. W szczególnych okolicznościach uzasadniających przedłużenie terminu usunięcia wady Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu.”

Producent którego reprezentujemy, gwarantuje czas naprawy w trakcie trwania gwarancji do 21 dni. Aby móc spełnić postawiony przez Zamawiającego warunek, musielibyśmy w cenie oferty uwzględnić dodatkowy koszt specjalnego serwisu, co wpłynęłoby niekorzystnie na cenę końcową.

Aparatura ta, jest produkowana i magazynowana poza granicami kraju. Części serwisowe są także sprowadzane z magazynu znajdującego się poza granicami kraju. Przewidziane przez producenta 21 dni na naprawę obejmują proces diagnozy usterki, sprowadzenia części i w końcu samej naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) na treść wnioskowaną przez Wykonawcę. Zamawiający wyjaśnia, że kwestie konieczności przedłużenia terminu usunięcia wady reguluje § 5 ust. 7 zd. 2. które stanowi, że w szczególnych okolicznościach uzasadniających przedłużenie terminu usunięcia wady Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu.

Pytanie nr 6

dotyczy wzoru umowy, § 5, ustęp 15 - pakiet 3, 4 i 5

Zamawiający zapisał:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia naprawy osobie trzeciej, obciążając kosztami wykonania zastępczego Wykonawcę”

Wnosimy o korektę w/w zapisu w odniesieniu do w/w pakietów, tak by brzmiał:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia naprawy osobie trzeciej, obciążając kosztami wykonania zastępczego Wykonawcę, **pod warunkiem, że osoba trzecia będzie autoryzowana przez producenta przedmiotu umowy**”.

Naprawy dokonane przez nieautoryzowany serwis, powodują bowiem przerwanie biegu gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień Projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) na treść wnioskowaną przez Wykonawcę.

Pytanie nr 7

dot. Pakietu nr 1 – Komora laminarna

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu komorę o wymiarach zewnętrznych: 1554x872x1212 szer. x wys. x głęb. [mm].

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komory o wskazanej powyżej głębokości zewnętrznej.

Pytanie nr 8

dot. Pakietu nr 1 – Komora laminarna

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu komorę o wymiarach komory roboczej: 1535x598x780 szer. x wys. x głęb. [mm].

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory o opisanych powyżej wymiarach komory roboczej.

Pytanie nr 9

dot. Pakietu nr 1 – Komora laminarna

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu komorę posiadającą panel sterowania umieszczony po prawej stronie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego powyżej umieszczenia panelu sterowania.

Pytanie nr 10

dot. Pakietu nr 1 – Komora laminarna

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu komorę posiadającą panel sterowania nie posiadający funkcji wyświetlania temperatury oraz procentowego zużycia filtrów oraz lampy UV, posiadający oddzielne liczniki dla lampy UV i dmuchawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komory, która nie posiada opisanych powyżej funkcji wyświetlania.

Pytanie nr 11

dot. Pakietu nr 1 – Komora laminarna

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu komorę posiadającą oświetlenie LED. Lampy LED, zużywają mniej energii niż fluorescencyjne, dłuższa żywotność, nie zawierają toksycznych substancji takich jak rtęć, dają natychmiastowe pełne światło, możliwość precyzyjnego sterowania intensywnością.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory z oświetleniem LED. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2.1 do SWZ - Formularz wymaganych warunków technicznych poprzez wykreślenie w pkt 15 słowa „fluorescencyjnej”. Tym samym pkt 15 otrzymuje nowe brzmienie: „Natężenie lampy przy zerowym oświetleniu otoczenia”.

Pytanie nr 12

dot. Pakietu nr 1 – Komora laminarna

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu komorę posiadającą lampę UV z licznikiem i programatorem czasu zainstalowaną u góry komory roboczej w przedniej jej części?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza opisanego powyżej rozwiązania.

Pytanie nr 13

dot. Pakietu nr 1 – Komora laminarna

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu komorę posiadającą 2 gniazda elektryczne zlokalizowane na zewnątrz pod blatem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komory z gniazdami elektrycznymi umieszczonymi na zewnątrz komory.

Pytanie nr 14

dot. Pakietu nr 1 – Komora laminarna

Podłączenia jakich mediów wymagają Państwo do komory?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że do komory będzie podłączona woda oraz gaz.

Pytanie nr 15

dot. Pakietu nr 5 – Termocykler do standardowych testów PCR

W związku z zapisem dotyczącym „bloku termicznego ze specjalną powłoką poprawiającą przewodnictwo cieplne”, uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju powłoka była brana pod uwagę przez Zamawiającego? Czy możliwe jest zaoferowanie termocyklera z blokiem aluminiowym, który spełnia założony cel poprawy przewodnictwa cieplnego urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie termocyklera z blokiem aluminiowym, który poprawia przewodnictwo cieplne.

Pytanie nr 16

dot. Pakietu nr 5 – Termocykler do standardowych testów PCR

Czy Zamawiający dopuści termocykler o wymiarach (szer. x wys. głęb.): 270 x 255 x 390 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania termocyklera o wskazanej powyżej szerokości i wysokości. Wymiary zewnętrzne opisane w pkt 16 Załącznika nr 2.5 do SWZ - Formularz wymaganych warunków technicznych są wymiarami maksymalnymi.

Pytanie nr 17

dot. Pakietu nr 5 – Termocykler do standardowych testów PCR

Czy Zamawiający dopuści termocykler z jednorodnością temperatury $\leq \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ przy 55°C po 15 sekundach inkubacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania termocyklera z jednorodnością temperatury $\leq \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ przy 55°C po 15 sekundach inkubacji.

Pytanie nr 18

dot. Pakietu nr 5 – Termocykler do standardowych testów PCR

Czy Zamawiający dopuści termocykler ze zużyciem energii 600W?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania termocyklera, którego zużycie energii wynosi 600W.

Pytanie nr 19

dot. Pakietu nr 5 – Termocykler do standardowych testów PCR

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy w ramach prowadzonych badań diagnostycznych dopuszczalne jest zastosowanie termocyklera oznaczonego znakiem **CE (zgodność ogólna)**, który nie posiada oznaczenia **CE IVD**? W przypadku, gdy termocykler spełnia wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne, a używane testy diagnostyczne (IVD) posiadają certyfikaty CE IVD, możliwe jest wykorzystanie urządzenia z ogólnym certyfikatem CE bez naruszenia przepisów dotyczących wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie termocyklera, który nie posiada certyfikatu IVD.

Pytanie nr 20

dot. Pakietu nr 5 – Termocykler do standardowych testów PCR

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie punktu 24 z wymaganych warunków technicznych? Zważywszy na kierunek prowadzonych przez Państwa badań, wymóg posiadania wskazanych certyfikatów wydaje się nieuzasadniony i może niepotrzebnie ograniczać konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie termocyklera, który nie posiada certyfikatów wskazanych w pkt 24 Załącznika nr 2.5. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2.5 do SWZ – Formularz wymaganych warunków technicznych poprzez wykreślenie wymagań pkt 24.

Pytanie nr 21

dot. Pakietu nr 5 – Termocykler do standardowych testów PCR

Czy Zamawiający zaakceptuje maks. gradient 20°C/0.1°C, a w zakresie temperatury od 20°C do 99°C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie termocyklera, który posiada opisany powyżej gradient. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2.5 do SWZ – Formularz wymaganych warunków technicznych poprzez nadanie w pkt 12 nowego brzmienia: „Maksymalny gradient temperatury 20°C/0.1°C w zakresie co najmniej od 20°C do 99°C w 12 kolumnach”.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na:

- termin składania ofert na dzień: 16.06.2025 r. godz. 10:00

- termin otwarcia ofert na dzień: 16.06.2025 r. godz. 10:15

Ponadto zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 15.07.2025 r.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treść Specyfikacji Warunków Zamówienia nadając nowe brzmienie:

1. W Rozdziale XIX „Termin związania ofertą” pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 15.07.2025 r.
2. W Rozdziale XX „Sposób oraz termin składania ofertą” pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie nie później niż do dnia 16.06.2025 r. do godz. 10.00.
3. W Rozdziale XXI „Termin otwarcia ofert” pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2025 r., o godzinie 10.15 przy użyciu Platformy.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. Załącznik nr 2.1 do SWZ – Formularz wymaganych warunków technicznych ze zmianami oraz Załącznik nr 2.5 do SWZ – Formularz wymaganych warunków technicznych ze zmianami stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych
Główny Księgowy
/-/
mgr Agnieszka Antosiak