



Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. DOSTAWA FOTELI DO CHEMIOTERAPII, Nr sprawy: ZP-24-105BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp,, SPSKM jako Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Dotyczy pakietu nr. 2- Fotel do chemioterapii

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii o całkowitej długości leża 2160 mm? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza, swoje oczekiwania zawarł w opisie przedmiotu zamówienia.**
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem 225 kg? **Odp. dopuszcza do zaoferowania fotel do chemioterapii z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem 225 kg jednak nie wymaga.**
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii którego kolumna elektryczna jest obudowana aluminiową osłoną łatwą do utrzymania w czystości, zapobiegającej przenikaniu cieczy i cząstek stałych o współczynniku IPX6? **Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania fotel do chemioterapii o zaproponowanych parametrach obudowy jednak nie wymaga.**
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii wyposażony w blat boczny z regulowaną wysokością bez regulacji kąta nachylenia? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza, swoje oczekiwania zawarł w opisie przedmiotu zamówienia.**

Dotyczy: Pakiet 1 – Fotel do chemioterapii z wagą – 2 sztuki

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrealizowanie zamówienia w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia. **Odp. Zamawiający nie jest w stanie wydłużyć okresu na wykonanie zamówienia z uwagi na konieczność dokonania rozliczenia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków” – dla podmiotów udzielających świadczenia osobom dorosłym w 2024 r.**
2. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego siedzisko o szerokości 59 cm? **Odp.: Zamawiający wyraża zgodę oraz zmienia opis przedmiotu zamówienia (pakiet 1 oraz 2) w pkt 1 dotyczący szerokości siedziska w następujący sposób: Fotel do chemioterapii elektryczny, tapicerowany z siedziskiem o szerokości 55-70 cm, z podłokietnikami, maksymalne obciążenie fotela 200 kg, długość leża 180-210 cm**
3. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego leże do długości 215 cm? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, swoje oczekiwania zawarł w opisie przedmiotu zamówienia.**



4. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego podłokietniki bez regulacji wysokości? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, swoje oczekiwania zawarł w opisie przedmiotu zamówienia.**
5. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tapicerki bez właściwości przeciwbakteryjnych? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, swoje oczekiwania zawarł w opisie przedmiotu zamówienia.**
6. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca ze szwami? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, swoje oczekiwania zawarł w opisie przedmiotu zamówienia.**
7. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela bez stolika bocznego? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, swoje oczekiwania zawarł w opisie przedmiotu zamówienia.**
8. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pilota zabezpieczonego przed przypadkowym uruchomieniem funkcji, wykonanie zmiany pozycji fotela musi zostać poprzedzone przyciskiem „świadomego użycia” (przycisk Start)? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**
9. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kół nie antystatycznych? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, swoje oczekiwania zawarł w opisie przedmiotu zamówienia.**
10. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela z możliwością zważenia pacjenta z wyświetlaczem umiejscowionym w okolicach segmentu oparcia pleców, dokładność ważenia 50 g w pełnym zakresie ważenia, ustawianie progu minimalnego oraz maksymalnego połączonego z alarmem w celu monitorowania zmiany masy ciała, możliwość dodawania oraz odejmowania wyposażenia dodatkowego do fotela bez wpływu na zmianę i wyświetlanie prawidłowej wagi „netto” pacjenta, funkcja automatycznego tarowania oraz zerowania wagi, wykonanie fotela zgodnie z normą EN 45501:2015 „Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych”? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, swoje oczekiwania zawarł w opisie przedmiotu zamówienia.**



(Zdjęcie poglądowe oferowanego fotela)

Dotyczy: Pakiet 2 – Fotel do chemioterapii – 8 sztuki

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizowanie zamówienia w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia. **Odp. Zamawiający nie jest w stanie wydłużyć okresu na wykonanie zamówienia z uwagi na konieczność dokonania rozliczenia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków” – dla podmiotów udzielających świadczenia osobom dorosłym w 2024 r.**



2. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego siedzisko o szerokości 59 cm?
 Odp.: Zamawiający wyraża zgodę oraz zmienia opis przedmiotu zamówienia w pkt 1 dotyczący szerokości siedziska w następujący sposób: Fotel do chemioterapii elektryczny, tapicerowany z siedziskiem o szerokości 59-70 cm, z podłokietnikami, maksymalne obciążenie fotela 200 kg, długość leża 180-210 cm
3. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego leże do długości 215 cm?
 Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, swoje oczekiwania zawarł w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego podłokietniki bez regulacji wysokości? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, swoje oczekiwania zawarł w opisie przedmiotu zamówienia.**
5. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tapicerki bez właściwości przeciwbakteryjnych?
 Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, swoje oczekiwania zawarł w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca ze szwami? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, swoje oczekiwania zawarł w opisie przedmiotu zamówienia.**
7. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela bez stolika bocznego? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, swoje oczekiwania zawarł w opisie przedmiotu zamówienia.**
8. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pilota zabezpieczonego przed przypadkowym uruchomieniem funkcji, wykonanie zmiany pozycji fotela musi zostać poprzedzone przyciskiem „świadomego użycia” (przycisk Start)? **Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**
9. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kół nie antystatycznych? **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, swoje oczekiwania zawarł w opisie przedmiotu zamówienia.**
10. Dotyczy pakietu nr 2 Czy Zamawiający dopuści fotel z elektryczną regulacją wysokości, oparcia pleców, oparcia podudzi oraz ręczną regulacją podpórki na stopy? **Odp. Zamawiający nie dopuszcza, swoje oczekiwania zawarł w opisie przedmiotu zamówienia.**
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z siedziskiem o szerokości 55 cm?
 Odp.: Zamawiający dopuszcza oraz zmienia opis przedmiotu zamówienia (pakiet 1 oraz 2) w pkt 1 dotyczący szerokości siedziska w następujący sposób: Fotel do chemioterapii elektryczny, tapicerowany z siedziskiem o szerokości 55-70 cm, z podłokietnikami, maksymalne obciążenie fotela 200 kg, długość leża 180-210 cm
12. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający pod pojęciem: „automatyczna pozycja Trendelenburga z możliwością szybkiego uruchomienia” wymaga zaoferowania fotela do chemioterapii z automatyczną regulacją pozycji Trendelenburga, w którym po jednorazowym i krótkotrwałym naciśnięciu przycisku aktywowania funkcji Trendelenburga fotel sam wykonuje sekwencję ruchów segmentami leża aż do uzyskania pozycji Trendelenburga bez konieczności trzymania przycisku aktywującego? **Odp. Zamawiający swoje wymagania określił w opisie przedmiotu zamówienia jako „Automatyczna pozycja Trendelenburga z możliwością szybkiego uruchomienia” i tego wymaga.**
13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z kolumną nośną w obudowie z aluminium?
 Odp. Zamawiający dopuszcza fotel, którego kolumna nośna będzie w obudowie z aluminium.
14. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający pod pojęciem: „fotel wyposażony w antystatyczne koła, co najmniej w dwóch kołach możliwość blokady” wymaga zaoferowania fotel do chemioterapii wyposażonego w centralną blokadę min. 2 kół? **Odp. Zamawiający oczekuje by fotel do chemioterapii był wyposażony w centralną blokadę min. 2 kół.**



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach**

Zgodnie z art. 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz koryguje treść Rozdz. III pkt. 3 SWZ w zakresie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

BYŁO: „Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 14.11.2024.”

JEST: „Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 16.11.2024.”

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień

18.10.2024r. godz.: 08:00

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz.: 08:30