

Konin, 07.04.2025 r.

WSZ-EP-54/2024/195/25**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-54/2024****Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ – nr 10**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ” oraz udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Pakiet 26**Lp.3**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rurki intubacyjnej specjalnej z mankietem ograniczającym przenikanie wydzieliny, do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, mankiet niskociśnieniowy. Znacznik Rtg. Dren do odsysania, kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie, jeden producent rozmiar 6,0-9,0 do wyboru przez Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 27**Lp.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów antybakteryjno-wirusowych dla dzieci, sterylne, jednorazowe, elektrostatyczne, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, zakres objętości oddechowych (70-75) – (300-1200) (75- 300) ml; skuteczność filtracji 99,99%, wydajność nawilżania przy VT250ml min.31mg/l, lub przy VT 500 ml 30,2 mg/H₂O/l przestrzeń martwa 26-35ml, waga do 21g.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Lp.4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie filtrów oddechowych antybakteryjno-wirusowych dla dorosłych, zakres objętości oddechowych 150-(1200-1500) ml elektrostatyczne, sterylne, skuteczność filtracji min.99,99%, waga 19-30g, przestrzeń martwa, 32-36ml; jedno złącze tylko 22F, drugie złącze 22M/15F

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.