

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa aparatury badawczej**, nr 22/ZP/2025, udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania:

dotyczące: Pakietu nr 3 - Dygestorium

Pytanie nr 1

Czy okno teleskopowe ma być podwójne poruszające się jednocześnie w obrysie wysokości 2300 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podając maksymalną wysokość dygestorium 2300 mm (pkt 2 Formularza wymaganych warunków technicznych) wymaga, aby wysokość ta nie była przekroczona również po otwarciu okna.

Pytanie nr 2

Czy Panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IPP 44 ma być zainstalowany w panelu bocznym, panel montowany w kolumnie zatraskowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane powyżej rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Czy zlewik ceramiczny który jest wyposażeniem blatu ceramicznego ma być usytuowany wzdłuż ściany bocznej komory ma umieszczony nie dalej niż 50 cm od przedniej krawędzi w pobliżu kolumny z mediami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane powyżej rozwiązanie.

Pytanie nr 4

Czy zawory wody zimnej należy umieścić na prawej kolumnie instalacyjnej a wylewki wody umieszczone tuż nad zlewikiem w prawej strony kolumny roboczej nie dalej niż 40 cm od frontu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane powyżej rozwiązanie.

Pytanie nr 5

Czy blat ceramiczny ma być w wykonaniu bez podłoża drewnopochodnego?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przez określenie „*blat roboczy z ceramiki monolitycznej*” (pkt 10 Formularz wymaganych warunków technicznych) należy rozumieć blat wykonany z litego spieku ceramicznego, który będzie zamontowany jako element samonośny bez podłoża drewnopochodnego.

Pytanie nr 6

Czy szafka na odczynniki chemiczne ma być również wykonana z blachy stalowej ocynkowanej malowana farbami poliuretanowymi?

Odpowiedź: Zamawiający wskazał, że wymaga dygestorium, które jest wykonane z blachy ocynkowanej pokrytej farbami poliuretanowymi (pkt 1 Formularz wymaganych warunków technicznych). Szafka poddygestoryjna na odczynniki chemiczne będzie elementem dygestorium, wobec czego powinna być wykonana z takiego samego materiału.



dotyczące: Pakietu nr 1 – Autoklaw

Pytanie nr 7

dot. SWZ: Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowienia urządzenia.

Uzasadnienie: prosimy o podanie opisu drogi transportowej do miejsca posadowienia autoklawu: rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy.

W przypadku windy prosimy o podanie jej wymiarów windy i nośności.

W przypadku schodów: prosimy o podanie szerokości schodów oraz szerokości półpiętra na schodach (informacja istotna – ponieważ w takim przypadku do transportu sterylizatora (waga 170 kg) używa się schodołazu, który potrzebuje określonej przestrzeni).

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odpowiedź: Autoklaw będzie usytuowany na pierwszym piętrze w budynku Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych (CIZTO).

Droga transportowa:

- kostka brukowa przed wejściem/wycieraczka/ próg w drzwiach – zalecany transport na palecie oraz wózku / podnośniku hydraulicznym
- drzwi wejściowe do budynku o wym.: 1800 mm x 2000 mm (H)
- winda towarowa o udźwigu 1000 kg, wym.: 900 mm x 2100 mm
- w przypadku schodów: szerokość 1500 mm
- drzwi w klatkach schodowych 1200 mm

Pytanie nr 8

dot. SWZ: Czy w miejscu posadowienia sterylizatora są niezbędne media, czy nie ma potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń?

W przypadku potrzeby wykonania tych prac Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jest to koszt po stronie Zamawiającego.

Uzasadnienie: Informacja ta jest niezbędna do kalkulacji przetargowej.

Odpowiedź: Media niezbędne do podłączenia autoklawu są przygotowane. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac koszty będą po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 9

Pytanie dot. załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy:

W §5 pkt 3 jest zapis: „*W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis dostarczonego Przedmiotu umowy, który będzie świadczony przez podmiot upoważniony przez producenta lub jej autoryzowanego przedstawiciela.*”

Zgodnie z polskim prawodawstwem producent jest zobowiązany do zapewnienia serwisu i taki serwis oczywiście świadczymy, zarówno w czasie gwarancji jaki po upływie tego czasu.

Prosimy jednak o odpowiedź jaka intencja przyświecała Zamawiającemu, aby umieścić taki zapis. Czy Zamawiający miał wcześniej problemy z serwisem w okresie gwarancyjnym, czy też jest to ukryta forma bezpłatnych przeglądów serwisowych.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzając postanowienie zawarte w § 5 pkt 3 zamierzał zabezpieczyć swój interes prawny poprzez zapewnienie, że usługi serwisu objętego gwarancją będą świadczone przez upoważniony do tego podmiot. Nie było zamiarem Zamawiającego ukrycia pod tym postanowieniem dodatkowych obowiązków Wykonawcy.

Pytanie nr 10

dot. załącznika nr 2.1 do SWZ/formularz wymaganych parametrów technicznych:

Czy Zamawiający wymaga, aby komora, płaszcz komory, drzwi komory oraz wytwornica pary w autoklawie muszą być wykonane ze stali 316L wg AISI lub lepszej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby komora, płaszcz komory, drzwi komory oraz wytwornica pary w autoklawie były wykonane ze stali 316L wg AISI lub lepszej.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wymaga, aby rama komory oraz panele zewnętrzne autoklawu muszą być wykonane ze stali 304 wg. AISI lub lepszej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby rama komory oraz panele zewnętrzne autoklawu były wykonane ze stali 304 wg. AISI lub lepszej.

dotyczące: Pakietu nr 2 – Elektroporator**Pytanie nr 11**

Prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie Zamawiającemu instrukcji jedynie w języku angielskim? Zamawiający daje taką możliwość wg wzoru umowy w paragrafie 2 pkt. 10. Jako że oferowany sprzęt jest sprzętem specjalistycznym, posiada instrukcję w języku angielskim. Nie dysponujemy natomiast jej tłumaczeniem na język polski.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie instrukcji obsługi w języku angielskim.

Pytanie nr 12

dot. Paragrafu 5 punkt 7 – Prosimy o wydłużenie terminu naprawy do 21 dni. W razie konieczności wymiany jakiegokolwiek elementu wymaga to sprowadzenia go z zagranicy i konieczności przeprowadzenia odprawy celnej. Termin wymagany w propozycji umowy jest na to zbyt krótki.

Odpowiedź: Powyższe kwestie reguluje zd. 2. tego paragrafu, które stanowi, że w szczególnych okolicznościach uzasadniających przedłużenie terminu usunięcia wady Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu.

dotyczące: Pakietu nr 1 – Autoklaw**Pytanie nr 13**

dot. pkt 24 – Czy Zamawiający dopuści autoklaw z panelem sterowania, który automatycznie tworzy raporty z cykli w formacie PDF i ma możliwość transferu ich przez USB, zamiast drukarki?

Zamawiający może przechowywać raporty w formie elektronicznej. Tego typu rozwiązanie jest wygodniejsze i nie generuje dodatkowych kosztów w postaci papieru czy tuszu do drukarki.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania autoklaw z panelem sterowania, który automatycznie tworzy raporty z cykli w formacie PDF i ma możliwość transferu ich przez USB.

Pytanie nr 14

dot. pkt 25 – Czy Zamawiający dopuści pojemnik sterylizacyjny dostosowany do komory zaoferowanego autoklawu, pełny z pokrywą, o wymiarach $\varnothing$ 400 / 300 mm, z uchwytem i perforacją?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojemnika o wskazanych powyżej wymiarach.

Pytanie nr 15

dot. pkt 26 – Czy Zamawiający dopuści kosz sterylizacyjny siatkowy dostosowany do komory zaoferowanego autoklawu, o wymiarach $\varnothing$ 400 / 250 mm?

Jeśli Zamawiający preferuje kosz wyższy niż 250 mm, to czy dopuści jw. lecz o wysokości 300 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojemnika o wskazanych powyżej wymiarach.

Pytanie nr 16

Zamawiający wymaga, aby autoklaw był wyposażony między innymi w system szybkiego chłodzenia oraz system podtrzymywania ciśnienia.

Czy w celu przyspieszenia procesu chłodzenia oraz zminimalizowana gradientu temperatury wewnątrz komory, Zamawiający wymaga, aby autoklaw był wyposażony również w wentylator?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby autoklaw był wyposażony również w wentylator.

Pytanie nr 17

Prosimy Zamawiającego o określenie drogi transportowej do miejsca docelowego dla autoklawu.

Czy będzie konieczne wnoszenie urządzenia po schodach?

Informacja umożliwi rzetelne skalkulowanie ceny dostawy urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi powyżej – odpowiedź na pytanie nr 7.

dotyczące: Pakietu nr 3 - Dygestorium

Pytanie nr 18

Zamawiający w pkt 1 złącznika 2.3 wymaga aby dygestorium było „wykonane z blachy ocynkowanej pokrytej farbami poliuretanowymi”. Czy ze względu na bezpieczeństwo pożarowe i dla potwierdzenia tego bezpieczeństwa farba proszkowa poliuretanowa użyta do pokrywania blach z których jest wykonane dygestorium i szafka pod blatem musi posiadać ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień (którą należy dołączyć do oferty), o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1, wystawioną przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną przez Komisję Europejską i akredytowaną (klasyfikacja dotyczy farby położonej na tym materiale, z którego jest wykonane dygestorium) ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia ww. dokumentów do oferty.

Pytanie nr 19

Zamawiający w pkt 1 złącznika 2.3 wymaga aby dygestorium było „wykonane z blachy ocynkowanej pokrytej farbami poliuretanowymi” Czy dla zapewnienia trwałości dygestorium wykonanego z blachy ocynkowanej pokrytej farbami poliuretanowymi, odporność korozyjną blach pokrytych lakierem poliuretanowym, z których dygestorium i szafka pod blatem, należy potwierdzić dołączonym do oferty dokumentem (wystawionym przez jednostkę akredytowaną i notyfikowaną przez Komisję Europejską) z badania odporności korozyjnej blach ocynkowanych pokrytych powłoką lakierniczą poliuretanową z których wykonane jest dygestorium, z badania odporności korozyjnej blach, w obojętnej i kwaśnej mgłę solnej wg normy PN – EN ISO 9227: 2012, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002 mają wynosić nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005, mają wynosić nie więcej niż 0?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia ww. dokumentów do oferty.

Pytanie nr 20

Czy dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oferowanej szafki na chemikalia pod dygestorium musi ona posiadać certyfikat z badania zgodności z normą PN - EN 16121+A1 „Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem -- Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności”, wystawiony przez certyfikującą jednostkę akredytowaną i notyfikowaną przez Komisję Europejską , który należy dołączyć do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia ww. dokumentów do oferty.

Pytanie nr 21

Zamawiający wymaga w pkt 12 złącznika 2.3: „Certyfikat zgodności z normą PN-EN 14175-2 lub równoważną”. Czy dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony personelu pracującego w budynku przed oparami chemikaliów używanych pod dygestorium, powinno ono także posiadać certyfikat z badania zgodności z częścią 3 normy PN EN 14175 (część ta dotyczy badania potwierdzającego brak niebezpieczeństwa powstania niebezpiecznego stężenia oparów przed dygestorium) wydany jednostką notyfikowaną przez Komisję Europejską i akredytowaną, który należy dołączyć do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby dygestorium spełniało wymagania normy PN-EN 14175 lub równoważnej. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2.3 – Formularz wymaganych warunków technicznych poprzez dodanie w wierszu 12: „*Certyfikat zgodności z normą PN-EN 14175 lub równoważną*”. Zamawiający nie wymaga dołączenia ww. certyfikatu do oferty.

Pytanie nr 22

Zamawiający wymaga w pkt 7 złącznika 2.3: „Okno podnoszone elektrycznie” , oraz w pkt 7 złącznika 2.3: „Panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44”. Czy dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony personelu pracującego w budynku przed polem magnetycznym (w tym ochrony aparatury w laboratorium i infrastruktury informatycznej), przed porażeniem prądem, przed urazami mechanicznymi personelu, oferowane dygestorium powinno być przebadane i certyfikowane na

zgodność z obowiązującymi dyrektywami UE: dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/30/UE (kompatybilność elektromagnetyczna); dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/35/UE (niskie napięcie); dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/42/UE (maszyny) i czy certyfikaty z badań potwierdzające zgodność z w/w dyrektywami powinny być wystawione przez niezależną jednostkę notyfikowaną przez Komisję Europejską i akredytowaną i czy należy dołączyć je do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia ww. dokumentów do oferty.

Pytanie nr 23

Zamawiający wymaga w pkt 10 złącznika 2.3: „Błat roboczy z ceramiki monolitycznej o grubości co najmniej 25 mm z podwyższonym obrzeżem ze wszystkich stron oraz zlewikiem” oraz w pkt 13 złącznika 2.3: „Atest higieniczny”. Czy dla zapewnienia bezpiecznego przebywania personelu w pomieszczeniach, gdzie zlokalizowane są dygestoria, Atest higieniczny powinien potwierdzać, że emisja ołowiu i kadmu blatu ceramicznego w dygestorium, ze względu na bezpieczeństwo personelu powinna być na poziomie poniżej 0,0005 mg/dm² i czy dokument wydany przez laboratorium akredytowane, potwierdzający badania zawartości uwalnianego ołowiu i kadmu, według normy PN-EN ISO 10545-15:1999 należy dołączyć do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia ww. dokumentów do oferty.

Pytanie nr 24

Czy blat roboczy dygestoriów wykonany z ceramiki monolitycznej powinien mieć szerokość i głębokość nie mniejsze niż szerokość i głębokość dygestorium pomniejszone o 10 cm i jego kształt powinien być dostosowany do kształtu komory roboczej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane powyżej rozwiązanie.

Pytanie nr 25

Czy wymaga się, aby zlewik i wylewki wody były umieszczone w przedniej części komory roboczej dygestorium: zlewik położony wzdłuż prawej ściany bocznej, najdalsza część zlewu nie dalej niż 40 cm od przedniej krawędzi blatu (takie ułożenie zlewu umożliwia łatwe z niego korzystania, bez nachylania się nad blatem i wkładania głowy pod okno dygestorium), wylewki wody położone bezpośrednio zlewikiem, wychodzące ze ściany bocznej komory roboczej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane powyżej położenie zlewika i wylewek wody.

Pytanie nr 26

Zamawiający wymaga w pkt 9 złącznika 2.3: „Panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44”. 15. Czy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa gniazda prądowe w dygestoriach powinny być hermetyczne (IP 44) nie tylko od strony zewnętrznej, ale posiadać także szczelną obudowę od tyłu i czy wszelkie połączenia z centralną instalacją elektryczną stołu powinny być wykonane za pomocą bryzgoszczelnych złączek, tak aby podczas dostania się wody za panele instalacyjne nie nastąpiło zwarcie, oraz by można było bezpiecznie demontować panel z gniazdami bez wyłączenia napięcia i czy klapki gniazdek elektrycznych powinny posiadać miejsce do zamontowania opisu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane powyżej rozwiązanie.

Pytanie nr 27

Zamawiający wymaga w pkt 7 złącznika 2.3: „Okno podnoszone elektrycznie”. Czy w celu umożliwienia serwisowania dygestorium bez odsuwania od ściany pomieszczenia, przeciwwaga okna wraz z silnikiem napędowym powinna być umiejscowiona we froncie dygestorium obok ona frontowego, (np. za panelami z mediami), nie zaś na plechach lub w ścianach komory roboczej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane powyżej rozwiązanie.

Pytanie nr 28

Czy w celu ułatwienia mycia komory roboczej oraz uniknięcia powstawania w narożnikach zastoin oparów, 4 pionowe narożniki komory roboczej powinny być na całej jej wysokości ścięte pod kątem ok 45 stopni na odcinku ok 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane powyżej rozwiązanie.

Pytanie nr 29

Czy króciec wentylacji komory roboczej powinien posiadać rynienkę do zbierania skroplin z układu wentylacji i ich odprowadzania do kanalizacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane powyżej rozwiązanie.

Pytanie nr 30

Czy dla ułatwienia obsługi oraz uniknięcia ryzyka ich zalania, pokrętła zaworów wody i gniazda elektryczne powinny być umieszczone w wymiennych panelach instalacyjnych z boków okna dygestorium, a nie pod blatem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane powyżej rozwiązanie.

Pytanie nr 31

Czy aby zapewnić odporność dygestorium na promieniowanie UV (pochodzące zarówno z lamp UV, jak i ze światła dziennego), farba proszkowa poliuretanowa użyta do pokrywania dygestorium musi posiadać udowodnioną odporność na działanie promieniowa UV - sprawozdanie z badań białej powłoki lakierniczej położonej na oferowanym materiale, wykonanych przez niezależne akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium badawcze wg. obowiązującej Polskiej Normy przedstawiającej metodę oceny próbek wystawionych, zgodnie z obowiązującą Polską Normą, na odporność na ekspozycję źródła światła UV, które należy dołączyć do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia ww. dokumentów do oferty.

Pytanie nr 32

Czy aby zapewnić odporność dygestorium na promieniowanie UV (pochodzące zarówno z lamp UV, jak i ze światła dziennego) gniazda elektryczne dygestorium muszą posiadać sprawozdania z badań oferowanych kłapek gniazdek elektrycznych, wykonanych przez niezależne akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską laboratorium badawcze wg. obowiązującej Polskiej Normy przedstawiającej metodę oceny próbek wystawionych, zgodnie z obowiązującą Polską Normą, na odporność na ekspozycję źródła światła UV, które należy dołączyć do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia ww. dokumentów do oferty.

Pytanie nr 33

Czy dygestorium powinno posiadać pomiędzy blatem a szafką szufladę na środki BHP na prowadnicach rolkowych o pełnym wysuwie, z synchronizacją, samo hamowaniem i dociągiem, prowadnice kryte – zabudowane w podwójnych ściankach bocznych szuflady?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane powyżej rozwiązanie.

Pytanie nr 34

Zamawiający wymaga w pkt 7 załącznika 2.3: „Okno podnoszone elektrycznie”. Czy okno to powinno być obsługiwane co najmniej 3 sposobami: za pomocą przycisku nożnego, przesunięcia palcem po ekranie dotykowym panelu sterującego dygestorium, pchnięcia ramy okna?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane powyżej rozwiązanie.

Pytanie nr 35

Zamawiający wymaga w pkt 7 załącznika 2.3: „Okno podnoszone elektrycznie”. Czy okno to powinno być zamykane automatycznie po wykryciu, że użytkownik odszedł od dygestorium i czy czas po jakim okno zacznie się zamykać powinien być ustawiany z dotykowego ekranu panelu sterowania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby dygestorium posiadało czujnik ruchu, który po wykryciu braku użytkownika przed dygestorium rozpoczyna automatyczne zamykanie okna. Dodatkowo powinno posiadać czujnik wykrywania przeszkody, który w przypadku wykrycia przeszkody (np. pozostawiona kolba, zlewka, itp.) pod dolną krawędzią okna zatrzyma jego zamykanie.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2.3 Formularz wymaganych warunków technicznych poprzez nadanie w pkt 7 nowego brzmienia: „*okno pornoszone elektrycznie z czujnikiem ruchu i czujnikiem wykrywania przeszkody*”.

Pytanie nr 36

Czy na przedniej krawędzi blatu powinien być zamontowany spojler aerodynamiczny przepuszczający powietrze do komory przy zamkniętym oknie pod swoją powierzchnią i posiadający przepusty do wprowadzania przewodów do komory roboczej bez ryzyka ich przyciśnięcia przez okno i zapobiegające ich przesuwaniu się?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby dygestorium posiadało opisaną powyżej funkcję.

Pytanie nr 37

Czy wymiary wewnętrzne/użytkowe dygestorium powinny być nie mniejsze niż (szer. x wys. x gł. (mierzona od wewnętrznej strony okna do pleców komory roboczej) mm): 1100 x 1195 x 800 mm, potwierdzone rysunkiem technicznym załączonym do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie formułuje wymagań odnośnie wymiarów wewnętrznych. Ze względu na miejsce posadowienia dygestorium, wymiary zewnętrzne opisane w pkt 2 Formularza wymaganych warunków technicznych nie mogą być większe.

Pytanie nr 38

Czy dla zapewnienia najwyższej jakości oferowanego dygestorium producent dygestorium musi posiadać następujące certyfikaty (wystawione przez jednostki akredytowane i notyfikowane przez Komisję Europejską) systemów zarządzania jakością, które należy dołączyć do oferty:

- Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001 zaświadczaający, że stosuje system zarządzania zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego
- Certyfikat ISO 45001 lub równoważny dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;
- Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 14001 zaświadczaający, że stosuje system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;
- Certyfikat dla Systemu Zarządzania Energią wg EN ISO 50001 zaświadczaający, że stosuje system zarządzania energią zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia ww. dokumentów do oferty.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. Załącznik nr 2.3 do SWZ Formularz wymaganych warunków technicznych ze zmianami stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Z poważaniem,

Dyrektor

Instytutu Ogrodnictwa - PIB

/ - /

prof. dr hab. Dorota Konopacka