



.....  
.....

Znak: AE/ZP-27-85/24

Tarnów, 2024-09-09

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy: sterylnych: zestawów obłożeń operacyjnych, serwet, fartuchów, osłon na aparaturę oraz niesterylnych jednorazowych: pościeli, podkładów, prześcieradeł w roli, fartuchów, ochraniaczy na obuwie, koszul i spodenek dla pacjentów, czepków, masek chirurgicznych, osłon na kończynę, pokrowców na słuchawki, pokrowców na zwłoki.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie podkładu medycznego, wykonanego z warstwy polipropylenu- 30g/m<sup>2</sup> laminowanego folią PE-15g/m<sup>2</sup>, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Podkład jest nieprzemakalny i pełni te same funkcje ochronne co podkład papierowo-foliowy.
- Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze L / uniwersalnym, wymiary 120 (długość) na 140 cm (obwód)?
- Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne w rozmiarach L i XL?
- Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści fartuch w jednym rozmiarze - XL, spełniający pozostałe wymagania SWZ?
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 Pozycji nr 1 sterylnego zestawu obłożeń operacyjnych o następującym składzie:  
1x Serweta samoprzylepna dolna 150x200cm  
1x Serweta samoprzylepna górna 150x240cm  
2x Serweta samoprzylepna boczna 75x100cm  
1x Osłona na stół Mayo 80x140cm z warstwą chłonną o wymiarach 60x140cm  
1x Taśma lepna 10x50cm  
2x Ręcznik do rąk  
1x Serweta na stół instrumentariuszki stanowiąca owinięcie zestawu 150x200cm  
Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m<sup>2</sup>
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 Pozycji nr 2 zestawu do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego z serwetami wykonanymi z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m<sup>2</sup>.
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 Pozycji nr 4 zestawu serwet przeznaczonych do artroskopii kolana wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m<sup>2</sup>.
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 Pozycji nr 6 zestawu serwet uniwersalnych wzmocnionych o następującym składzie:  
1x Osłona na stół Mayo 80x140cm ze wzmocnieniem  
4x Ręcznik do rąk  
1x Taśma lepna 10x50  
2x Serweta lepna boczna 80x100cm  
1x Serweta lepna dolna wzmocniona 160x180cm  
1x Serweta lepna górna wzmocniona 160x240cm  
1x Serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm, owinięcie zestawu
- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 Pozycji nr 7 w zestawie do zabiegów ginekologicznych kroczywych serwet głównych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m<sup>2</sup>.






10. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8.** Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 Pozycji nr 8 serwety o wymiarach 160x240cm z wycięciem lepym 15x74cm.
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8.** Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 1 Pozycji nr 8 serwety o wymiarach 160x180cm z wycięciem lepym 25x50cm lub 20x50cm.
12. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 Pozycji nr 1 zestaw serwet do angiografii serwety głównej wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.59g/m<sup>2</sup> wzmocniona laminatem trójwarstwowym o gramaturze min. 104g/m<sup>2</sup>. Z dwoma otworami udowymi przylepnymi o wymiarach 8x15cm lub 6x12cm.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1.** Czy Zamawiający wymaga aby poszwa była szyta szwem ultradźwiękowym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Czy Zamawiający wymaga aby poszewka była szyta szwem ultradźwiękowym? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.
17. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów?
18. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osobno dołączoną serwetą 75x90cm?
19. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą z wycięciem U o wymiarach wycięcia 8 cm x 85 cm?
20. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osłoną na kończyne o wymiarach 30 x 60 cm?
21. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów?
22. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osobno dołączoną serwetą w rozmiarze 150x200cm oraz serwetą 75 x 90 cm?
23. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z 1 szt taśmy przylepnej?
24. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m<sup>2</sup>?
25. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm?
26. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści zestaw z elastyczną osłoną na kończyne o wymiarach 22 cm x 75 cm?
27. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z osobno dołączoną serwetą w rozmiarze 75 x 90 cm?
28. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>?
29. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>?
30. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:
  - 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
  - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm
  - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm





- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?



- Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>. Serweta samoprzylepna o wymiarach 240cm x 350cm z dwoma otworami przylepnymi udowymi o średnicy 9,5 cm oraz dwoma otworami przylepnymi promieniowymi 6 x 9 cm, zintegrowana z transparentną foliową wstawką po dwóch stronach serwety?
- Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 70 x 80 cm, w kształcie walca?
- Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach w stanie rozciągniętym 140 x 140 cm, maksymalny rozmiar osłanianej aparatury 80 x 80 cm, w kształcie kuli?
- Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm? Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm. Zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy?
- Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby prześcieradło było składane pojedynczo?
- Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80cm x 140cm?
- Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1326g?
- Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60cm x 80cm?
- Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby prześcieradło było składane pojedynczo?
- Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 130cm x 210cm?
- Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze L i XL?
- Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?
- Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuchy posiadające zapięcie na rzep w okolicy karku?
- Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną w rozmiarze uniwersalnym, o długości 120cm i obwodzie 140cm?
- Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie. Dostępna w rozmiarach: L- długość 117 cm, szerokość 74 cm (obwód 148 cm)/ XL- długość 117 cm, szerokość 77 cm (obwód 154 cm)/ XXL - długość 120 cm, szerokość 80 cm (obwód 160 cm)?
- Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści maski w opakowaniu z oznaczeniem normy EN 14683? Oczekiwana przez Zamawiającego norma: PN-EN 14683+AC:2019 jest wyłącznie polskim tłumaczeniem normy w wydaniu angielskim EN 14683:2019+AC:2019, a przywołana numeracja: AC:2019 jest datą ostatniej rewizji normy z 2019 roku. Na dowód spełnienia najnowszej rewizji obowiązującej normy przedstawimy certyfikat zgodności ze wskazaną normą wystawiony





przez akredytowane laboratorium i potwierdzający spełnienie przez zaoferowany wyrób wymagań najnowszej rewizji normy EN 14683:2019+AC:2019.

47. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1, 2.** Czy Zamawiający ma na myśli osłony na kończyne sterylne?
48. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne w rozmiarze 35x120cm?
49. **Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne w rozmiarze 30x60cm?
50. **Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na zwłoki wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?
51. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Zwracamy się o dopuszczenie: Sterylny pokrowiec foliowy na RTG wymiarach 230 x 104 cm, złożony w sposób umożliwiający szybką aplikację w warunkach bloku operacyjnego, z taśmami do mocowania na ramieniu aparatu RTG.
52. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Osłona przezroczysta, sterylna, na aparaturę o wymiarach: 76 x 91 cm z gumką na boku szerszym boku, która umożliwi założenie osłony na aparaturę, a równocześnie utrzymanie osłony na aparaturze (po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części aparatury).
53. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 4.** Zwracamy się o możliwość złożenia oferty : Osłona przezroczysta, sterylna, na szybę o wymiarach: 76 cm, wysokość 76 cm, z gumką ściągającą na boku, która umożliwi założenie osłony na szybę, a równocześnie utrzymanie osłony na szybie (po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części szyby).
54. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety posiadającej w środkowej części dłuższej krawędzi taśmę przyklepną o długości min. 80cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?
55. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 150 x 180cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?
56. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS, spełniający pozostałe wymagania SWZ?
57. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x60 cm z otworem przyklepnym 6x8 cm?
58. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50x75 cm z otworem przyklepnym o średnicy 5 cm?
59. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75x90 cm z otworem przyklepnym 6x8 cm?
60. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75x90 cm z otworem przyklepnym o średnicy 8 cm?
61. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki z przyklepcem?
62. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze min. 28 g/m<sup>2</sup>?
63. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradła składane a`5 sztuk?
64. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści podkłady składane a`5 sztuk?
65. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści podkład nieprzemakalny z warstwą chłonną min. 1000 ml, w wymaganym rozmiarze?
66. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradła składane a`5 sztuk?
67. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze uniwersalnym?
68. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze L i XL?
69. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę fartuchów foliowych pakowanych a`100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
70. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę osłon foliowych na buty pakowanych a`100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
71. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści koszulę z nieprześwitującej włókniny SMS 35 g/m<sup>2</sup> ?
72. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym odpowiadającym rozmiarowi XL: długość 105cm, obwód w ramionach 160cm, obwód pod pachą 145cm?





73. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o określenie minimalnej, wymaganej gramatury spodenek.
74. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Prześcieradło jednorazowego użytku z włókniny laminowanej o gramaturze minimum 40 g/m<sup>2</sup>, wymiary: 200 cm x 90 cm, składane pojedynczo, pakowane po 40 sztuk?
75. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania: Prześcieradło jednorazowego użytku z włókniny laminowanej o gramaturze minimum 27 g/m<sup>2</sup>, wymiary: 220 cm x 90 cm, składane pojedynczo, pakowane po 100 sztuk?
76. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Podkład z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 17 g/m<sup>2</sup>, wymiary: 140-160 cm x 90 cm, składany pojedynczo, pakowany maksymalnie po 25 sztuk?
77. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania podkładu bez przetłoczeń, wyposażonego we wkład chłonny z miękkiej pulpy celulozowej, miękką, przyjazną dla skóry włókniną wierzchnią oraz zewnętrzną warstwę z nieprzepuszczalnej, antypoślizgowej folii?
78. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści koszule dla pacjenta z włókniny SMS, wszystkie inne kryteria zostaną spełnione??
79. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?
80. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 210x160 cm?
81. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1600 ml?
82. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o długości 50 m z przeliczeniem ilości?
83. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z perforacją co 24 cm?
84. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. zestawie Serwety o wymiarach 75x90cm pakowanej osobno.
85. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji: Jałowy zestaw chirurgiczny do cesarskiego cięcia (pozycja leżąca) w którym: serweta główna w kształcie litery T o wym. 200/250x315cm, przyklepnym oknem 28x12x18cm otoczonym częściowo folią chirurgiczną i z torbą do zbiórki płynów z 2 zaworkami spustowymi, serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm?
86. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6, poz. 7.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji Serwety na stół instrumentariuszki o wymiarze 140x190cm?
87. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji Serwety głównej wykonanej z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>?
88. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji: serwety przylepnej 200x240cm, ze wzmocnieniem 50x75cm, bez wycięcia oraz serwety na stół instrumentariuszki o wymiarze 140x190cm?
89. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji Jałowy zestaw do angiografii. Skład :
- 1 serweta główna o wym. 210x270cm posiadająca 2 samoprzylepne otwory o średnicy 16 cm wypełnione częściowo folią chirurgiczną, boczna strefa do nakrycia aparatury z przezroczystej folii PE. Serweta główna wykonana z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Odporność materiału na przenikanie cieczy w – min. 240 cm H<sub>2</sub>O.
  - 1 organizier przewodów
  - 2 ręczniki wzmocnione nitką 30x40cm
  - dodatkowo do zestawu dołączona osobno pakowana dwuwarstwowa serweta przylepna 150x240cm, pozwalająca na przedłużenie serwety głównej.
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego składającego się z nieprzemakalnej folii PE 50g/m<sup>2</sup> oraz wysokochłonnego polipropylenu 30g/m<sup>2</sup>. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji?





90. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 8.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji: Sterylna, serweta chirurgiczna 75x75cm z przyklepnym otworem 6x8cm, wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. min. 62 g/m<sup>2</sup>.
91. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaferowania w ww. pozycji: Prześcieradła papierowego 2 - warstwowego w roli, wymiary: szerokość 50cm, długość 50m, perforacja co 38cm z przeliczeniem ilości opakowań?
92. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy posiadające certyfikat CE ma na myśli deklarację zgodności wystawioną przez producenta? Należy podkreślić, że dla wyrobów medycznych niejałowych klasy I do jakich należy opisany produkt nie jest wymagany certyfikat CE.
93. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2.** Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?
94. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2.** Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?
95. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2.** Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?
96. **Dotyczy Pakietu Nr 7 poz. 2.** Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
97. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1-3.** Czy zamawiający dopuści wycenę za komplet pościeli – poszwa na koldrę, poszwa na poduszkę, prześcieradło?
98. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1-3.** Czy zamawiającym, jeżeli się zgodzi na wycenę za komplet poda ilość kompletów jaką wycenić?
99. **Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1-2.** Czy zamawiający dopuści poszwę na poduszkę z zakładką ok. 12 cm (+/- 3 cm) oraz poszwę na koldrę z zatraskami wykonanymi z plastiku (bez zakładki)?
100. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach:  
o Mankiet 5 cm  
o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)  
o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko  
o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm
101. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
102. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2.** Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
103. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3.** Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
104. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1-2.** Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
105. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
106. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw : włókniny polipropylenowej , warstwa wewnętrzna typu Meltblown?
107. **Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk wraz ze stosownym przeliczeniem?
108. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>) o odporności na przenikanie cieczy min.129 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min.175 kPa, na mokro min.185 kPa o zdolności absorpcji cieczy 340%.Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. O składzie i parametrach:  
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm – owinięcie zestawu  
4 ręczniki 30 cm x 40 cm  
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm  
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm  
2 samoprzylepne serwety operacyjne 110 cm x 90 cm  
1 samoprzylepna serweta operacyjna 190 cm x 225 cm





serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji  
1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 300 cm

serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

**109. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie uniwersalne wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>) o odporności na przenikanie cieczy min.129 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min.175 kPa, na mokro min.185 kPa o zdolności absorpcji cieczy 340%.Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. O składzie i parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm – owinięcie zestawu

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9x50cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm paskiem samoprzylepnym 80cm

Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

**110. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm – owinięcie zestawu

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona w strefie krytycznej samoprzylepna (ekran anestetyczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych

1 serweta operacyjna, wzmocniona w strefie krytycznej, samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>).Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup>(+/-0,5g/m<sup>2</sup>).\_o odporności na przenikanie cieczy min. 174 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 283 kPa, wypychanie na mokro min.273 kPa. Zdolność absorpcji cieczy 348%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

**111. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia do stawu barkowego o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm - owinięcie zestawu

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm





1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm serweta posiada pasek samoprzylepny zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji

1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji

1 oddzielnie pakowana osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 33 x 55 cm z 1 taśmą samoprzylepną 10 x 50 cm. Osłona ortopedyczna na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2).

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2(+/-0,5g/m2). o odporności na przenikanie cieczy min. 174 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 283 kPa, wypychanie na mokro min.273 kPa. Zdolność absorpcji cieczy 348%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

**112. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia do stawu barkowego o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm - owinięcie zestawu

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm serweta posiada pasek samoprzylepny zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji

1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji,

1 oddzielnie pojedynczo pakowana osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 24 x 80 cm z 1 foliową taśmą samoprzylepną 10 cm x 50 cm. Osłona na kończynę wykonana z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej dzianiny.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109, g/m2 (+/-0,5g/m2). o odporności na przenikanie cieczy min. 174 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 283 kPa, wypychanie na mokro min.273 kPa. Zdolność absorpcji cieczy 348%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

**113. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu do artroskopii o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm - owinięcie zestawu

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm





1 serweta na kończyne 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm ze wzmocnieniem w strefie krytycznej oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

1 oddzielnie pakowaną serwetę operacyjną o wymiarach 75 cm x 90 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>).

1 taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9 x 50 cm pakowana oddzielnie

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). o odporności na przenikanie cieczy min. 174 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 283 kPa, wypychanie na mokro min. 273 kPa. Zdolność absorpcji cieczy 348%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

**114. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm ) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>) o odporności na przenikanie cieczy min. 129 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 175 kPa, na mokro min. 185 kPa o zdolności absorpcji cieczy 340%

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

**115. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm – owinięcie zestawu

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm

serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). o odporności na przenikanie cieczy min. 174 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 283 kPa, wypychanie na mokro min. 273 kPa. Zdolność absorpcji cieczy 348%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na





opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

**116. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego obłożenia do zabiegów ginekologicznych o następującym składzie i parametrach

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze laminatu 57 g/m<sup>2</sup> (+/- 0,5g/m<sup>2</sup>). Wokół pola operacyjnego polipropyleneowa łąta chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). o odporności na przenikanie cieczy min. 174 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 283 kPa, wypychanie na mokro min.273 kPa. Zdolność absorpcji cieczy 348%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

**117. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego zestawu do implantacji portu naczyniowego o następującym składzie i parametrach:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm – owinięcie zestawu

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta 225 cm x 240 cm z wycięciem „U” 20 cm x 20 cm wzmocniona

1 serweta 150 cm x 260 cm z wycięciem „U” 20 cm x 60 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze laminatu 57 g/m<sup>2</sup> (+/- 0,5g/m<sup>2</sup>). Wokół pola operacyjnego serwety z wycięciem 20cm x 20cm polipropyleneowa łąta chłonna. . Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). o odporności na przenikanie cieczy min. 174 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 283 kPa, wypychanie na mokro min.273 kPa. Zdolność absorpcji cieczy 348%. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

**118. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do angiografii o następującym składzie i parametrach:

1 ręcznik 30 cm x 40 cm

1 włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

1 serweta do angiografii 227 cm x 330 cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 12 cm x 12 cm otoczonymi folią operacyjną umieszczonymi decentralnie, średnica każdego otworu 8 cm, ze zintegrowanymi pasami z przezroczystej folii PE po obu stronach serwety przeznaczonymi do okrycia pulpitu pomiarowego stołu angiograficznego.

Serweta wykonana z nieprzemakalnego laminatu z warstwą chłonną , cały zestaw zapakowany w serwetę 80cm x 100 cm stanowiącą owinięcie zestawu, z serwetą nieprzemakalną 100x150cm pakowaną oddzielnie.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropyleneowa ,folia polietylenowa i włóknina polipropyleneowa o gramaturze min. 74 g/m<sup>2</sup> o odporności na przenikanie cieczy min.172 cm H<sub>2</sub>O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 228 kPa oraz na mokro min. 224 kPa. Zdolność absorpcji cieczy min.330 %. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.





119. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy można zaoferować fartuchy w rozmiarach oznaczonych literowo jako M-L, XL i XXL? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
120. **Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3.** Czy Zamawiający wymaga aby worek na płyny w kształcie stożka posiadał sztywnik, co umożliwia jego swobodne modelowanie.
121. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLWMiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1 mogą być wyrobami medycznymi, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?
122. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny spełniających normę EN 13795-1, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących wyrobem higienicznym
123. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów sklasyfikowanych jako Środek Ochrony Indywidualnej lub fartuch higieniczny. Potwierdza to aktualny Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej: <https://urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego> Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu oraz WIAŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS), którą przesyłamy w załączeniu.
124. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów foliowych w rozmiarze uniwersalnym.
125. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon foliowych , krótkich w opakowaniach po 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.
126. **Dotyczy Pakietu Nr 11 poz. 1.** Prosimy o dopuszczanie czepka typu beret wykonanego z włókniny PP o gramaturze 18 g/m2.
127. **Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1.** Prosimy o dopuszczanie maseczki typu II , posiadającej deklarację CE, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad. 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** podkładu opisanego w pytaniu. Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.1 oczekuje zaoferowania sterylnych zestawów obłożeń uniwersalnych.

**Ad. 2**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia określonego w **Pakiecie Nr 10 poz. 1.**

**Ad. 3**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia określonego w **Pakiecie Nr 9 poz. 1.**

**Ad. 4**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** fartuchów z włókniny w jednym rozmiarze – XL, nawet jeśli spełniają pozostałe wymagania SWZ.

**Ad. 5**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** sterylnego zestawu obłożeń opisanego w pytaniu.

**Ad. 6**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** zestawu do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego z serwetami wykonanymi z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m2.

**Ad. 7**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** zestawu serwet przeznaczonego do artroskopii kolana wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m2.





**Ad. 8**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** sterylnego zestawu serwet uniwersalnych wzmocnionych opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 9**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** w zestawie do zabiegów ginekologicznych kroczywych serwet głównych wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59 g/m<sup>2</sup>.

**Ad. 10**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 8** serwety o wymiarach 160x240 cm z wycięciem lepym 15x74 cm.

**Ad. 11**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 8** serwety o wymiarach 160x180 cm z wycięciem lepym 25x50 cm lub 20x50 cm.

**Ad. 12**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** w zestawie serwet do angiografii serwety głównej opisaney w pytaniu.

**Ad. 13**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 15 poz. 1** myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SWZ.

**Ad. 14**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 15 poz. 1** myjki – rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SWZ.

**Ad. 15**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** poszwy szytej szwem ultradźwiękowym, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SWZ.

**Ad. 16**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** poszewki na poduszkę szytej szwem ultradźwiękowym, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SWZ.

**Ad. 17**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** sterylnego zestawu serwet do wszczepu endoprotezy stawu biodrowego z serwetą główną wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów.

**Ad. 18**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** zestawu z osobno dołączoną serwetą 75x90 cm.

**Ad. 19**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** zestawu z serwetą z wycięciem U o wymiarach wycięcia 8 cm x 85 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 20**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** zestawu z osłoną na kończynę o wymiarach 30 x 60 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 21**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** zestawu z serwetą główną opisaną w pytaniu.

**Ad. 22**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** zestawu z osobno dołączoną serwetą w rozmiarze 150 x 200 cm oraz serwetą 75 x 90 cm.

**Ad. 23**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** zestawu z 1 sztuką taśmy przylepnej.





**Ad. 24**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** zestawu z serwetą główną wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140g/m<sup>2</sup>, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 25**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** zestawu z serwetą główną opisaną w pytaniu.

**Ad. 26**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** zestawu z elastyczną osłoną na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm.

**Ad. 27**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** zestawu z osobno dołączoną serwetą 75 x 90 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych warunków SWZ.

**Ad. 28**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** zestawu z serwetą główną opisaną w pytaniu.

**Ad. 29**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** zestawu z serwetą główną opisaną w pytaniu.

**Ad. 30**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 8** zestawu opisanego w pytaniu.

**Ad. 31**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** zestaw z serwetą główną opisaną w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych warunków SWZ.

**Ad. 32**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 3** osłony o wymiarach 70 x 80 cm, w kształcie walca.

**Ad. 33**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 4** osłony na aparaturę opisaną w pytaniu.

**Ad. 34**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 3** serwety opisaną w pytaniu.

**Ad. 35**

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 2**.

**Ad. 36**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** podkładu w rozmiarze 80 cm x 140 cm.

**Ad. 37**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** podkładu o chłonności 1326 g.

**Ad. 38**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** poszewki w rozmiarze 60 cm x 80 cm.

**Ad. 39-40**

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 8 poz. 3**.

**Ad. 41**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** fartuchów z włókniny tylko w rozmiarze L i XL.

**Ad. 42**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** fartuchów wykonanych z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.





**Ad. 43**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** fartuchów posiadających zapięcie na rzep w okolicy karku.

**Ad. 44**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** koszuli w rozmiarze uniwersalnym, o długości 120 cm i obwodzie 140 cm.

**Ad. 45**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** koszuli opisanej w pytaniu.

**Ad. 46**

Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie **Pakietu Nr 12 poz. 1** opisane w SWZ.

**Ad. 47**

Zamawiający wymagania dla osłon na kończyne oferowanych w **Pakiecie Nr 13 poz. 1 i 2** określił w SWZ, i nie miał na myśli osłon sterylnych, dopuszcza natomiast by były to osłony sterylne.

**Ad. 48**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 1** osłony na kończyne w rozmiarze 35 x 120 cm. pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 49**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 13 poz. 2** osłony na kończyne w rozmiarze 30 x 60 cm. pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 50**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 14 poz. 1** pokrowca na zwłoki wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 51**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 2** sterylnego pokrowca foliowego na RTG opisanego w pytaniu.

**Ad. 52**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 3** osłony przezroczystej, sterylnej, na aparaturę o wymiarach: 76 x 91 cm z gumką na szerszym boku, która umożliwi założenie osłony na aparaturę, a równocześnie utrzymanie osłony na aparaturze (po założeniu osłony gumka znajdzie się na górnej części aparatury), pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 53**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 4** osłony opisanej w pytaniu.

**Ad. 54**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** serwety opisanej w pytaniu.

**Ad. 55**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** serwety opisanej w pytaniu.

**Ad. 56**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 57**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** serwety w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem przylepnym, 6 x 8 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 58**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 5** serwety opisanej w pytaniu.

**Ad. 59**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 8** serwety w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem przylepnym 6 x 8 cm, pod warunkiem, że spełnia pozostałe wymagania SWZ, w tym dotyczące sterylności.

**Ad. 60**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 8** serwety w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem przylepnym o średnicy 8 cm, pod warunkiem spełniania pozostałych warunków SWZ, w tym dotyczące sterylności.





**Ad. 61**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 3** serwety pod pośladki z przylepcem, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 62**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** prześcieradła o gramaturze min 28 g/m<sup>2</sup>.

**Ad. 63**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** prześcieradeł składanych a`5 sztuk.

**Ad. 64**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** podkładów składanych a`5 sztuk.

**Ad. 65**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** podkładu nieprzemakalnego z warstwą chłonną min. 1000 ml, mimo wymaganego rozmiaru.

**Ad. 66**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 3** prześcieradeł składanych a`5 sztuk.

**Ad. 67**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** fartuchów w rozmiarze uniwersalnym.

**Ad. 68**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** fartuchów w rozmiarze jedynie L i XL.

**Ad. 69**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie Nr 9 poz. 2** fartuchów foliowych pakowanych w opakowania po 100 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaferuje 240 opakowań po 100 fartuchów.

**Ad. 70**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie Nr 9 poz. 3** osłon foliowych na buty pakowanych w opakowania po 100 sztuk, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaferuje 70 opakowań po 100 osłon.

**Ad. 71**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** koszuli z nieprześwitującej włókniny SMS 35 g/m<sup>2</sup>, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 72**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** koszul w rozmiarze uniwersalnym opisanych w pytaniu.

**Ad. 73**

Zamawiający wymagania dla spodenek krótkich oferowanych w **Pakiecie Nr 10 poz. 2** określił w SWZ i nie wprowadza zmian w treści wymagań.

**Ad. 74**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** prześcieradła jednorazowego użytku z włókniny laminowanej opisanego w pytaniu.

**Ad. 75**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** prześcieradła jednorazowego użytku z włókniny laminowanej opisanego w pytaniu.

**Ad. 76**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** podkładów z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 17 g/m<sup>2</sup>, wymiary 140-160 cm x 90 cm, składanych pojedynczo, pakowanych maksymalnie po 25 sztuk., pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.





**Ad. 77**

Zamawiający wymagania dla podkładów nieprzemakalnych oferowanych w **Pakiecie Nr 6 poz. 3** określił w SWZ, dopuszcza natomiast podkłady opisane w pytaniu pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 78**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 10 poz. 1** koszul dla pacjenta z włókniny SMS, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 79**

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 1**.

**Ad. 80**

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 2**.

**Ad. 81**

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 6 poz. 3**.

**Ad. 82**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** prześcieradła o długości 50 m, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ i zaoferowania 4000 rolek po 50 m.

**Ad. 83**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** prześcieradła z perforacją co 24 cm.

**Ad. 84**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** serwety o wymiarach 75 x 90 cm pakowanej osobno, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ, w tym dotyczących składu zestawu.

**Ad. 85**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** zestawu opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ w tym dotyczących składu zestawu.

**Ad. 86**

Zamawiający dopuszcza na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6 i 7** serwety na stół instrumentariuszki o wymiarze 140 x 190 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ

**Ad. 87**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** serwety głównej wykonanej z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.

**Ad. 88**

Zamawiający dopuszcza na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 8** serwety przylepnej 200 x 240 cm, ze wzmocnieniem 50 x 75 cm, bez wycięcia, serwety na stół instrumentariuszki o wymiarze 140 x 190 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, w tym dotyczących składu zestawu.

**Ad. 89**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** zestawu do angiografii, opisanego w pytaniu.

**Ad. 90**

Zamawiający dopuszcza na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 8** sterylnej serwety chirurgicznej 75 x 75 cm z przylepnym otworem 6 x 8 cm, wykonanej z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 62 g/m<sup>2</sup>, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 91**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** papierowego prześcieradła opisanego w pytaniu, ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem w Załączniku Nr 1 do SWZ, Zamawiający dopuszcza również rolki o mniejszej długości z odpowiednim do zapotrzebowania przeliczeniem liczby oferowanych rolek.





**Ad. 92**

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SWZ dla przedmiotu zamówienia opisanego w **Pakiecie Nr 12 poz. 1.**

**Ad. 93**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, z odpowiednim do zapotrzebowania przeliczeniem oferowanych rolek.

**Ad. 94**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm.

**Ad. 95**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 7 poz. 2** prześcieradła o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm.

**Ad. 96**

Zamawiający informuje, iż określił w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SWZ) zasady przeliczania, w przypadku oferowania w **Pakiecie Nr 7** prześcieradeł o mniejszej długości rolki niż wskazana w Formularzu Cenowym.

**Ad. 97-98**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1-3** wyceny za komplet pościeli.

**Ad. 99**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 1** poszwy opisanej w pytaniu, natomiast dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 8 poz. 2** poszewek na poduszkę z zakładką ok. 12 cm (+/-3cm) pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 100**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** fartucha w rozmiarze uniwersalnym, opisanym w pytaniu.

**Ad. 101**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** fartuchów pakowanych po 10 sztuk, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaoferuje 2300 opakowań po 10 fartuchów.

**Ad. 102**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie Nr 9 poz. 2** fartuchów foliowych pakowanych w opakowania po 100 sztuk, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaoferuje 240 opakowań po 100 fartuchów.

**Ad. 103**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie Nr 9 poz. 3** osłon foliowych na buty pakowanych w opakowania po 100 sztuk, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaoferuje 70 opakowań po 100 osłon.

**Ad. 104**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie Nr 11 poz. 1** czepków chirurgicznych-operacyjnych pakowanych w opakowania po 100 sztuk, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaoferuje 200 opakowań po 100 czepków. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie Nr 11 poz. 2** czepków chirurgicznych pakowanych w opakowania po 100 sztuk, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaoferuje 100 opakowań po 100 czepków.

**Ad. 105**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie Nr 12 poz. 1** masek chirurgicznych pakowanych w opakowania po 50 sztuk, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaoferuje 1600 opakowań po 50 masek.

**Ad. 106**

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SWZ dla przedmiotu zamówienia opisanego w **Pakiecie Nr 12 poz. 1.**





**Ad. 107**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie Nr 15 poz. 1** myjek-rękawic pakowanych w opakowania po 50 sztuk, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaferuje 360 opakowań po 50 myjek.

**Ad. 108-109**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 1** sterylnych obłożeń uniwersalnych opisanych w pytaniach, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 110**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 2** sterylnego obłożenia opisanego w pytaniu.

**Ad. 111-112**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 3** sterylnych obłożeń stawu barkowego opisanych w pytaniach.

**Ad. 113**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 4** sterylnego zestawu do artroskopii opisane w pytaniu.

**Ad. 114**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 5** sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 115**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** sterylnego zestawu serwet opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 116**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 7** sterylnego obłożenia do zabiegów ginekologicznych opisanego w pytaniu.

**Ad. 117**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 8** sterylnego zestawu do implantacji portu naczyniowego, opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 118**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** zestawu opisanego w pytaniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 119**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** fartuchów w rozmiarach M-L, XL, XXL, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 120**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, zaoferowania w **Pakiecie Nr 5 poz. 3** serwety pod pośladki z workiem na płyny w kształcie stożka, który posiada sztywnik, co umożliwi jego swobodne modelowanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 121-123**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia opisanego w **Pakiecie Nr 9 poz. 1**.

**Ad. 124**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 2** fartuchów foliowych w rozmiarze uniwersalnym, pod warunkiem, iż ten rozmiar jest odpowiedni dla osoby dorosłej oraz pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

**Ad. 125**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i wycenę w **Pakiecie Nr 9 poz. 3** osłon foliowych na buty pakowanych w opakowania po 100 sztuk, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ, a ponadto Wykonawca zaferuje 70 opakowań po 100 osłon.

**Ad. 126**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia opisanego w **Pakiecie Nr 11 poz. 1**.





**Ad. 127**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia opisanego w **Pakiecie Nr 12 poz. 1.**

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosek*

*Nosek*

