

.....
ZATWIERDZAM
ZASTĘPCA NACZELNIKA
SEKCJI VI WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA
KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI
Ewelina Poławska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest waga laboratoryjna precyzyjna Ohaus PR 4201M.

Waga powinna spełniać poniższe parametry:

- Maksymalny zakres ważenia: 4 200 g
- Odczyt: 0,1 g
- Dokładność odczytu (certyfikowana): 0,1 g
- Rozmiar szalki: 180 mm
- Wymiary: 317 mm x 93 mm x 201 mm
- Czas stabilizacji: 1 s
- Liniowość: +/- 0,2 g
- Zasilanie: zasilacz AC (w zestawie)
- Legalizacja: OIML
- Jednostki pomiaru: gram; kilogram; karat
- Warunki pracy: 10 °C – 40 °C

TECHNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Poławska
Ewelina POŁAWSKA

KIEROWNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
asp. Marek LEWIŃSKI