

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pytanie 1

Dotyczy opatrunku hemostatycznego i stazy (opaski zaciskowej) – wnosimy o odstąpienie od wymogu rekomendacji CoTCCC – jest to organizacja przy armii amerykańskiej, której wytyczne rekomendują wyłącznie sprzęt i urządzenia produkcji amerykańskiej i brytyjskiej, co stanowi jawne i nieuczciwe ograniczenie konkurencji i nie znajduje umocowania na gruncie prawa polskiego ani europejskiego. Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający może wyłącznie posługiwać się wymaganiami na bazie norm europejskich lub krajowych, tymczasem wytyczne TC3 nie stanowią zbioru normatywnego ujętego w przepisach PZP.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu rekomendacji CoTCCC

Pytanie 2

Dotyczy gazy wypełniającej – wnosimy o zmianę wymogu dotyczącego klasy wyrobu medycznego z 2A na 1 lub 1S. Gaza jest przeznaczona do wypełniania ran krwawiących powstałych na polu walki a nie w warunkach sterylnych na sali operacyjnej, dlatego wymóg klasy 2A jest zarówno nieuzasadniony jak i utrudnia uczciwą konkurencję. Wypełniana rana z natury swojego powstania będzie raną brudną z zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku postrzału / odłamków, zatem wymóg gazy sterylnej w klasie 2A nie znajduje tu żadnego merytorycznego uzasadnienia.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymogu dotyczącego klasy wyrobu medycznego

Pytanie 3

Dotyczy opatrunku na rany penetracyjne klatki piersiowej – podobnie jak w wypadku gazy wypełniającej, opatrunek ten jest nakładany na rany powstałe wskutek postrzałów / odłamków w warunkach pola walki a nie sali operacyjnej, stąd nie może być mowy o jakiegokolwiek sterylności a tym samym wymóg opatrunków sterylnych jest bezzasadny. Wnosimy o wykreślenie wymogu lub zastąpienie go stwierdzeniem „oznaczenie sterylności dla opatrunków sterylnych”.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymogu lub jego zastąpienie

Pytanie 4

Dotyczy opatrunków hydrożelowych – zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu opakowań w kolorze ciemnym, gdyż nie znajduje to żadnego merytorycznego uzasadnienia. Wiele elementów składowych toreb / plecaków medycznych (PRM, PRS, PEM) posiada liczne wyposażenie w opakowaniach białych (w tym m.in. butelka z hydrożelem, opaski bawełniane czy elastyczne), gdyż nie wpływa to w żaden sposób na funkcjonalność tych produktów. Wskazywanie akurat na opatrunki hydrożelowe, iż mają posiadać opakowania w kolorach ciemnych utrudnia istotnie uczciwą konkurencję.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu opakowań w kolorze ciemnym.

Pytanie 5

Dotyczy chusty trójkątnej – prosimy o dopuszczenie chusty wykonanej z tkaniny wiskozowej lub innego materiału, o wymiarach 114 x 114 x 160cm w kolorze zielonym, pakowana próżniowo.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgody na dopuszczenie chusty wykonanej z tkaniny wiskozowej lub innego materiału, o wymiarach 114 x 114 x 160cm w kolorze zielonym, pakowana próżniowo

Pytanie 6

Dotyczy koc izotermiczny jednorazowy Część 3 p. 22 i 23 – prosimy o doprecyzowanie, która pozycja to koc izotermiczny jednorazowy typu Blizzard a która to koc izotermiczny jednorazowy – folia NRC. W formularzu cenowym oraz opisie przedmiotu zamówienia obie pozycje mają takie same nazwy.

Odpowiedz: Zgodnie z treścią zamieszczonego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części 3 poz. 22 – koc izotermiczny jednorazowy typu Blizzard, poz. 23 to koc izotermiczny jednorazowy – folia NRC