

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zapobiegania
Kamienicy Stołecznej Policji
podinsp. Andrzej BORYCKI

Załącznik nr 1

.....
Zatwierdzam

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wzorcowanie suwmiarki M14-426 i mikrometru M14-428.

Wzorcowanie musi być wykonane w laboratorium akredytowane w PCA

- a) zakres pomiarowy suwmiarki: 0-150 mm, działka elementarna 0,005 mm,
- b) zakres pomiarowy mikrometru: 0-25 mm, działka elementarna 0,01 mm.

STARSZY TECHNIK
Sekcji VI Wydziału Zapobiegania
Kamienicy Stołecznej Policji
M. Plebanska
Małgorzata PLEBANSKA