

Konin, 02.06.2025r.

EP.252.12.2025

(nr wew. WSZ-EP-12/414/2025)

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – numer 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Doposażenie oddziału Chirurgii Dziecięcej wraz z salą operacyjną oraz innych oddziałów poprzez zakup urządzeń medycznych” (nr sprawy: WSZ-EP-12/2025).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych, fabrycznie nowy o następujących parametrach techniczno-użytkowych:

Ad 2. Długość całkowita: 2170mm (± 10 mm), przy zachowanej szerokości z podniesionymi barierkami bocznymi 790mm(± 10 mm)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy załącznika numer 2.7 – zestawienie wymaganych parametrów jakościowo -technicznych

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Ad 4. Materac o wymiarach 1930mm x 620mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy załącznika numer 2.7 – zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Ad 5. Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 610 mm (+ 15 mm, - 25 mm) - 910 mm (± 10 mm) , regulacja odbywa się za pomocą dwóch dźwigni umieszczonych z boku wózka

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem numer 2.7 zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Ad 6. Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-90° ($\pm 5^\circ$).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

W ocenie zamawiającego powyższy opis nie stoi w sprzeczności z opisem Zamawiającego.

Ad 7,8, 9. Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie $\pm 16^\circ (\pm 3^\circ)$ przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Ad 10. Wózek transportowy malowany proszkowo metodą elektrostatyczną zgodny z poniższymi normami: ISO 10993-1:2018 — Biologiczna ocena wyrobów medycznych — Część 1: Ocena i testowanie w ramach procesu zarządzania ryzykiem; ISO 10993-5:2009 — Biologiczna ocena wyrobów medycznych — Część 5: Testy cytotoksyczności in vitro; ISO 10993-10:2010 — Biologiczna ocena wyrobów medycznych — Część 10: Testy działania drażniącego i uczulającego na skórę

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem numer 2.7 – zestawienie wymaganych parametrów jakościowo -technicznych

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Ad 11. Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem), osłona podwozia zabezpieczająca mechanizm podnoszenia i sterowania wózkiem, możliwość czyszczenia i dezynfekcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy załącznika numer 2.7 – zestawienie wymaganych parametrów jakościowo -technicznych

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Ad 12. Platforma leża 2 segmentowa, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z płyty HPL, odporna na działanie środków chemicznych. Platforma leża przezierna dla promieni RTG.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

W ocenie zamawiającego powyższy opis nie stoi w sprzeczności pod warunkiem spełniania pozostałych wymogów.

Ad 13. Wózek w części szczytów ,od strony głowy i od strony nóg wyposażony w specjalne elementy zabezpieczające.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Ad 14. Materac piankowy w pokrowcu z osłoną poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, o grubości min.8 cm. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy załącznika numer 2.7 – zestawienie wymaganych parametrów jakościowo -technicznych

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Ad 15. Wózek wyposażony w koła jezdne o śr.200mm z centralnym system hamulcowym, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym. W oferowanej wersji wózek wyposażony w pięte koło kierunkowe, zapewniające lepsze manewrowanie i prowadzenie wózka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym modyfikuje zapisy załącznika numer 2.7 – zestawienie wymaganych parametrów jakościowo -technicznych

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Ad 17. Barierki boczne chromowane, składane (elementy aktywujące zaznaczone odrębnym kolorem) z gładką, wyprofilowaną na całej długości powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza elementy chromowane pozostałe parametry pozostawia bez zmian.

W związku z tym modyfikuje zapisy załącznika numer 2.7 – zestawienie wymaganych parametrów jakościowo -technicznych .

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.7 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Ad 18. Barierki boczne chromowane, chowane pod ramę leża gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane bariery z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

W ocenie zamawiającego powyższy opis nie stoi w sprzeczności z wymaganiami Zamawiającego.

Ad 15. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wózek do transportu pacjenta wyposażony był w centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, system trójpozycyjny - jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Ad 12. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby leże wózka do transportu pacjenta było całkowicie przezerne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości (od głowy do stóp) oraz możliwością ułożenia kasety RTG od strony wezłowia, od strony nóg i po bokach, bez konieczności podnoszenia oparcia pleców



ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Sporządziła: K. Lewandowska