

L.dz. DAG / 382 / 177 / 2024

Dotyczy: postępowania nr PN-14/24 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie mammografu cyfrowego wraz z oprogramowaniem.

Stosownie do postanowienia art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) ZAMAWIAJĄCY Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie, przekazuje, poniżej, treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, punkt 15:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wysokiej klasy mammografu firmy Hologic, którego pojemność cieplna lampy wynosi 500kHU. Mammograf posiada wysoką pojemność cieplną anody na poziomie 300kHU oraz szybkość chłodzenia anody na poziomie 60kHU/min, które rekompensują niższą pojemność cieplną lampy.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza powyższe, jednocześnie zmieniając zapis w punkcie 15 w tabeli „parametry wymagalne” nadając mu nowe brzmienie:

15.	pojemność cieplna lampy	min. 500 kHU, proszę podać
-----	-------------------------	----------------------------

Pytanie 2 dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ, punkt 59:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wysokiej klasy mammografu firmy Hologic, którego zakres kątowy skanu tomosyntezy wynosi $\pm 7,5^\circ$.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza powyższe, jednocześnie zmieniając zapis w punkcie 59 w tabeli „parametry wymagalne” nadając mu nowe brzmienie:

59.	zakres kątowy skanu tomosyntezy	min. $\pm 7,5^\circ$. proszę podać
-----	---------------------------------	-------------------------------------

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie: Agnieszka Metlerska, nr tel. 91 42 51 431.

Zatwierdzam:
Dyrektor Zachodniopomorskiego
Centrum Onkologii

