



INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa akcesoriów do kruszenia kamieni nerkowych, kleszczyków zaciskowych oraz elektrod*”

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 2 poz.1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymaganych ilości asortymentu. Elektrody do defibrylacji są pakowane w kompletach po 2 sztuki. Zatem czy Zamawiający oczekuje 200 kompletów elektrod czy też 200 sztuk (100 kompletów) elektrod?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 200 sztuk elektrod. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 – dotyczy projektu umowy § 10 ust. 1.2, 1.3 i 1.4

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownych w przypadku zwłoki w dostarczeniu towaru/ zwłoki w wymianie towaru do części niedostarczonej partii towaru zamiast wartości brutto umowy, tj. w § 10 ust. 1.2, 1.3, 1.4 projektu umowy zamiast zwrotu „wartości umownej brutto określonej w par. 5 ust. 1” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej dostawy/ wartości brutto wymienianej dostawy Wskazanie 0,5% wartości umowy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie 3 – dotyczy pakietu 2 poz.1

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania 200 pojedynczych sztuk, czy też 200 kompletów a'2 sztuki? W przypadku, gdy chodzi o sztuki, czy Zamawiający dopuści możliwość przeliczenia ilości sztuk na komplety a'2 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 200 sztuk elektrod. Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

REFERENT
u.s. Zamówień Publicznych

Malgorzata Cierpka

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr inż. Jacek Banaszak



DOLNY
SLASK