

Płock, dn. 21.10.2024 r.

DA.MP.232.52.2024

Akademia Mazowiecka w Płocku

Pl. Dąbrowskiego 2

09-402 Płock

tel. (...) 24 366-54-00

<http://www.mazowiecka.edu.pl>

e-mail: zamowienia@mazowiecka.edu.pl

NIP 774-24-72-620; REGON 611038403

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa i montaż sprzętu na potrzeby Wydziału Lekarskiego Akademii Mazowieckiej w Płocku”**.

W związku z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia, jakie wpłynęło do przedmiotowego postępowania, Zamawiający – Akademia Mazowiecka w Płocku działając na podstawie art. 135 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień.

Pytanie 1 – Dotyczy Części 2: Czy Zamawiający wymaga dla mikroskopu jedynie zwykłej Deklaracji CE dowodzącej, że wyrób ma oznakowanie znakiem CE dla urządzenia elektrycznego, podobnie jak odkurzacz czy żelazko, czy też wymaga Deklaracji CE IVD dowodzącej, że mikroskop jest wyrobem medycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga deklaracji CE IVD dla wyrobu medycznego.

Pytanie 2 – Dotyczy Części 2:

Czy Zamawiający wymaga dla mikroskopu Deklaracji zgodności z dyrektywą RoHS, która gwarantuje, że wyrób nie zawiera metali ciężkich czy innych substancji szkodliwych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dokumentu stwierdzającego zgodność z dyrektywą ROHS gwarantującą, że wyrób nie zawiera metali ciężkich i innych substancji szkodliwych.

Pytanie 3 – Dotyczy Części 2:

Prosimy o wyjaśnienie/doprecyzowanie parametrów opisanych obiektywów plan achromat z korekcją do nieskończoności, które mogą być istotne:

- a) jakie mają być minimalne wartości apertury numerycznej (N.A.) dla każdego z obiektywów plan achromat korygowanych na nieskończoność?
- b) jakich minimalnych wartości odległości roboczej dla obiektywów 40x i 100x olejowego, wymaga Zamawiający?

Odpowiedź:

Minimalne wymagane wartości apertur (N.A.) oraz odległości roboczych (WD):

obiektyw 4x NA 0.10

obiektyw 10x NA 0.25

obiektyw 20x NA 0.40

obiektyw 40x NA 0.65, WD 0.80mm

obiektyw 100x NA 1.25, WD 0.20mm

Pytanie 4 – Dotyczy Części 4 pozycji 1:

Czy Zamawiający wraz z pH -metrami wymaga dostarczenia elektrod?

Jeśli tak to proszę o wskazanie zastosowania dla elektrod?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dołączenia do pH-metru elektrody do roztworów wodnych i roztworów białek.

Pytanie 5 – Dotyczy Części 4 pozycji 2:

Czy Zamawiający dopuści wagę z szalką prostokątną 128×128 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę z szalką prostokątną 128×128 mm.

Pytanie 6 – Dotyczy Części 4 pozycji 4:

Czy Zamawiający wymaga suszarkę ze sterownikiem Smart czy SmartPro?

Odpowiedź:

Zamawiającemu wystarczy suszarka ze sterownikiem Smart.

Pytanie 7 – Dotyczy Części 4 pozycji 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie bloków pasujących do mieszadła ze średnicą płyty 135mm bez konieczności zastosowania adapterów na bloki 145mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 8 – Dotyczy Części 4 pozycji 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyparki wraz z łaźnią o mocy grzewczej 1300W?

Czy Zamawiający dopuści wyparkę o wymiarach 607 x 429 x 947 mm?

Czy Zamawiający dopuści wyparkę o wadze 17,2kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 9 – Dotyczy Części 4 pozycji 13:

Czy zamawiający dopuści urządzenie równoważne np. Lauda model Alpha RA 12 ze względu na to, że wyspecyfikowany model nie jest już dostępny w sprzedaży?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

REKTOR

prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki