

Wrocław, dnia 20.05.2025r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: PN 38/25 – DOSTAWA LEKÓW, ANTYBIOTYKÓW, SZCZEPIONEK, LEKÓW RECEPTUROWYCH, ALBUMIN I IMMUNOGLOBULIN POZA PROGRAMEM LEKOWYM i innych – uzupełnienie I

- I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (T.J. Dz. U. z 2024r. poz. 1320.; zwana dalej: PZP), przekazuję poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pytanie dotyczy zadania nr 6 Pytanie dotyczy Pakiet nr 2 Zwracamy się z prośbą o informację dotyczącą 6 sztuk parowników, będących przedmiotem użyczenia. Wykonawca celem należytego przygotowania oferty przetargowej potrzebuje informacji dotyczące typu wymaganych parowników, mianowicie ile z 6 wymaganych parowników posiada złącze wąskie typu drager a ile szerokie typu tec?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wymaga, aby wszystkie 6 parowników posiadało złącze wąskie typu Draegera, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający w pakiecie nr 21 poz. 2 dopuści zaoferowanie w tej pozycji Formaldehydu w opakowaniu 1kg (1L) z jednoczesnym odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 5op.?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 21. Czy zamawiający może potwierdzić, że wymaga zaoferowania Formaldehydu 10% z buforem fosforanowym o pH w przedziale 7,2-7,4 zgodnie z wytycznymi standardów akredytacyjnych w patomorfologii wydanymi w 2022r. przez Polskie Towarzystwo Patologów (PTP)

Odpowiedź nr 3

Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania w pakiecie 21 Formaldehydu 10% z buforem fosforanowym o pH w przedziale 7,2-7,4, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 5 i 6 z Zadania 40 w celu utworzenia z nich odrębnego pakietu, bądź alternatywnie o umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje Zadania 40. Asortyment zawarty w poz. 5 i 6 stanowiący testy immunochromatograficzne nie jest w żaden sposób powiązany funkcjonalnie z pozostałą częścią asortymentu z Zadania 40. Pozostawienie tego asortymentu bez wydzielenia lub możliwości składania ofert na poszczególne pozycje pakietu znacznie ograniczy konkurencję asortymentowo-cenową, co spowoduje wzrost cen ofert przetargowych.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla z zadania nr 40 pozostałe pozycje, poza poz. 5 i 6. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Do §6 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy prosimy o dodanie słów: „dostarczenie próbek nowego asortymentu nie dotyczy produktów leczniczych.”.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść Załącznika nr 4 do SWZ – Warunki umowne w zakresie § 6 ust. 1 pkt 2 poprzez dodanie zapisu: „dostarczenie próbek nowego asortymentu nie dotyczy produktów leczniczych”.

Pytanie nr 6

Do §8 ust. 9 wzoru umowy: Prosimy o modyfikację treści §8 ust. 9 poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu asortymentowo - cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 30%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 30% mniejszych lub o 30% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Ewentualnie, jeśli nie są w stanie Państwo podać tej informacji, prosimy o potwierdzenie, że zmiana taka (czyli zamówienie większych ilości) każdorazowo uzgadniana będzie z Wykonawcą w formie aneksu i w momencie gdy Wykonawca nie będzie tego zapotrzebowania w stanie zrealizować, Zamawiający nie będzie wyciągał wobec niego negatywnych konsekwencji.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 8 ust. 9 warunków umownych.

Pytanie nr 7

Dotyczy zadania 6 - Dla zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa zarówno Pacjenta, Personelu Medycznego jak i pracy na bloku operacyjnym, czy Zamawiający wymaga zapewnienia autoryzowanego serwisu parowników wraz z kalibracją

i przeszkoleniem personelu, świadczonego przez producenta urządzeń, potwierdzonego przez producenta stosownym dokumentem aktualnym w dniu jego złożenia (np. oświadczeniem)?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający oczekuje zapewnienia autoryzowanego serwisu parowników wraz z kalibracją i stosownego przeszkolenia personelu.

Pytanie nr 8

Czy zamawiający w zadaniu 36 wymaga aby Immunoglobulina miała zawartość IgG co najmniej 98% oraz IgA nie więcej niż 45mikrogram/ml co zapewni zamawiającego zarówno wysoce skuteczny preparat Ig jak również bardzo bezpieczny immunologicznie ?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga – pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

- II. a). W związku pytaniem nr 4 i udzieloną w niniejszym piśmie odpowiedzią (zgoda na wykreślenie poz. 1, 2, 3, 4, 7 z zadania nr 40), Zamawiający na podstawie art. 137 pkt 1 ustawy PZP zmienia treść:
- PN 38_25 ZAŁ. nr 1 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
- b). W związku pytaniem nr 5 i udzieloną w niniejszym piśmie odpowiedzią (zgoda na zmianę zapisu § 6 ust. 1 pkt 2 warunków umownych), Zamawiający na podstawie art. 137 pkt 1 ustawy PZP zmienia treść:
- PN 38_25 ZAŁ. nr 4 do SWZ - WARUNKI UMOWNE po zmianach z dnia 29.04.2025

W załączeniu:

- PN 38_25 ZAŁ. nr 1 do SWZ - Formularz asort.-cenowy — po zmianach z 20.05.2025;
- PN 38_25 ZAŁ. nr 4 do SWZ - WARUNKI UMOWNE po zmianie z 20.05.2025.

Sporządziła: Ewa Sikorska-Danilewicz