

Konin, 06.06.2025r.

EP.252.11.2025

(nr wew. WSZ-EP-11/463/2025)

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań układu krzepnięcia” (nr referencyjny postępowania: WSZ-EP-11/2025).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Dotyczy Zał. 3 Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych 11.2025, Warunki gwarancji, serwisu i inne p. 6 oraz par. 5 ust. 8 Załącznika nr 5 Projektowane postanowienia umowy:

Czy Zamawiający w miejsce kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej wyrazi zgodę na wskazanie na opakowaniu informacji o dostępie elektronicznym (dedykowana strona internetowa www. z ulotkami produktów) co jest zgodne z aktualną ustawą o wyrobach medycznych?

Zamawiający po wpisaniu w przeglądarkę internetową na dedykowanej stronie internetowej numeru katalogowego lub nazwy produktu znajdującej się na opakowaniu produktu otrzyma za każdym razem dostęp do aktualnej wersji w/w dokumentu wraz z możliwością ich pobrania (pdf.). Taka forma przekazania materiałów informacyjnych dla produktów ogranicza koszty oraz negatywny wpływ na środowisko i jest aktualnym zaleceniem ustawodawcy. Opcjonalnie Wykonawca może dostarczyć Zamawiającemu jednorazowo z umową komplet ulotek dla oferowanych produktów zapisanych na nośniku USB pendrive.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia sposób dostarczenia dokumentów na formę elektroniczną na nośniku USB (pendrive).

W związku z tym Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika numer 3 – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych w pkt 6 Warunki gwarancji, serwisu i inne oraz załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w § 5 ust. 8.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 3 i Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

2. Dotyczy Załącznika nr 5 Projektowane postanowienia umowy:

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na obniżeniu wskaźnika, o którym mowa w par. 9 ust. 1 z 7% do 5%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na zastąpieniu wskaźnika, o którym mowa w par. 9 ust. 4 z 30% na 100%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na zastąpieniu w par. 10 ust. 1 pkt 1 progu 1% progiem 0,1%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę umowy polegającą na zastąpieniu w par. 10 ust. 1 pkt 2 progu 2% progiem 0,2%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- Z uwagi na kwestie organizacyjne oraz logistyczne prosimy o wydłużenie zawartego w par. 5 ust. 2 terminu dostawy dla odczynników, kalibratorów, kontroli i akcesoriów do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

- W związku z wysyłką towaru bezpośrednio z magazynu z zagranicy i brakiem możliwości dołączenia do dostawy faktury VAT, która wystawiana jest w Polsce prosimy o odstąpienie od zawartego w par. 5 ust. 1 wymogu dołączenia do dostawy kopii faktury. Wykonawca przy każdej dostawie dostarczy dokument dostawy, a fakturę VAT zgodnie z par. 2 ust. 8 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy w § 5 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.