



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-89/24

Tarnów, 2024-10-10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawę angiografu jednopłaszczyznowego.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. Dotyczy poz. 9 Załącznika Nr 5 do SWZ –

9	Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej – odjazd statywu do pozycji umożliwiającej dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron	TAK	
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--

Treść wymogu w obecnym brzmieniu uniemożliwia naszej firmie złożenie oferty w postępowaniu. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania rozwiązania umożliwiającego dostęp do pacjenta ze wszystkich stron poprzez połączenie ruchów obrotowych statywu i stołu pacjenta.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni odpowiednie miejsce parkingowe dla samochodu ciężarowego dostarczającego sprzęt oraz do manewrowania wózkiem widłowym do jego rozładunku?
- Prosimy o określenie drogi dostawy sprzętu od wyznaczonego miejsca rozładunku do Pracowni Angiograficznej, którą Zamawiający zaleci Wykonawcy.
- Jeśli na drodze dostawy będą znajdować się windy to prosimy by zamawiający zabezpieczył udział serwisu Zamawiającego obsługującego windy podczas dostawy urządzenia.
- Prosimy o podanie udźwigu wind.
- Dotyczy poz. 4 Załącznika Nr 1 do SWZ -** Pytanie dotyczy punktu 4 załącznika nr 1 : Prosimy o wyjaśnienie jaką adaptację drogi transportowej Zamawiający ma na myśli?
- Z uwagi na fakt, że Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu osłon stałych prosimy o podanie danych kontaktowych do Inspektora Ochrony Radiologicznej Zamawiającego.
- Prosimy Zamawiającego o podanie informacji o ilości planowanych badań w tygodniu.
- Prosimy Zamawiającego o informację jaką funkcję pełnią pomieszczenia nad i pod pomieszczeniem badań Angiografu oraz wokół niego.
- Prosimy o informację czy istniejąca wentylacja jest sprawna (spełnia wymogi obowiązujących przepisów - 1,5 krotności wymiany na godzinę) i będzie możliwość jej wykorzystania? Jeśli nie, prosimy o informację czy w gestii Wykonawcy będzie dostawa i montaż nowego układu wentylacji mechanicznej?
- Prosimy o udostępnienie raportu z ostatnich pomiarów wentylacji oraz planu rozmieszczenia kratki nawiewnych i wywiewnych w pracowni . Dane muszą zostać dołączone do Projektu Osłon Stałych.
- Prosimy o udostępnienie planów zawierających wymiary pomieszczeń wchodzących w skład pracowni angiograficznej.
- Prosimy o udostępnienie dokumentacji budowlanej stropu na którym należy zainstalować angiograf.
- Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał ingerencji Wykonawcy w istniejącą w pracowni instalację gazów medycznych ? Jeśli tak prosimy o podanie zakresu wymaganych działań.
- W jakiej odległości pracowni znajduje się rozdzielnia elektryczna do której będzie możliwość podłączenia aparatu?
- Prosimy o podanie parametrów istniejącego kabla zasilającego pracownię (jeśli istnieje); jakiego jest typu jaki ma przekrój, jaką długość, kiedy został zainstalowany.
- Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie zgody WSSE na uruchomienie pracowni nie jest zadaniem Wykonawcy zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą Prawo Atomowe.



18. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zapas mocy (ok. 100kVA) w rozdzielni, z której będzie mógł być zasilany nowy aparat TK oraz urządzenia towarzyszące.
19. Czy Wykonawca ma przewidzieć wyposażenie meblowe do pracowni?
20. Jeśli tak prosimy o specyfikację.
21. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści prowadzenie okablowania aparatu na ścianach sali zabiegowej natynkowo w korytkach instalacyjnych?
22. Jeśli Zamawiający nie dopuści prowadzenie okablowania aparatu na ścianach sali zabiegowej natynkowo w korytkach instalacyjnych to czy dopuszczalna będzie tylko miejscowa naprawa okładziny ściiennej w miejscu wykonanych instalacji?
23. Prosimy o informację jakiego typu obecnie zamocowany jest sufit podwieszany - np. kasetonowy z płyt mineralnych, metalowych, płytowy G-K, inne rozwiązanie?
24. Prosimy o informację w jaki sposób rozwiązane jest chłodzenie sali angiografii (np. agregat WL, freonowy)?
25. Czy Zamawiający może potwierdzić, że wentylacja w pracowni jest sprawna i spełnia wymogi obowiązujących przepisów?
26. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wykonawca nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek prace modernizacji układu wentylacji i chłodzenia w przypadku braku wydajności układu?
27. Czy Zamawiający wymaga wymiany systemu klimatyzacji typu split w pracowni?
28. Czy Zamawiający może określić typ i przekrój kabla zasilającego obecny angiograf?
29. Czy Zamawiający może określić przebieg trasy kablowej dla zasilania angiografu (np. sufity podwieszane, szachty instalacyjne, teren zewnętrzny)?
30. Prosimy o rys./szkic trasy dla dokładnego oszacowania kosztów ewentualnych prac.
31. Prosimy o informację czy istnieje możliwość wykorzystania istniejącego kabla zasilającego angiograf?
32. Czy Zamawiający przewiduje wymianę instalacji elektrycznej gniazd i oświetlenia w pomieszczeniach pracowni czy tylko niezbędne przeróbki w związku z dostosowaniem pomieszczenia dla nowego aparatu?
33. Czy Zamawiający przewiduje wymianę opraw oświetleniowych w pracowni?
34. **Dotyczy pkt 24.9 SWZ zd. 3 – Projektowane postanowienia umowy** - Jeżeli w okresie obowiązywania umowy jedna strona żąda od drugiej strony wykonania określonego obowiązku, wówczas realizacja wskazanych czynności nastąpić w odpowiednim czasie, obiektywnie umożliwiającym zadośćuczynienie powyższemu. Termin usuwania ewentualnych wad lub usterek jest determinowany względami niezależnymi od Wykonawcy i nie powinien być dowolnie wskazywany przez Zamawiającego. Zależać może od okresu potrzebnego na pozyskania danej części czy elementu zamiennego. W związku z powyższym zwracamy się o poniższą modyfikację ww. zapisu:
Dokonanie przez Zamawiającego odbioru, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi przeszkody do późniejszego zgłaszania braków, wad, usterek i awarii, w szczególności ujawnionych po zamontowaniu i uruchomieniu angiografu oraz żądania ich usunięcia bez dodatkowego wynagrodzenia w odpowiednim terminie minimum 5 dni roboczych, a w przypadku potrzeby pozyskania części zamiennych z zagranicy 10 dni roboczych lub w innym terminie wynikającym z obiektywnych względów.
35. **Dotyczy pkt 24.17 lit b) SWZ – Projektowane postanowienia umowy**- Wartością kary stymulującą Wykonawcę do dochowania warunków umownych będzie w ocenie Wykonawcy kara o wartości 0,2%. Spełni ona swoje funkcje, a jednocześnie nie będzie w drastyczny sposób zwiększać ewentualnych ryzyk finansowych związanych z realizacją kontraktu (wliczanych do ceny ofertowej).
Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na poniższą zmianę:
„b) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku nr 5 do umowy parametrami technicznymi,
36. **Dotyczy pkt 24.19 SWZ – Projektowane postanowienia umowy**- Prosimy o zmianę maksymalnego pułapu kar umownych, jakie może naliczyć Zamawiający do 20%. Wszelkie ryzyka związane z możliwością naliczenia kar umownych oraz ich ewentualna wysokość będą musiały zostać uwzględnione w ramach oferty Wykonawców, co nie jest finalnie zjawiskiem pożądanym z punktu widzenia interesu Zamawiającego. Zaproponowana przez Wykonawcę wartość 20% odpowiada wartościom obowiązującym na rynku urządzeń medycznych, a jednocześnie w naszej ocenie należyście i wystarczająco zabezpiecza Zamawiającego.



37. **Dotyczy pkt 24.20 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Biorąc pod uwagę regulację wynikającą z art. 499 k.c., zgodnie z którym potrącenia dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia drugiej stronie, zwracamy się z prośbą o odpowiednie dostosowanie postanowienia:
„Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności.”
38. **Dotyczy pkt 24.25 SWZ – Projektowane postanowienia umowy**- Zapis daje Zamawiającemu prawo zakupu towaru od innych Wykonawców w przypadku niewykonania zamówienia w terminach przewidzianych umową, nawet w przypadku ich minimalnego przekroczenia wynoszącego choćby 1 dzień, co w naszej ocenie zaburza całkowicie równowagę kontraktową i stawia Zamawiającego w dalece uprzywilejowanej pozycji. Jednocześnie jednak interes Zamawiającego został należycie zabezpieczony w umowie poprzez możliwość naliczenia kar umownych za zwłokę (pkt 24.17 lit. a), z tytułu odstąpienia (pkt 24.17 lit c), jak również prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego (pkt 24.26 wzoru umowy). Powyższe wyczerpuje ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy za niewykonanie na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Wobec braku uzasadnienia dla nałożenia na Wykonawcę ryzyka określonego ww. postanowieniem zwracamy się z prośbą o wykreślenie pkt 24.25 z wzoru umowy.
39. **Dotyczy pkt 24.27 SWZ – Projektowane postanowienia umowy**- Odstąpienie jest każdorazowo najdalej idącym, niekoniecznie korzystnym dla Zamawiającego w skutkach rozwiązaniem, może bowiem skutkować utratą dotacji bądź zakupem inwestycyjnym po nowej wyższej cenie niż pierwotnie zaofiarowana przez Wykonawcę. Wezwanie do prawidłowej realizacji umowy jest w stanie zapobiec potrzebie zerwania umowy. Wykonawca powinien mieć jednak możliwość reakcji, a wyznaczony mu termin powinien to umożliwiać. Stąd też zapisy umowy muszą uwzględniać kwestę wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń. Ponadto zwracamy uwagę, iż zapis lit. a) w pierwotnej wersji pozostawia po stronie Zamawiającego wręcz dowolność w korzystaniu z prawa do odstąpienia w sytuacji każdego, nawet najmniejszego i niezawinionego opóźnienia, co pozostaje w naszej ocenie sprzeczne zarówno z art. 471 k.c. jak i art. 433 pkt 1) Pzp. Nadto, terminy na usuwanie wad zostały określone w umowie, dlatego nie jest uzasadnione wprowadzenie przesłanki odstąpienia opartej na upływie terminu „wyznaczonego przez Zamawiającego”. Tego rodzaju zapis wprowadza bowiem mylne przeświadczenie, że terminy usuwania wad mogą być każdorazowo ustalone dowolnie przez Zamawiającego, w oderwaniu od treści umowy oraz względów obiektywnych, co pozostaje sprzeczne z naturą zobowiązania (art. 387 k.c.). Wobec powyżej wskazanych uwag zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia w poniżej zaprezentowany sposób:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji obowiązków przewidzianych umową w odpowiednim terminie. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie dalszych 30 dni w następujących sytuacjach:
a) w przypadku zwłoki w realizacji czynności określonych w pkt.24.3 SWZ,
b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego,
c) jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminach wynikających z Umowy.”
40. **Dotyczy Załącznika Nr 11 do SWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, Czas na zgłoszenie naruszenia, §3 ust.7** – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada na administratora obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Wedle Wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052>) termin 72h na zawiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO rozpoczyna swój bieg w przypadku Administratora dopiero od powiadomienia go o tym fakcie przez Podmiot przetwarzający. Proponowany we wzorze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych termin – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wykonawca proponuje zatem następujące brzmienie ust. 7:
„Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 48 godzin.”



41. **Dotyczy Załącznika Nr 11 do SWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zgoda na podpowierzenie, §5 ust.1** – Uprzejmie informujemy, że globalne koncerty podczas świadczenia usług serwisowych (gwarancyjnych) wykorzystują spółki ze swoich grup kapitałowych, co znacznie przyspiesza proces oraz pozwala na korzystanie z unikalnej wiedzy o danym produkcie/urządzeniu. Wykonawca zapewnia zgodność z wymaganiami i obowiązuje podwykonawców do spełniania wymagań prawa unijnego. Ewentualne powierzenie danych odbywa się na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych lub Standardowych Klauzul Umownych UE. W nawiązaniu do powyższego, zapisów w §5 oraz przede wszystkim w celu należytego wykonania umowy głównej, Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do ust. 1 następującego zdania oraz wspomnianego załącznika: „Aktualna lista podwykonawców Podmiotu przetwarzającego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy”.
42. **Dotyczy poz. 11 Załącznika Nr 5 do SWZ-** Zamawiający wymaga „Zakres badania pacjenta na zaoferowanym stole pionowo ustawioną wiązką centralną promieniowania wzdłuż osi symetrii stołu bez zmiany ułożenia pacjenta min. 180 cm”. Brak oceny parametru decydującego o rzeczywistych możliwościach aparatu w zakresie obrazowania ciała pacjenta jest dla nas niezrozumiałą. Zakładamy, że być może przez przeoczenie Zamawiający nie ocenia tego parametru w specyfikacji. Prosimy o wprowadzenie oceny tego parametru na zasadzie zaproponowanej poniżej:

11.	Zakres badania pacjenta na zaoferowanym stole pionowo ustawioną wiązką centralną promieniowania wzdłuż osi symetrii stołu bez zmiany ułożenia pacjenta	TAK Min. 180 cm, podać	
		Punktacja: Warunek minimum – 0 pkt. Wartość maksymalna – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.	

43. **Dotyczy poz. 17 Załącznika Nr 5 do SWZ -**

17.	Maksymalna szybkość ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D	TAK Min. 20°/s, podać	
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--

Zamawiający ocenia w punkcie 16 maksymalną szybkość ramienia C w kierunku LAO/RAO, natomiast pomija ocenę zakresu projekcji maksymalnej szybkości ramienia C w kierunku CRAN/CAUD. Brak oceny parametru decydującego o możliwościach manewrowych statywu jest dla nas niezrozumiałą. Zakładamy, że być może przez przeoczenie Zamawiający nie ocenia tego parametru w specyfikacji. Prosimy o wprowadzenie oceny tego parametru na zasadzie zaproponowanej poniżej:

17.	Maksymalna szybkość ramienia C w kierunku CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta z wyłączeniem angiografii rotacyjnej/obrazowania 3D	TAK Min. 20°/s, podać	
		Punktacja: Warunek minimum – 0 pkt. Wartość maksymalna – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.	



44. Dotyczy poz. 33 Załącznika Nr 5 do SWZ –

33.	Maksymalna obciążalność stołu (waga pacjenta z uwzględnieniem rezerwy na resuscytację i akcesoria)	TAK Min. 300 kg, podać Punktacja: Warunek minimum – 0 pkt. Wartość maksymalna – 3 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.	
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Uprzejmie prosimy o zwiększenie liczby punktów przyznawanych za ten parametr. Biorąc pod uwagę stale rosnącą wagę pacjentów oraz ilość dodatkowego sprzętu znajdującego się w Pracowniach Hemodynamiki wymagana wartość graniczna odbiega od rozwiązań dostępnych na rynku. Prosimy o wprowadzenie oceny tego parametru na zasadzie zaproponowanej poniżej:

33.	Maksymalna obciążalność stołu (waga pacjenta z uwzględnieniem rezerwy na resuscytację i akcesoria)	TAK Min. 300 kg, podać Punktacja: Warunek minimum – 0 pkt. Wartość maksymalna – 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie.	
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

45. Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ - Rentgenowski generator wysokiego napięcia, system kontroli ekspozycji

Zamawiający wymaga dostawy bezprzewodowego włącznika nożnego wyzwalania promieniowania (fluoroscopia, akwizycja zdjęciowa) w sali badań. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że zaferowanie bezprzewodowego włącznika nożnego ekspozycji jest cechą powszechną wśród występujących na rynku systemów angiograficznych, zatem promowane powinny być funkcjonalności istotne użytkowo, jakie można skonfigurować pod przyciskiem/przyciskami nożnymi. Prosimy o wprowadzenie oceny tego parametru na zasadzie zaproponowanej poniżej:

44A.	Min. 2 konfigurowalne przyciski (oprócz fluoroskopii i akwizycji zdjęciowej) nożnego bezprzewodowego włącznika ekspozycji min. akwizycja zdjęciowa z obniżoną dawką na impuls, zwalnianie hamulców blatu stołu.	TAK/NIE Punktacja: NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt.	
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--

46. Dotyczy poz. 126 Załącznika Nr 5 do SWZ - Proszę o podanie nazwy systemów PACS/RIS/HIS z którymi wymagana jest integracja dostarczonych urządzeń. Proszę o informację, do którego systemu Zamawiający posiada wolną licencję, o której jest mowa w punkcie 126 tabeli technicznej.

47. Dotyczy poz. 138 Załącznika Nr 5 do SWZ - Czy Zamawiający rozważy wykreślenie powyższego postanowienia?

Uzasadnienie: Pozbawianie sprzętu wszelkich blokad dostępu musi być rozpatrywane przede wszystkim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa jego używania. Jeżeli bezpieczeństwo używania sprzętu po pozbawieniu go blokad nie jest priorytetem, powstaje ryzyko nieuprawnionej i nieprofesjonalnej ingerencji w urządzenie, co może mieć istotne negatywne skutki dla pacjentów. Podmiot podejmujący się czynności serwisowych powinien w swoim zakresie zadbać o dostęp oraz kody serwisowe i ponosić odpowiedzialność związaną z ich użyciem. Uprzejmie informujemy, że kody serwisowe są powszechnie oferowane i dostarczane po cenach rynkowych na każde żądanie podmiotu wnioskującego o dostęp do nich.



48. **Dotyczy pkt. 24.11 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu w brzmieniu: „Wykonawca udziela: miesięcznej pełnej gwarancji (minimum 24 miesiące) od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy na dostarczony przedmiot zamówienia - w tym okresie będzie świadczył wliczone w cenę oferty usługi serwisowe na warunkach określonych w Załączniku Nr 5 do SWZ. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady. Zamawiający zobowiązuje się, że skorzysta z uprawnień przysługujących mu w ramach rękojmi tylko wówczas, kiedy wada / awaria nie została usunięta przez Wykonawcę w ramach i na warunkach udzielonej gwarancji.”
Uzasadnienie: Prosimy o dodanie dodatkowego zdania w celu ustalenia hierarchii uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy. Pozwoli to uniknąć sporów w przyszłości.
49. **Dotyczy pkt. 24.13 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu w brzmieniu: „Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”
50. **Dotyczy pkt. 24.14 a) i c) SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.
51. **Dotyczy pkt. 24.14 a), b), c) SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu w brzmieniu:
a) żądania wymiany przez Wykonawcę urządzenia, wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamy parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie, ale nie krótszym niż opisany w punkcie 24.13, wyznaczonym przez Zamawiającego,
b) żądania usunięcia wady, usterki i awarii na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie, ale nie krótszym niż opisany w punkcie 24.13, wyznaczonym przez Zamawiającego,
c) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wadliwego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.24.13. SWZ lub w innym terminie, ale nie krótszym niż opisany w punkcie 24.13, wyznaczonym przez Zamawiającego.”
52. **Dotyczy pkt. 24.16 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Prosimy o doprecyzowanie, że zapis ten dotyczy niesprawności sprzętu skutkującej brakiem możliwości jego eksploatacji. Mogą się zdarzyć drobne usterki, które Wykonawca będzie usuwał w terminach późniejszych, uzgodnionych z użytkownikiem w celu zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania rutynowej pracy.
53. **Dotyczy pkt. 24.17 a) i d) SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu w brzmieniu:
a) 0,2% 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminach umownych, o których mowa w pkt.24.3 SWZ, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
d) 0,2% 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w: [...]
Uzasadnienie
Wysokość kar umownych przewidziana we wzorze umowy jest znacząco wygórowana i obniżenie ich zbliży postanowienie wzoru umowy w tym zakresie do standardów rynkowych.
Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczą – kompensacyjną, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt



represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi do ich unieważnienia.

54. **Dotyczy pkt. 24.20 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu w brzmieniu: „Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”

Uzasadnienie:

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

55. **Dotyczy pkt. 24 SWZ – Projektowane postanowienia umowy** - W związku z rozwojem możliwości zdalnego wsparcia funkcjonowania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie umożliwienia łączności z aparatami będącymi przedmiotem postępowania przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego o przepustowości minimum 4Mbps (Upload/Download). Przyjęta przez Producenta strategia zapewnienia szeroko rozumianego wsparcia w użytkowaniu oraz serwisowaniu aparatury medycznej wymaga zapewnienia takiego łącza, którego poziom bezpieczeństwa jest zgodny z najwyższymi standardami rynkowymi. Wykorzystanie wspomnianego łącza umożliwi zarówno znaczne skrócenie czasu związanego z wszelkimi awariami (poprzez zdalną diagnostykę oraz naprawę), szybkie zapewnienie wszelkiego wsparcia aplikacyjnego oraz bieżące aktualizacje oprogramowania, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisuje się to w dyrektywę unijną NIS2 gdzie podmioty kluczowe i ważne powinny przyjąć szeroki wachlarz podstawowych praktyk dotyczących cyberhigieny.

56. **Dotyczy § 5 Załącznika Nr 11 do SWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych** - Czy Zamawiający, celem doprecyzowania, wyrazi zgodę na usunięcie ustępu 1 i 2 i zastąpienie zapisami w brzmieniu:

(1) Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

(2) Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem

(3) Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecenia czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

(4) Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.



(5) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania

- a. zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub
- b. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

(6) W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.

(7) W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.

57. **Dotyczy zapisów SWZ** - Prosimy o opublikowanie rzutów pomieszczeń w formacie edytowalnym DWG.
58. **Dotyczy zapisów SWZ** - Prosimy o udostępnienie archiwalnego projektu konstrukcyjnego stropu nad i pod pracownią w której będzie instalowane nowe urządzenie.
59. **Dotyczy zapisów SWZ** - Prosimy o wskazanie miejsca magazynowania aparatu od momentu dostawy do chwili instalacji. Wymagane jest powierzchnia 30m², z bramą pozwalającą wprowadzić paczki o wymiarach do 230cm wysokości.
60. **Dotyczy zapisów SWZ** - Czy w przypadku braku posiadania odpowiedniego miejsca na magazynowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuści składowanie przedmiotu zamówienia w magazynie zewnętrznym na koszt Wykonawcy w odległości do 100km od szpitala? Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia transportu Zamawiającemu od szpitala do magazynu celem dokonania odbioru dostawy.
61. **Dotyczy zapisów SWZ** - Prosimy o określenie przeznaczenia miejsc poniżej i powyżej pracowni aparatu RTG.
62. **Dotyczy zapisów SWZ** - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że założenia do Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego aparatu RTG (ilość i typ badań) nie ulegają zmianie i należy je użyć dla Projektu Osłon Stałych dla nowego aparatu RTG.
63. **Dotyczy zapisów SWZ** - W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie ile dni w tygodniu będzie pracować aparat, ile badań dziennie będzie realizowanych oraz jakie używane będą wartości napięcia, natężenia prądu oraz czasu ekspozycji.
64. **Dotyczy zapisów SWZ** - Prosimy o informację czy jeżeli nowy projekt ochrony radiologicznej nie obligowałby Wykonawcy do wymiany okna i drzwi ochronnych, to czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącego okna i drzwi ochronnych czy oczekuje wymiany na nowe.
65. **Dotyczy zapisów SWZ** - Z uwagi na konieczny do wykonania zakres prac, a także rozpoczęcie tych prac przypadające w okresie świąteczno-noworocznym - uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu wykonania montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia z 42 dni do 60 dni.
66. **Dotyczy zapisów SWZ** - Prosimy o informacje czy nowy angiograf będzie mógł być zasilony z pola z którego jest zasilany obecny angiograf?
67. **Dotyczy zapisów SWZ** - Prosimy o podanie informacji dotyczącej długości trasy dla kabla zasilającego dla angiografu, jego ułożenia od rozdzielni głównej budynku do pomieszczenia technicznego oraz informację o warunkach środowiskowych w jakich przebiega trasa.



68. **Dotyczy zapisów SWZ** - Prosimy o podanie przekroju obecnie używanych kabli do zasilania angiografu.
69. **Dotyczy zapisów SWZ** - Prosimy o potwierdzenie, że wentylacja w pomieszczeniu spełnia aktualne wymagania dla pomieszczenia RTG. Prosimy o udostępnienie ostatniego protokołu sprawności wentylacji.
70. **Dotyczy zapisów SWZ** - Prosimy o udostępnienie projektu wentylacji.
71. **Dotyczy zapisów SWZ pkt.13.13.2 oraz 13.13.3** - Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego angiografu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad 1

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie rozwiązania umożliwiającego dostęp do pacjenta ze wszystkich stron poprzez połączenie ruchów obrotowych statywu i stołu pacjenta.

Ad 2

Zamawiający informuje, iż udostępni odpowiednie miejsce parkingowe dla samochodu ciężarowego dostarczającego sprzęt oraz do manewrowania wózkiem widłowym do jego rozładunku.

Ad 3

Zamawiający informuje, iż transport od miejsca rozładunku do Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii odbywał się będzie windą z parteru budynku na I piętro.

Ad 4

Zamawiający informuje, iż zabezpieczy udział serwisu obsługującego windy podczas transportu urządzenia.

Ad 5

Zamawiający informuje, iż udźwig windy wynosi 1600 kg.

Ad 6

Zamawiający informuje, iż przez adaptację drogi transportowej wewnątrz budynku Zamawiający rozumie wszelkie ewentualne przeróbki budowlane umożliwiające transport urządzenia, w tym przywrócenie stanu drogi transportowej do stanu przed ewentualną adaptacją.

Ad 7

Zamawiający informuje, iż poniżej podaje telefon kontaktowy do Inspektora Ochrony Radiologicznej Zamawiającego: 14 63 10 338. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelkie zapytania, Wykonawcy winni przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”.

Ad 8

Zamawiający informuje, iż planuje wykonywanie 50 badań w tygodniu.

Ad 9

Zamawiający informuje, iż pod pomieszczeniem, w którym będzie zainstalowany oferowany angiograf znajduje się Ogólna Izba Przyjęć, nad pomieszczeniem, w którym będzie zainstalowany oferowany angiograf znajduje się Blok Operacyjny, natomiast obok pomieszczenia, w którym będzie zainstalowany oferowany angiograf znajduje się sterownia i maszynownia pracowni angiografu.

Ad 10

Zamawiający informuje, iż obecnie istniejąca wentylacja w pomieszczeniach jest sprawna, spełnia wymogi obowiązujących przepisów i będzie możliwość jej wykorzystania. Zamawiający informuje, iż załącza do pisma „Protokół z pomiarów” (ppkt. g Sala Zabiegowa Ostrodyżurowa /Hemodynamika/).

Ad 11

Zamawiający informuje, iż załącza do pisma załącznik o nazwie „Protokół z pomiarów” (dotyczy ppkt. g Sala Zabiegowa Ostrodyżurowa /Hemodynamika/) oraz załącznik o nazwie „Projekt wentylacja”.



Ad 12

Zamawiający informuje, iż załącza do pisma załącznik o nazwie „Rzut piętra” zawierający wymiary pomieszczeń.

Ad 13

Zamawiający informuje, iż załącza do pisma załącznik o nazwie „Rzut stropu nad parterem” (podłoga pracowni). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż stropy w budynku, w którym zainstalowany zostanie angiograf są stropami żelbetowymi.

Ad 14

Zamawiający informuje, iż nie będzie wymagał ingerencji Wykonawcy w istniejącą w pracowni instalację gazów medycznych.

Ad 15

Zamawiający informuje, iż rozdzielnia elektryczna znajduje się w odległości około 20 mb od pracowni. Ponadto Zamawiający informuje, iż załącza do pisma załącznik o nazwie „Trasa kablowa z rozdzielni”.

Ad 16

Zamawiający informuje, iż parametry kabla zasilającego aktualne urządzenie są następujące:

- Kabel H07V-K 5x [1x70mm²],
- Długość kabla: około 30 mb,
- Zainstalowany w 2014r.

Ad 17

Zamawiający informuje, iż po stronie Zamawiającego jest uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji wydanych przez WSSE w Krakowie zezwalających na uruchomienie Pracowni Rentgenodiagnostyki.

Ad 18

Zamawiający informuje, iż posiada zapas mocy (ok. 100kVA) w rozdzielni, z której będzie mógł być zasilany zaoferowany angiograf oraz urządzenia towarzyszące.

Ad 19 i Ad 20

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia meblowego do pracowni.

Ad 21

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza prowadzenia okablowania aparatu na ścianach sali zabiegowej natynkowo w korytkach instalacyjnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszcza prowadzenie okablowania aparatu w korytkach instalacyjnych podłogowych. W takim przypadku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wymienił wykładzinę podłogową w pomieszczeniu angiografu.

Ad 22

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na naprawę okładziny ściennej w miejscu wykonanych instalacji.

Ad 23

Zamawiający informuje, iż obecnie zamocowany jest sufit podwieszany kasetonowy z płyt mineralnych – Thermatex Mineralna Płyta Sufitowa.

Ad 24

Zamawiający informuje, iż sala angiografii chłodzona jest za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej oraz agregatu wody lodowej CLIVET WSA – KSC2432.

Ad 25

Zamawiający informuje, iż obecnie istniejąca wentylacja w pomieszczeniach jest sprawna, spełnia wymogi obowiązujących przepisów. Zamawiający informuje, iż załącza do pisma „Protokół z pomiarów” (ppkt. g Sala Zabiegowa Ostrodyżurowa /Hemodynamika/).

Ad 26

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek prace modernizacji układu wentylacji i chłodzenia w przypadku braku wydajności układu.

Ad 27

Zamawiający informuje, iż nie wymaga wymiany systemu klimatyzacji typu split w pracowni.

Ad 28

Zamawiający informuje, iż parametry kabla zasilającego aktualne urządzenie są następujące:

- Kabel H07V-K 5x [1x70mm²],
- Długość kabla: około 30 mb.



Ad 29 i Ad 30

Zamawiający informuje, iż kabel zasilający angiograf posiada długość około 30 mb, ułożony jest w metalowych kanałach kablowych w przestrzeni międzysufitowej i na ścianach.

Ponadto Zamawiający informuje, iż załącza do pisma załącznik o nazwie „Trasa kablowa z rozdzielni”.

Ad 31

Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość wykorzystania istniejącego kabla zasilającego angiograf.

Ad 32

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wymiany instalacji elektrycznej gniazd i oświetlenia w pomieszczeniach pracowni, wymaga natomiast dostosowania pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego do zainstalowania oferowanego angiografu.

Ad 33

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wymiany opraw oświetleniowych w pracowni.

Ad 34

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.9 SWZ.

Ad 35

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.17 b) SWZ **zapis o treści:**

„b) 5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,”

zmienia na zapis o treści:

„b) 3 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,”

Ad 36

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.19 SWZ **zapis o treści:**

„24.19. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.17. i 24.18 SWZ nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.”

zmienia na zapis o treści:

„24.19. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.24.17. i 24.18 SWZ nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.”

Ad 37

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.20 SWZ **zapis o treści:**

„24.20. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.”

zmienia na zapis o treści:

„24.20. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności.”

Ad 38

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.25 SWZ.

Ad 39

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.27 SWZ.

Ad 40

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w § 3 Obowiązki podmiotu przetwarzającego ust.7 Załącznika Nr 11 do SWZ **zapis o treści:**

„7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin.”

zmienia na zapis o treści:

„7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 48 godzin.”



Ad 41

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w § 5 Dalsze powierzenie danych do przetwarzania Załącznika Nr 11 do SWZ **zapis o treści:**

„1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

3. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.”

zmienia na zapis o treści:

„ 1. Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

2. Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem

3. Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecenia czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

4. Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania

a) zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub

b) podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

6. W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.

7. W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

8. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

9. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.”

Ad 42

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Ad 43

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad 44

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad 45

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad 46

Zamawiający informuje, iż systemy, z którymi wymagana jest integracja oferowanego urządzenia to:

- HIS - Kompleksowy i zintegrowany pakiet systemów informatycznych AMMS PLUS - firmy Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie ul.Olchowa 13, 35-322 Rzeszów

- PACS i RIS - Platforma systemów informatycznych ArPACS - firmy SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul.J. P. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa.

Ponadto Zamawiający informuje, iż nie posiada wolnej licencji. Licencja, o której mowa w pkt.126 Załącznika Nr 5 do SWZ używana jest w obecnym aparacie, który zostanie zastąpiony nowym aparatem zaoferowanym przez Wykonawcę. Ww. licencję można przenieść z obecnego do nowego aparatu ponosząc koszty z tym związane czyli koszty rekonfiguracji, testowania połączeń itp. zgodnie z wymogiem określonym w pkt.126 Załącznika Nr 5 do SWZ tj. „ Integracja oferowanego urządzenia z systemem PACS/RIS oraz HIS. Zamawiający posiada 1 licencję (wykorzystaną w obecnie używanym urządzeniu) – po stronie Wykonawcy koszty związane z usługami serwisowymi (rekonfiguracja, testowanie połączeń, itp.) oraz wszelkie dodatkowe licencje związane z integracją, jeżeli nowe urządzenie tego wymaga.” Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ww. licencja to 1 licencja modułu DICOM dla systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów diagnostycznych PACS ArPACS SRV: (1xAparat Angio).

Ad 47

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad 48

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.11 SWZ.

Ad 49

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.13 SWZ **zapis o treści:**

„24.13. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność.”

zmienia na zapis o treści:

„24.13. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność. Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Ad 50

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.14 a) i c) SWZ.

Ad 51

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.14 a), b) i c) SWZ.

Ad 52

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.24.16 SWZ.

Ad 53

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.17 a) SWZ **zapis o treści:**



„a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminach umownych, o których mowa w pkt.24.3 SWZ, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.”

zmienia na zapis o treści:

„a) 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminach umownych, o których mowa w pkt.24.3 SWZ, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.”

2/w pkt.24.17 d) SWZ **zapis o treści:**

„d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:

- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad, usterek i awarii stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
- dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamych parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
- demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi, w terminie, o którym mowa w pkt. 24.13. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

zmienia na zapis o treści:

„d) 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:

- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad, usterek i awarii stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
- dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamych parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
- demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi, w terminie, o którym mowa w pkt. 24.13. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

Ad 54

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.24.20 SWZ **zapis o treści:**

„24.20. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.”

zmienia na zapis o treści:

„24.20. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności.”

Ad 55

Zamawiający informuje, iż ma możliwość ułatwić łączność z aparatami będącymi przedmiotem postępowania przy użyciu tunelu VPN z wykorzystaniem sieciowej infrastruktury Zamawiającego bez gwarancji przepustowości na stałym poziomie minimum 4Mbps (Upload/Download).

Ad 56

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w § 5 Dalsze powierzenie danych do przetwarzania Załącznika Nr 11 do SWZ **zapis o treści:**

„1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

3. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.”



zmienia na zapis o treści:

- „ 1. Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.
2. Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem
3. Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecenia czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.
4. Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.
- Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania
- a) zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub
 - b) podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.
6. W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.
7. W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.
8. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
9. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.”

Ad 57

Zamawiający informuje, iż załącza do pisma załącznik o nazwie „Rzut piętra”. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie posiada rzutów pomieszczeń w formacie edytowalnym dwg.

Ad 58

Zamawiający informuje, iż załącza do pisma załącznik o nazwie „Rzut stropu nad parterem” (podłoga pracowni) oraz załącznik o nazwie „Rzut stropu nad piętrzem” (sufit pracowni).

Ad 59

Zamawiający informuje, iż zapewni miejsce złożenia aparatu na zewnątrz budynku pod zadaszeniem przy wejściu do budynku, w którym znajduje się Pracownia Hemodynamiki i Elektrofizjologii.

Ad 60

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaproponowane w pytaniu składowanie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dostawa przedmiotu zamówienia winna być zrealizowana transportem i w opakowaniach Wykonawcy do Pracowni Hemodynamiki i Elektrofizjologii na terenie siedziby Zamawiającego. W związku z powyższym transport oraz magazynowanie przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy, zaś odbiór przedmiotu zamówienia może mieć miejsce na terenie siedziby Zamawiającego.



Ad 61

Zamawiający informuje, iż pod pomieszczeniem, w którym będzie zainstalowany oferowany angiograf znajduje się Ogólna Izba Przyjęć, nad pomieszczeniem, w którym będzie zainstalowany oferowany angiograf znajduje się Blok Operacyjny, natomiast obok pomieszczenia, w którym będzie zainstalowany oferowany angiograf znajduje się sterownia i maszynownia pracowni angiografu.

Ad 62 i Ad 63

Zamawiający informuje, iż założenia do Projektu Osłon Stałych dla obecnie zainstalowanego angiografu (ilość i typ badań) nie ulegają zmianie.

Ad 64

Zamawiający informuje, iż nie oczekuje wymiany okna i drzwi ochronnych.

Ad 65

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad 66

Zamawiający informuje, iż zaoferowany angiograf będzie mógł być zasilony z pola, z którego jest zasilany obecny angiograf.

Ad 67

Zamawiający informuje, iż kabel zasilający angiograf posiada długość około 30 mb, ułożony jest w metalowych kanałach kablowych w przestrzeni międzysufitowej i na ścianach.

Ponadto Zamawiający informuje, iż załącza do pisma załącznik o nazwie „Trasa kablowa z rozdzielni”.

Ad 68

Zamawiający informuje, iż parametry kabla zasilającego aktualne urządzenie są następujące:

- Kabel H07V-K 5x [1x70mm²],
- Długość kabla: około 30 mb.

Ad 69

Zamawiający informuje, iż obecnie istniejąca wentylacja w pomieszczeniach jest sprawna, spełnia wymogi obowiązujących przepisów. Zamawiający informuje, iż załącza do pisma „Protokół z pomiarów” (ppkt. g Sala Zabiegowa Ostrodyżurowa /Hemodynamika/).

Ad 70

Zamawiający informuje, iż załącza do pisma załącznik o nazwie „Projekt wentylacja”.

Ad 71

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.13.13.2 SWZ **zapis o treści:**

„13.13.2. Materiałów informacyjnych (w języku polskim) opracowanych przez producenta lub oświadczenia producenta oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów określonych w pkt. 8, 36 i 65 Załącznika Nr 5 do SWZ. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby Wykonawca zaznaczył w złożonych materiałach informacyjnych informacje, o których mowa wyżej.”

zmienia na zapis o treści:

„13.13.2. Materiałów informacyjnych (w języku polskim) opracowanych przez producenta lub oświadczenia producenta oferowanego przedmiotu zamówienia lub oświadczenia Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego angiografu potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia parametru określonego w pkt. 8 Załącznika Nr 5 do SWZ oraz materiałów informacyjnych (w języku polskim) opracowanych przez producenta lub oświadczenia producenta oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów określonych w pkt. 36 i 65 Załącznika Nr 5 do SWZ.

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby Wykonawca zaznaczył w złożonych materiałach informacyjnych informacje, o których mowa wyżej.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy pkt.13.13.3 SWZ.



W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.35, Ad.36, Ad.37, Ad.40, Ad.41, Ad.49, Ad.53, Ad.54, Ad.56 i Ad.71 działając na podstawie art.137 ust.1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz.1320), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 22.10.2024r. godz. 09:00,**

- **otwarcie ofert w dniu 22.10.2024r. godz. 10:00.**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.01.2025r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt.13.13.2., pkt.18.1., pkt.19.1, pkt.20.1, pkt.24.13., pkt.24.17. a), b) i d), pkt.24.19. i pkt.24.20., Załączniku Nr 11 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu załączniki o nazwie: „Protokół z pomiarów”, „Projekt wentylacja”, „Rzut piętra”, „Rzut stropu nad parterem”, „Rzut stropu nad piętrem” oraz „Trasa kablowa z rozdzielni”.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a



Z up. DYREKTORA

Maria Bawół
mgr piel. Maria Bawół
Zastępca Dyrektora

