



Znak: AE/ZP-27-28/25

Tarnów, 05.05.2025r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, nabo i innych.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1,2

Pytanie 1 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 2, poz. 1,2). Prosimy o dopuszczenie gotowego do użycia systemu opakowaniowego dla sterylizacji składającego się z dwóch naprzemiennie pakowanych arkuszy. Wewnętrzna zielona warstwa wykonana z 50% celulozy, 30% włókien syntetycznych i 20% spoiw syntetycznych oraz zewnętrzna niebieska warstwa wykonana w 100% z włókien polipropylenowych. Parametry pierwszej warstwy: wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,5 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,0 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 1,4 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na zerwanie w kierunku walcownia nie mniej niż 1100 mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1550 mN, wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 190 kPa, gramatura nominalna 57 g/m². Parametry drugiej warstwy: wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,3 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 2,3 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m, wytrzymałość na zerwanie w kierunku walcownia nie mniej niż 3700 mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 6700 mN, wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 240 kPa, gramatura nominalna 47 g/m². Stosowana jako system bariery ochronnej i sterylnej. Odpowiednie dla stosowania w sterylizacji: parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydzie. Wykonane zgodnie z normą EN ISO11 607-1 oraz EN 868- 2 dotyczącą właściwości wytrzymałościowych. Produkt zgodny z dyrektywą o wyrobach medycznych.

2. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1-3

Pytanie 2 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 5, poz. 1,2,3). Prosimy o dopuszczenie taśmy o szerokości 18 mm.

3. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2

Pytanie 3 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 5, poz. 2). Prosimy o dopuszczenie taśmy w kolorze białym.

4. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 4

Pytanie 3 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 5, poz. 4). Prosimy o dopuszczenie niezawierających niebezpiecznych substancji toksycznych etykiet podwójnie przylepnych ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej jednoznacznie zmieniających barwę z jasnej na ciemną, umieszczonym przy dolnej krawędzi etykiety, z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy (do metkownicy typu BLITZ), Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rolka a` 500 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu

5. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 6

Pytanie 4 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 5, poz. 6). Prosimy o dopuszczenie zintegrowanych wskaźników typu 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową do kontroli procesu sterylizacji parowej. Oddzielne okienko do potwierdzenia prawidłowego wyniku. Na każdym

wskaźniku określenie typu wskaźnika. Testy kalibrowane w co najmniej 3 różnych temperaturach w zakresie 120-135oC. Wskaźniki kompatybilne ze spiralnym przyrządem PCD, max rozmiar wskaźnika 19 x 100 mm. Opakowanie: 250 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu.

6. Dotyczy Pakietu Nr 2 i Pakietu Nr 5

Pytanie 5 – do formularza cenowego – załącznik nr 1 (pakiet 2 i 5). Prosimy o informację, czy w przypadku zaoferowania niepełnych opakowań produktów, zgodnie z wymaganymi ilościami Zamawiającego, mamy zaokrąglić w górę do pełnych czy pozostawić ułamkowe ilości?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 2 poz. 1,2**

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 1-3** taśmy o szerokości 18 mm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz.2.**

Ad. 4

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 5 poz. 4**

Ad. 5

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 5 poz. 6** testu z przesuwalną substancją wskaźnikową do kontroli procesu sterylizacji parowej pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 6

Zamawiający, informuje iż zgodnie z zapisem ujętym w Załączniku Nr 1 do SWZ dla przedmiotu zamówienia oferowanego we wszystkich Pakietach „Zamawiający dopuszcza składanie ofert z niepełnymi opakowaniami, pod warunkiem, że Zamawiający będzie mógł zamawiać niepełne opakowania, w przypadku gdy Wykonawca nie sprzedaje niepełnych opakowań należy zaokrąglić zaoferowane ilości do pełnych opakowań w górę”

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora

mgr *Danuta Nosek*

